

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej Ustawą.

na:

„Dostawę aparatów RTG wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem”

realizowane w ramach projektu:

Osi Priorytetowej 13 – „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości”

Działania 13.2 – „Ochrona Zdrowia”

Poddziałania” - „

**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020**

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NUMER REFERENCYJNY

P/5/2023

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: <https://platformazakupowa.pl>

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 093-287460

ZATWIERDZIŁ:

Pisz, dnia 10.05.2023 r.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz**

Adres: ul. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz

NIP: 849-13-73-268 , REGON: 790316961

Numer telefonu: +48 87 425 45 00

adres internetowy: <http://www.szpitalpisz.pl>

adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalpisz.pl

Sekcja zamówień publicznych pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00

tel. nr 87 425 44 66; 87 425 45 10

e – mail: przetargi@szpitalpisz.pl ; zaopatrzenie@szpitalpisz.pl

Adres internetowy: <http://www.szpitalpisz.pl>

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpisz>

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz (zwany dalej „ SPZOZ”), ul. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz, tel. 87 423 21 50, adres e-mail: sekretariat@szpitalpisz.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ jest Pani/Pani mgr Agnieszka Zielosko, kontakt e-mail: iod@szpitalpisz.pl
- 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. **„Dostawę aparatów RTG wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem”** na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz; P/5/2023 - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 1) Jednocześnie zamawiający przypomina o ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
- 2) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciąży na Państwie obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp lub Pzp" oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".
2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Pzp.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące dostaw.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 442 ustawy Pzp,
11. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów RTG wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem oraz wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych do montażu i instalacji nowych aparatów RTG.** Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określa Zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych, stanowiące **Załącznik nr 2 do SWZ.**
2. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych.
Powody niedokonania podziału: przedmiotowe zamówienie jest niepodzielne na części i tworzy nierozzerwalną całość. Sztuczny podział zamówienia byłby nieracjonalny, ponieważ utrudniałby skoordynowanie działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Uzasadnienie: Zgodnie z motywem 78 i 79 preambuły do dyrektywy klasycznej 2014/24/UE, instytucja zamawiającego ma swobodę autonomicznego podejmowania decyzji **celowości podziału zamówienia na części** na

każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, **kierując się w tym zakresie swoim potrzebami, w szczególności mając na uwadze zakres przedmiotu zamówienia.**

3. KOD CPV: 33111000-1 aparatura rentgenowska
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. Pzp.
6. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zostały określone w Zestawieniu parametrów technicznych wymaganych i ocenianych oraz we wzorze umowy odpowiednio **Zał. nr 2 i 5 do SWZ.**
7. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia doszło do użycia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, o których mowa w art. 99 ust. 5 Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 6 Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub innych dokumentach zamówienia norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna i system referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
8. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia będzie odnosił się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający nie odrzuci oferty, jeśli proponowane w ofercie rozwiązania (udowodnione przez wykonawcę za pomocą przedmiotowych środków dowodowych) w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
9. **Demontaż i odbiór aparatów Philips, który pozwoli na ponowne zamontowanie w innej pracowni. Odpowiednie zapakowanie i zabezpieczenie wraz z wywiezieniem na paletach we wskazane przez Zamawiającego miejsce.**

V. WIZJA LOKALNA

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia.

Na wizję lokalną należy się umówić przesyłając zgłoszenie na adres: przetargi@szpitalpisz.pl lub dzwoniąc pod nr 606 301 480 (Dyrektor – Marek Skarzyński)

VI. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
4. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu podwykonawcy, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy konieczna jest zgoda Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w art. 427 ust. 4 ustawy Pzp. W pozostałych przypadkach zmiana podwykonawcy następuje za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego na co najmniej 5 dni przed dokonaniem zmiany podwykonawcy.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: **do 30 listopada 2023 r.**
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy oraz płatności uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej **załącznik nr 5 do SWZ.**

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 2) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 3) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym.
 - 4) **zdolności technicznej lub zawodowej**
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaze, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie dostawy aparatu/ów RTG o wartości **nie mniejszej niż 900 000,00 zł brutto – załącznik nr 6**
Przez jedną dostawę należy rozumieć jeden kontrakt / umowę.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku dostaw i sumowania ich wartości w celu wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – wymaga aby dostawę zrealizował jeden podmiot.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835) wyklucza się:
 - a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 55 rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp.
5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

1. Do oferty Wykonawca może dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa w formie **Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD)**, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu

zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowiąc będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: <https://espd.uzp.gov.pl/>. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml, stanowiący **Zał. nr 7 do SWZ**, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD, w zakresie:
 - 1) Część II, sekcja A, B, C, D – informacje dotyczące wykonawcy w całości,
 - 2) Części II Sekcja D (Informacje dotyczące podwykonawców). Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD/JEDZ, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III,
 - 3) Część III – podstawy wykluczenia,
 - 4) Część IV – Kryteria kwalifikacji - wykonawca może się ograniczyć do wypełnienia sekcji: *Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji*,
 - 5) Część V – (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną,
 - 6) Część VI – Oświadczenie końcowe – w całości
3. Zamawiający informuje, iż w związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1, bowiem Zamawiający działając w trybie art. 139 ust. 2 przewiduje wezwanie do złożenia formularza JEDZ wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyższej oceniona.
4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
 - 1) **Oświadczenie wykonawcy**, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **Zał. nr 4 do SWZ**,

- 2) W przypadku złożenia Oświadczenia JEDZ wraz z ofertą - **Oświadczenie wykonawcy** o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie wykluczenia wzór oświadczenia stanowi **Zał. nr 3 do SWZ**;
 - 3) **Informacja z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
 - 4) **Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 - 5) **Wykazu dostaw wykonanych**, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. (**zał. nr 6 do SWZ**),
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
- 1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 3, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;
 - 2) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał

dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 5.

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 346 z późn. zm.), o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp, lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. *w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. *w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie* (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

XI. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą złożoną na Formularzu ofertowym – **Zał. nr 1 do SWZ**, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania:
- Firmowe materiały** informacyjne (foldery, katalogi) producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego urządzenia – dotyczy aparatów RTG
W przypadku gdy ww. dokumenty nie zawierają wszystkich wymaganych parametrów Zamawiający dopuszcza przedłożenie Oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora, które będzie potwierdzać brakujące parametry techniczne
 - Certyfikat CE, deklaracje zgodności** – dotyczy aparatów RTG
 - Wypełniony załącznik nr 2 do SWZ - Zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych.
2. Jeżeli Wykonawca niełoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Postanowienia dot. uzupełnienia nie dotyczą Załącznika nr 2 Zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych – dokument ten musi być prawidłowo wypełniony i bezwzględnie musi zostać załączony do oferty. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

XII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. **UWAGA:** Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

XIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują, które części zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpisz>
- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wnioski o wyjaśnienie SWZ wpłynęły do Zamawiającego nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert.
- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień do SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3.
- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpisz>
- Zamawiający nie przewiduje zebrań Wykonawców, o których mowa w art. 136 ust. 1 ustawy PZP.
- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie PZP, prowadzi się w formie elektronicznej.
- Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) są: w zakresie formalnym: Katarzyna Bębnowicz i Monika Wróblewska, w zakresie merytorycznym dot. przedmiotu zamówienia: Alicja Jankowska i Wojciech Dudka
- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpisz>
- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca jest zobowiązany

przekazać dokumenty za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpisz>

13. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowany dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
2. Ofertę składa się na wypełnionym Formularzu Ofertowym – zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do SWZ**. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
 - 1) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców;
 - 2) przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z rozdz. XI SWZ.
 - 3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
 - 4) dowód wniesienia wadium
 - 5) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
 - 6) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2.5). - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
 - 7) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w-pkt. 2.5), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, odpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania

- z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczane przez upoważnionego.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
 6. Oferta wraz z przedmiotowymi środkami dowodowymi składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty w tym przedmiotowych środkach dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów.
 7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
 8. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".
 9. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
 10. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 11. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
 12. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego **Załącznik nr 1 do SWZ**.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. Cena winna obejmować należną stawkę podatku VAT.
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 2180, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
 - 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: **55 000,00 zł.** (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) gwarancjach bankowych,

- c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080)
4. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto 62 2490 0005 0000 4530 3718 7505 z dopiskiem: "Wadium - nr postępowania („**Dostawę aparatów RTG wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem**" – sprawa nr P/5/2023)
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
7. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna (gwarancje, poręczenia) Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.
8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
- upływu terminu związania ofertą,
 - zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, zwraca wadium Wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 - którego oferta została odrzucona,
 - po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
 - po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni**, tj. **do dnia 12.09.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

XIX. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Platformę <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpisz> w terminie **do dnia 15.06.2023 r. do godziny 11:00**
2. Otwarcie ofert następuje w dniu **15.06.2023 r. o godzinie 11:05**
3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1	Cena	60 %
2	Parametry techniczne	40 %

Zamawiający dokona wyliczenia punktacji w kryterium **"cena"** według następującego wzoru

Cena

$$\text{Liczba punktów} = (C_{\min}/C_{\text{of}}) * 60$$

gdzie:

C_{\min} - najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert;

C_{of} - cena brutto oferty badanej

Zamawiający oceni oferty w kryterium **"parametry techniczne"** w następujący sposób:

Zamawiający przyzna ofercie punkty częściowe za zaoferowanie wybranych parametrów ocenianych, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do SWZ. **Maksymalnie do zdobycia jest: 245 punktów.**

Zamawiający dokona oceny oferty w ramach kryterium na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w **załączniku nr 2** do SWZ.

Brak załączenia do oferty **załącznika nr 2** skutkuje odrzuceniem oferty.

Następnie Zamawiający zsumuje przyznane punkty częściowe oraz obliczy ilość punktów w kryterium „parametry techniczne” według następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = (T_{\text{of}}/T_{\text{max}}) * 40$$

gdzie:

T_{max} – największa ilość punktów częściowych spośród wszystkich badanych ofert;

T_{of} - ilość punktów częściowych w ofercie badanej

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów (po zsumowaniu punktów w obu kryteriach) czyli ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów.

Badana oferta otrzyma zsumowaną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów (zgodnie z zasadą, iż jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie następuje w „górze”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to zaokrąglenie następuje w „dół”).

Ofertą z najwyższą ilością punktów jest oferta z największą ilością punktów łącznie w obu kryteriach oceny ofert.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający **nie wymaga** od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym **Załącznik nr 5 do SWZ**.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym **Załącznik nr 5 do SWZ**.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

Załącznik nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dot. oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1,

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej,

Załącznik nr 5 – Wzór umowy,

Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw,

Załącznik nr 7 – JEDZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty do SWZ

O F E R T A

na:

„Dostawę aparatów RTG wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem”

SPRAWA NR P/5/2023

Nazwa Wykonawcy

.....

Siedziba Wykonawcy

NIP REGON

Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy)

tel. fax

e-mail www (jeżeli posiada)

województwo

1. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

- Mikroprzedsiębiorstwo
- Małe przedsiębiorstwo
- Średnie przedsiębiorstwa
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj:.....

(proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi)

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Niniejszym w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego na: „**Dostawę aparatów RTG wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem**” – **sprawa nr P/5/2023**” za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego SWZ:

Wartość zamówienia
Cena łącznie netto zł
VAT %
Cena łącznie brutto zł
(Cena brutto słownie:)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.
- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.
- Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu.
- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- W przypadku wyboru naszej oferty osobą upoważnioną do podpisania umowy z naszej strony będzie
- Oświadczamy, iż zobowiązujemy się wskazać na każdej wystawionej fakturze rachunek znajdujący się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.
- Osobami upoważnionymi do realizacji Umowy ze strony Wykonawcy będzie:, tel.
Email
- Oświadczamy, że:

- następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom * nazwa podwykonawcy (o ile jest to wiadome) *
- nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom

11. Oświadczamy, że:

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *
 - wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *
w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
- Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to zł netto **.
- ** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
- wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, \mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
 - importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

12. Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

13. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
- 3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej ustawa Pzp.
- 4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
- 5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- 6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

- 1) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
- 2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- 3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;
- 4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

.....(miejscowość), dnia.....r.

.....
podpis elektroniczny kwalifikowany
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy
lub pełnomocnika

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH I OCENIANYCH

Dostawa aparatów RTG wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem

Opis Przedmiotu Zamówienia

I ETAP

CYFROWY APARAT RTG NA KOLUMNIE PODŁOGOWEJ

Lp.	Opis parametrów technicznych	Parametr wymagany	Punktacja	Parametr oferowany
I. Warunki podstawowe				
1.	Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondukcjonowane, rok produkcji min. 2023, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów	Tak	Bez punktacji	
2.	Producent/ Firma	Tak, podać	Bez punktacji	
3.	Kraj pochodzenia	Tak, podać	Bez punktacji	
4.	Typ i model aparatu	Tak, podać	Bez punktacji	
5.	Wymagane terminy gwarantowanych napraw mogą zostać zmienione tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, w szczególności w przypadku braku dostępności na rynku wymienianej części	Tak	Bez punktacji	
6.	Od Wykonawcy w ramach wynagrodzenia wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonego aparatu oraz przeprowadzenia instruktażu personelu medycznego i technicznego: 1) Przy rozpoczęciu pracy - max. 15 godzin łącznie, ilość osób - max. 8. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 8 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Zamawiającego. Instruktaż zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego	Tak	Bez punktacji	
7.	Aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej	Tak	Bez punktacji	
8.	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji elektronicznej, 2) paszport techniczny, 3) karty gwarancyjne, 4) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 5) protokół demontażu i odbioru aparatu PHILIPS o numerze seryjnym 440299 , rok produkcji 2009 6) protokół testów akceptacyjnych	Tak	Bez punktacji	
9.	Elementy kluczowe aparatu jak: statyw lamy RTG, statyw płucny, stół, generator, oprogramowanie sterujące pochodzące od jednego producenta	Tak, podać	Bez punktacji	
II. Generator				
1.	Generator typu HF (wysokiej częstotliwości)	Tak	Bez punktacji	

2.	Częstotliwość pracy generatora ≥ 100 kHz	Tak, podać	≥ 200 kHz- 5 pkt < 200 kHz- 0 pkt	
3.	Moc generatora	≥ 65 kW, podać	Bez punktacji	
4.	Zakres napięć	$\geq 40- 150$ kV,	Bez punktacji	
5.	Zakres mAs $\geq 0,4 - 630$ mAs	Tak, podać	≥ 800 mAs - 5pkt <800mAs - 0pkt	
6.	Zakres prądów $\geq 10 - 800$ mA	Tak, podać	Bez punktacji	
7.	Najkrótszy czas ekspozycji	≤ 1 ms	Bez punktacji	
8.	Automatyka zdjęciowa (AEC)	Tak	Bez punktacji	
9.	Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach	Tak	Bez punktacji	
III Kolumna lampy RTG				
1.	Mocowanie podłogowe	Tak	Bez punktacji	
2.	Zakres ruchu wzdłużnego kolumny lampy rtg	Min. 180 cm	Wartość max. – 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt.	
3.	Zakres ruchu pionowego lampy rtg	Min. 125 cm	Wartość max. – 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt.	
4.	Obrót kolumny lampy rtg wokół osi pionowej (od pozycji środkowej)	$\geq 270^\circ$	Bez punktacji	
5.	Obrót lampy rtg wokół osi poziomej	Min +/- 120°	Bez punktacji	
6.	Automatyczne nadążanie lampy za ruchem pionowym detektora w statywie płucnym	Tak	Bez punktacji	
7.	Urządzenia wyposażone w funkcję Stichingu z automatycznym pozycjonowaniem się lampy i detektora – łączenie zdjęć kości długich min. 3 zdjęcia dostępna przy statywie płucnym	Tak/ Nie	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
8.	Funkcja auto centrowania detektora w statywie do osi lampy po naciśnięciu przycisku na kołpaku lampy RTG	Tak	Bez punktacji	
9.	Dotykowy panel LCD o przekątnej min. 9 cali na kolimatorze z możliwością min.: zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu AEC, prezentacja SID, miejsce pracy, kąt obrotu lampy, dodatkowa filtracja, status baterii detektora	Tak, podać	Bez punktacji	
IV Lampa RTG i kolimator				
1.	Ogniska lampy (Zgodnie z IEC 60336)	$\leq 0,6/1,2$ mm, podać	Bez punktacji	
2.	Pojemność cieplna anody	≥ 300 kHU, podać	Bez punktacji	
3.	Pojemność cieplna kołpaka	$\geq 1,2$ MHU, podać	Bez punktacji	
4.	Prędkość wirowania anody	≥ 9000 obr/min	Bez punktacji	

5.	Moc ogniska małego	≥ 30 kW, podać	Wartość max. – 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt.	
6.	Moc ogniska dużego	≥ 70 kW podać	Wartość max. – 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt.	
7.	Miernik dawki (DAP)	Tak	Bez punktacji	
8.	Prezentacja wartości dawki na konsoli operatora i zapis w pliku DICOM	Tak	Bez punktacji	
9.	Zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem	Tak, podać	Bez punktacji	
10.	Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy	Tak	Bez punktacji	
11.	Kolimacja manualna i automatyczna	Tak	Bez punktacji	
12.	Obrót kolimatora min. ±90°	Tak	Bez punktacji	
13.	Oświetlenie pola ekspozycji typu LED	Tak	Bez punktacji	
14.	Automatyczne wyłączanie światła kolimatora	Tak	Bez punktacji	
15.	Pole promieniowania automatycznie regulowane przy zmianie SID	Tak	Bez punktacji	
16.	Wskaźnik laserowy centrowania	Tak	Bez punktacji	
17.	Filtry pediatryczne	Tak, podać	Bez punktacji	
V Bezprzewodowy detektor cyfrowy przenośny – 2 sztuki				
1.	Dwa detektory przenośne bezprzewodowe w technologii CsI umożliwiające wykonanie badania pacjenta na blacie stołu RTG oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. na dla pacjentów na wózkach transportowych, wózkach inwalidzkich oraz swobodnych projekcji promieniami poziomymi i pionowymi. Detektor przeznaczony do pracy w szufladzie stołu i w statywie płucnym.	Tak, podać	Bez punktacji	
2.	Aktywne pole obrazowania	Min. 43 x 43 cm ± 1cm, podać	Bez punktacji	
3.	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min)	≥ 8 Mpiksela, podać	≤ 9 MP – 0 pkt > 9 MP – 5 pkt	
4.	Rozmiar piksela	≤ 145 μm, podać	<140 μm – 5 pkt. Większe wartości – 0 pkt.	
5.	Głębokość akwizycji	≥ 16 bit, podać	Bez punktacji	
6.	Wymowany akumulator bez użycia narzędzi, w zestawie z detektorem min. 2 akumulatory lub superkondensator dla zapewnienia szybkiego ładowania	Tak, podać	Bez punktacji	
7.	Detektor ładowany w szufladzie stołu i w statywie płucnym	Tak/Nie	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	

8.	Zewnętrzna ładowarka akumulatorów lub doładowywanie akumulatora w szufladzie stołu i statywu płucnego bez podpinania przewodu	Tak, podać	Bez punktacji	
9.	DQE	$\geq 65\%$, podać	Bez punktacji	
10.	Maksymalna waga detektora z zainstalowanym akumulatorem	≤ 4 kg, podać	Bez punktacji	
11.	Rozdzielczość obrazowa minimum	$\geq 3,4$ lp/mm, podać	Bez punktacji	
12.	Czas do pojawienia się obrazu na konsoli	≤ 5 s, podać	> 3 s – 0 pkt ≤ 3 s – 5 pkt	
13.	Możliwość wymiennego stosowania detektorów w stole i statywie płucnym	Tak	Bez punktacji	
14.	Czas ładowania akumulatora do 100%	Tak, podać	≤ 30 min – 5 pkt > 30 min – 0 pkt	
15.	Ochrona przed zalaniem min. IPX4	Tak, podać	Bez punktacji	
VI Stół pacjenta				
1.	Stół z pływającym blatem	Tak	Bez punktacji	
2.	Generator HV ukryty w obudowie stołu	Tak	Bez punktacji	
3.	Szuflada na detektor bezprzewodowy	Tak	Bez punktacji	
4.	Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta na środku stołu) z zachowaniem wszystkich ruchów stołu i blatu	≥ 250 kg, podać	Bez punktacji	
5.	Pochłaniałość blatu – ekwiwalent Al	$\leq 1,0$ mm Al,	$\leq 0,8$ mm Al. – 5pkt $> 0,8$ mm Al. – 0pkt	
6.	Długość płyty pacjenta	≥ 220 cm, podać	Bez punktacji	
7.	Szerokość płyty pacjenta	≥ 75 cm, podać	≥ 80 cm – 5 pkt < 80 cm – 0 pkt	
8.	Przesuw wzdłużny blatu	≥ 110 cm $\pm 10\%$, podać	Bez punktacji	
9.	Przesuw poprzeczny blatu	≥ 25 cm $\pm 10\%$, podać	Bez punktacji	
10.	Automatyczny i ręczny przesuw detektora w poziomie	Tak	Bez punktacji	
11.	Śledzenie poziomego ruchu lampy przez detektor w stole	Tak	Bez punktacji	
12.	Zakres ruchu szuflady detektora w stole ≥ 50 cm	Tak, podać	Bez punktacji	
13.	Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciw rozproszeniowa	Tak	Bez punktacji	

14.	Automatyka AEC min 3 komorowa	Tak	Bez punktacji	
15.	Wyłącznik bezpieczeństwa montowany w stole	Tak	Bez punktacji	
16.	Ładowanie detektora w szufladzie stołu	Tak	Bez punktacji	
VII Statyw kostno-plucny				
1.	Podążanie za zmianą pozycji detektora przez lampę RTG	Tak	Bez punktacji	
2.	Minimalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego	max 34cm, podać	Bez punktacji	
3.	Maksymalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego	≥ 180 cm, podać	> 180cm – 5 pkt = 180cm – 0 pkt	
4.	Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie	Tak	Bez punktacji	
5.	Wymowana bez użycia narzędzi kratka przeciw rozproszeniowa	Tak	Bez punktacji	
6.	Automatyka AEC min. 3 komorowa	Tak	Bez punktacji	
7.	Pochłaniałość blatu stojaka – ekwiwalent Al	$\leq 0,7$ mm Al, podać	$\leq 0,5$ mm Al – 5 pkt > 0,5mm Al – 0 pkt	
8.	Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT	Tak	Bez punktacji	
9.	Automatyczne obrazowanie długich kości na stojąco Dedykowany podest do zdjęć kości długich Oprogramowanie do automatycznego łączenia obrazów przy obrazowaniu kości długich	Tak/ Nie	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	
VIII Konsola technika				
1.	Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. (NIE dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat RTG ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika będącą również konsolą generatora z oprogramowaniem obrazowym producenta aparatu.	Tak, podać	Bez punktacji	
2.	Po stronie Wykonawcy integracja i konfiguracja z systemami informatycznymi Zamawiającego RIS/PACS	Tak, podać	Bez punktacji	
3.	Komputer konsoli technika o parametrach dedykowanych przez producenta aparatu.	Tak, podać	Bez punktacji	
4.	Możliwość obsługi za pomocą klawiatury i myszy	Tak, podać	Bez punktacji	
5.	UPS do konsoli technika zapewniający czas na zakończenie badania oraz bezpieczne zamknięcie systemu, czas podtrzymania min. 10 minut	Tak, podać	Bez punktacji	
6.	Monitor LCD, ≥ 23 "	Tak, podać	> 23" – 5 pkt = 23" – 0 pkt	

7.	Dodatkowy monitor min. 2 MP $\geq 21"$, rozdzielczość 1600x1200, do prezentacji obrazów w standardzie DICOM	Tak / Nie	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
8.	Pamięć obrazów w pełnej rozdzielczości $\geq 15\ 000$ obrazów	Tak, podać	Bez punktacji	
9.	Regulacja jasności i kontrastu obrazów, wstawianie oznaczeń stron i dowolnych tekstów	Tak, podać	Bez punktacji	
10.	Przypisywanie i zmiana własnych ustawień do programów anatomicznych przez użytkownika	Tak, podać	Bez punktacji	
11.	Obsługa protokołów DICOM 3.x min: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist	Tak, podać	Bez punktacji	
12.	Menadżer zdjęć odrzuconych	Tak, podać	Bez punktacji	
13.	Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu rtg.	Tak, podać	Bez punktacji	
14.	Narzędzia do obróbki obrazu: zmiana okna optycznego obrazu (zmiana kontrastu i jasności), obrót obrazu, powiększenie obrazu, umieszczanie znaczników	Tak, podać	Bez punktacji	
15.	Funkcja obrotu obrazu o dowolny kąt	Tak, podać	Bez punktacji	
16.	Oprogramowanie do automatycznego łączenia obrazów przy obrazowaniu kości długich (stitching)	Tak, podać	Bez punktacji	
17.	Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu	Tak, podać	Bez punktacji	
18.	Możliwość przypisywania instruktażowego obrazu pozycjonowania pacjenta dla wybranego programu	Tak / Nie	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
19.	Interkom do komunikacji z pacjentem	Tak, podać	Bez punktacji	
20.	Interfejs w języku polskim lub interfejs sterowany za pomocą czytelnych piktogramów z możliwością nadania polskich nazw dla programów anatomicznych	Tak, podać	Bez punktacji	
IX Instalacja aparatu w pomieszczeniu pracowni RTG				
1.	Przystosowanie (modernizacja) pomieszczenia pracowni RTG odpowiednio dla potrzeb oferowanego aparatu w zakresie obejmującym wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w pracowni, które umożliwią zainstalowanie i użytkowanie oferowanego aparatu zgodnie z jego wymaganiami technicznymi.	Tak	Bez punktacji	
2.	Demontaż aparatu PHILIPS o numerze seryjnym s/n 440299 rok produkcji 2009 w sposób umożliwiający ponowne złożenie i użycie aparatu	Tak	Bez punktacji	
X Wyposażenie dodatkowe i inne wymagania				
1.	Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu: - Zaakceptowanego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego projektu osłon stałych - Decyzji wydanej przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie pracowni RTG	Tak	Bez punktacji	
2.	Wykonanie wymaganych testów: - Odbiorczych (akceptacyjnych), - Specjalistycznych	Tak	Bez punktacji	
3.	Stacja opisowa do RTG, wyposażona w dwa monitory medyczne DICOM min. 23", komputer wraz z oprogramowaniem diagnostycznym, mysz, klawiatura, drukarka (urządzenie wielofunkcyjne)	Tak	Bez punktacji	

4.	Parawan mobilny (ochronny) dwuskrzydłowy o wymiarach 90x180 cm i równoważniku osłabienia 0,5 mm Pb	Tak	Bez punktacji	
5.	Zestaw fantomów do kontroli RTG - fantom uniwersalny do testów geometrii, rozdzielczości sferycznej i rozdzielczości nisko kontrastowej, fantom równoważny pacjentowi do testów podstawowych kontroli jakości, oprogramowanie online do wspomaganie testów podstawowych w radiografii cyfrowej	Tak	Bez punktacji	
6.	Robot do nagrywania płyt CD/DVD z możliwością jednoczesnego nagrywania dwóch płyt CD	Tak	Bez punktacji	
7.	Zestaw pozycjonerów RTG (zestaw 10 elementów w walizce w tym: 4 x trójkąt, 2 x czworokąt, 2 x klin, krążek, wałek)	Tak	Bez punktacji	
8.	Zestaw pozycjonerów RTG dla dzieci - 1 szt. na wznak o wymiarach 53x34x14 cm i 1 szt. na boku o wymiarach 60x30x13 cm	Tak	Bez punktacji	
9.	Skaner do skanowania skierowań z drukarką (urządzenie wielofunkcyjne)	Tak	Bez punktacji	
10.	Fartuch miednicowy ołowiany dla dorosłych rozmiar M, równoważnik osłabienia 0,5 mm Pb	Tak	Bez punktacji	
11.	Fartuch miednicowy ołowiany dla dorosłych rozmiar L, równoważnik osłabienia 0,5 mm Pb	Tak	Bez punktacji	
12.	Fartuch miednicowy dla dzieci rozmiar S, równoważnik osłabienia 0,5 mm Pb – 2 szt.	Tak	Bez punktacji	
13.	Wieszak ścienny potrójny na fartuchy ochronne	Tak	Bez punktacji	
14.	Zestaw fartuchów ołowianych jednostronnych (rozmiary -2 szt. L, 2 szt. XL), równoważnik osłabienia 0,5 mm PB	Tak	Bez punktacji	
15.	Zestaw fartuchów ołowianych dla dzieci jednostronnych (rozmiar S, M, L), równoważnik osłabienia 0,5 mm Pb	Tak	Bez punktacji	
16.	Zestaw osłon na tarczycę ołowiane (rozmiar S, M, L) równoważnik osłabienia 0,5 mm Pb – 4 szt.	Tak	Bez punktacji	
17.	Plaszcz ochronny dwustronny w rozmiarze L, równoważnik osłabienia 0,5 mm Pb	Tak	Bez punktacji	
18.	Zestaw osłon na gonady męskie ołowiane (rozmiar S, M, L), równoważnik osłabienia 1,0 mm PB	Tak	Bez punktacji	
19.	Koc ochronny ołowiany o wymiarach 80x90, równoważnik osłabienia 0,5 mm Pb	Tak	Bez punktacji	
20.	Ochrona jajników ołowiana w rozmiarze M, równoważnik osłabienia 1,0 mm Pb	Tak	Bez punktacji	
21.	Ochrona na gonady dla dzieci ołowiane w rozmiarze M, równoważnik osłabienia 1,0 mm Pb	Tak	Bez punktacji	
22.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	Bez punktacji	
23.1	Możliwość zgłaszania awarii: telefon, email	Tak, podać	Bez punktacji	
24.1	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych w okresie gwarancji (rozumiane, jako przyjazd serwisu) [godz. w dni robocze]	≤ 48 godz.	Bez punktacji	
25.	Czas na usunięcie awarii (rozumiane, jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [dni robocze]	≤ 5 dni	Bez punktacji	
26.	Okres dostępności części zamiennych min. 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji	Tak, podać	Bez punktacji	
27.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, podać	Bez punktacji	

28.	W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego elementu powoduje wymianę tego elementu na nowy.	Tak, podać	Bez punktacji	
-----	--	------------	---------------	--

ETAP II
Aparat RTG na zawieszeniu sufitowym

Lp.	Opis parametrów technicznych	Parametr wymagany	Punktacja	Parametr oferowany
I. Warunki podstawowe				
1.	Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondukcjonowane, rok produkcji min. 2023, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów	Tak	Bez punktacji	
2.	Producent/ Firma	Tak, podać	Bez punktacji	
3.	Kraj pochodzenia	Tak, podać	Bez punktacji	
4.	Typ i model aparatu	Tak, podać	Bez punktacji	
5.	Wymagane terminy gwarantowanych napraw mogą zostać zmienione tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, w szczególności w przypadku braku dostępności na rynku wymienianej części	Tak	Bez punktacji	
6.	Od Wykonawcy w ramach wynagrodzenia wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonego aparatu oraz przeprowadzenia instruktażu personelu medycznego i technicznego: 1) Przy rozpoczęciu pracy - max. 15 godzin łącznie, ilość osób - max. 8. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 8 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Zamawiającego. Instruktaż zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego	Tak	Bez punktacji	
7.	Aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej	Tak	Bez punktacji	
8.	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji elektronicznej, 2) paszport techniczny, 3) karty gwarancyjne, 4) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 5) protokół demontażu i odbioru aparatu Philips , numer seryjny 9000328 rok produkcji 2009 6) protokół testów akceptacyjnych	Tak	Bez punktacji	
9.	Elementy kluczowe aparatu jak: zawieszenie sufitowe lampy RTG, statyw płucny, stół, generator, oprogramowanie sterujące wyprodukowane przez jednego producenta	Tak, podać	Bez punktacji	
10.	Aparat z zawieszeniem sufitowym z lampą rtg, stołem i statywem kostno-płucnym i 2 detektorami	Tak, podać	Bez punktacji	
II. Generator				
1.	Generator typu HF (wysokiej częstotliwości)	Tak	Bez punktacji	

2.	Częstotliwość pracy generatora ≥ 100 kHz	Tak, ≥ 100 kHz	≥ 200 kHz- 5 pkt < 200 kHz- 0 pkt	
3.	Moc generatora	≥ 65 kW, podać	Bez punktacji	
4.	Zakres napięć	$\geq 40- 150$ kV,	Bez punktacji	
5.	Zakres mAs	$\geq 0,5 - 800$ mAs, podać	≥ 1000 mAs - 5 pkt. Mniejsze wartości - 0 pkt	
6.	Zakres prądów	$\geq 20-600$ mA, podać	≥ 800 mA- 5 pkt < 800 mA- 0 pkt	
7.	Najkrótszy czas ekspozycji	≤ 1 ms	Bez punktacji	
8.	Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doбором parametrów ekspozycji	Tak, podać	Bez punktacji	
9.	Zasilanie	3x400V / 50 Hz	Bez punktacji	

III.Zawieszenie sufitowe lampy RTG

1.	Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej	$\geq +/-130^\circ$, podać	$>+/-135^\circ$ - 5 pkt. Mniejsze wartości - 0 pkt.	
2.	Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej	$\geq 335^\circ$, podać	Bez punktacji	
3.	Zakres ruchu pionowego kolumny	≥ 170 cm , podać	≥ 180 cm - 5 pkt. Mniejsze wartości - 0 pkt.	
4.	Zakres ruchu wzdłużnego	≥ 320 cm, podać	Bez punktacji	
5.	Zakres ruchu poprzecznego	≥ 175 cm, podać	Bez punktacji	
6.	Minimalna odległość środka promienia poziomego od podłogi	≤ 32 cm	Bez punktacji	
7.	Funkcja automatycznego pionowego ruchu nadążnego lampy rtg względem detektora w stole oraz detektora w statywie (detektor z statywie w pozycji pionowej i poziomej)	Tak, podać	Bez punktacji	
8.	Cyfrowy dotykowy ekran LCD min. 9,5 cali w okolicy lampy rtg z informacją o parametrach wykonywanego badania min.: kąt lampy, SID, nazwa badania	Tak, podać	Bez punktacji	
9.	Wbudowana kamera umożliwiająca monitorowanie pacjenta w czasie rzeczywistym o rozdzielczości min. 1900x1000 pikseli, z wyświetlaniem obrazu na konsoli operatora w sterowni	Tak, podać	Bez punktacji	
10.	Modyfikacja parametrów ekspozycji: kV, mAs lub mA i ms bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kolimatorze lampy rtg	Tak, podać	Bez punktacji	
11.	Funkcja wyświetlania danych pacjenta ułatwiająca identyfikację na ekranie LCD przy lampie	Tak, podać	Bez punktacji	
12.	Uchwyt (rączka) lampy pozwalający na zwolnienie min. 3 hamulców zawieszenia sufitowego jednocześnie (min. zwolnienie hamulców ruchów: x, y i góra - dół)	Tak, podać	Bez punktacji	

IV.Lampa RTG i kolimator

1.	Ogniska lampy (Zgodnie z IEC 60336)	$\leq 0,6/1,2$ mm, podać	Bez punktacji	
2.	Pojemność cieplna anody	≥ 300 kHU, podać	Bez punktacji	
3.	Pojemność cieplna kołpaka	$\geq 1,2$ MHU, podać	Bez punktacji	
4.	Prędkość wirowania anody	≥ 9000 obr/min	Bez punktacji	
5.	Szybkość chłodzenia anody	≥ 60 kHU/min, podać	Bez punktacji	
6.	Moc ogniska małego	≥ 30 kW, podać	Bez punktacji	
7.	Moc ogniska dużego	≥ 75 kW, podać	Bez punktacji	
8.	Zabezpieczenie przeciążeniowe lampy	Tak, podać	Bez punktacji	
9.	Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy	Tak, podać	Bez punktacji	
10.	Kolimator ze źródłem światła i wskaźnikiem laserowym	Tak	Bez punktacji	
11.	Pole promieniowania automatycznie regulowane przy zmianie SID	Tak	Bez punktacji	
12.	Kolimator z automatyczną i ręczną kolimacją	Tak	Bez punktacji	
13.	Zakres obrotu kolimatora min. 90°	Tak, podać	Bez punktacji	
14.	Filtry w kolimatorze w zależności od programów anatomicznych min. 2 filtry	Tak, podać	2 filtry – 0 pkt.	
15.	Miernik wartości DAP (Dose Area Product) przypisujący wartość dawki do obrazu lub automatyczna kalkulacja dawki. Informacja o dawce zawarta w obrazach DICOM.	Tak, podać	Bez punktacji	
V. Bezprzewodowy detektor cyfrowy przenośny 2 szt.				
1.	Detektory przenośne bezprzewodowe w technologii CsI umożliwiające wykonanie badania pacjenta na blacie stołu RTG oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. na dla pacjentów na wózkach transportowych, wózkach inwalidzkich oraz swobodnych projekcji promieniami poziomymi i pionowymi. Detektory przeznaczone do pracy w szufladzie stołu i statywu płucnego	Tak, podać	Bez punktacji	

2.	Aktywne pole obrazowania	$\geq 43 \times 43 \text{ cm} \pm 1 \text{ cm}$, podać	Bez punktacji	
3.	Klasa odporności detektora min. IPX4	Tak, podać	Bez punktacji	
4.	Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora do zdjęć, w których detektor jest obciążony na całej powierzchni (np. klatka piersiowa na łóżku)	$\geq 100 \text{ kg}$	Bez punktacji	
5.	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min)	$\geq 9 \text{ Mpiksela}$, podać	Bez punktacji	
6.	Rozmiar piksela	$\leq 148 \mu\text{m}$, podać	<140 μm – 5 pkt. Większe wartości – 0 pkt.	
7.	Głębokość akwizycji	$\geq 16 \text{ bit}$, podać	Bez punktacji	
8.	Wyjmowany akumulator; w zestawie z detektorem min. 2 akumulatory lub superkondensator dla zapewnienia szybkiego ładowania	Tak, podać	Superkondensator - 5 pkt. Akumulator - 0 pkt.	
9.	Detektor ładowany w szufladzie stołu i statywu płucnego	Tak, podać	Bez punktacji	
10.	Zewnętrzna ładowarka akumulatorów lub doładowywanie akumulatora w szufladzie stołu bez podpinania przewodu	Tak, podać	Bez punktacji	
11.	DQE	$\geq 65\%$, podać wartość DQE	Bez punktacji	
12.	Maksymalna waga detektora z zainstalowanym akumulatorem	$\leq 4 \text{ kg}$, podać	Bez punktacji	
13.	Rozdzielczość obrazowa minimum	$\geq 3,5 \text{ lp/mm}$, podać	$\geq 4 \text{ lp/mm}$ – 5 pkt. Mniejsze wartości – 0 pkt.	
14.	Czas do pojawienia się obrazu w pełnej rozdzielczości na konsoli	$\leq 5\text{s}$, podać	> 3s – 0 pkt $\leq 3\text{s}$ – 5 pkt	
15.	Możliwość zamiennego stosowania detektorów w stole i statywie płucnym	Tak	Bez punktacji	

VI. Stół pacjenta

1.	Stół z zmotoryzowanym ruchem góra - dół oraz pływającym blatem	Tak	Bez punktacji	
2.	Szuflada na detektor bezprzewodowy	Tak	Bez punktacji	
3.	Zakres ruchu szuflady min. 40 cm	Tak	40-65 cm – 0 pkt > 65 cm – 10 pkt	
4.	Minimalna odległość blatu od podłogi	$\leq 52 \text{ cm}$, podać	$\leq 50 \text{ cm}$ – 5 pkt > 50 cm – 0 pkt	
5.	Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego	Tak	Bez punktacji	

6.	Maksymalna wysokość blatu od podłogi	≥ 88 cm, podać	< 90 cm – 0 pkt ≥ 90 cm – 5 pkt	
7.	Wymagane pokrycie pacjenta (bez przemieszczania pacjenta względem blatu) min. 190 cm.	Tak	Bez punktacji	
8.	Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta na środku stołu) z zachowaniem wszystkich ruchów stołu i blatu	≥ 250 kg, podać	Bez punktacji	
9.	Pochłaniałość blatu – ekwiwalent Al	$\leq 1,2$ mm Al,	$\leq 0,9$ mmAl – 5 pkt $> 0,9$ mmAl – 0 pkt	
10.	Długość płyty pacjenta	≥ 230 cm, podać	Bez punktacji	
11.	Szerokość płyty pacjenta	≥ 75 cm, podać	≥ 80 cm – 5 pkt < 80 cm – 0 pkt	
12.	Przesuw wzdłużny blatu	≥ 80 cm, podać	Bez punktacji	
13.	Przesuw poprzeczny blatu	≥ 24 cm, podać	Bez punktacji	
14.	Nadażanie lampy za zmianą wysokości stołu	Tak, podać	Bez punktacji	
15.	Automatyczny i ręczny przesuw detektora w poziomie	Tak	Bez punktacji	
16.	Automatyczny ruch nadażny detektora w stole za ruchem lampy wzdłuż stołu oraz dla ruchu kąтового lampy z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora	Tak	Bez punktacji	
17.	Przyciski nożne do sterowania ruchem stołu dostępne z dwóch stron	Tak	Bez punktacji	
18.	Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciw rozproszeniowa	Tak	Bez punktacji	
19.	Stół wyposażony w przycisk bezpieczeństwa umożliwiający zablokowanie ekspozycji i ruchów systemów w dowolnym momencie	Tak	Bez punktacji	
20.	Stół wyposażony w uchwyt dla detektora do wykonywania zdjęć bocznym promieniem ,	Tak	Bez punktacji	
21.	Automatyczne obrazowanie długich kości na leżąco (stitching)	Tak	Bez punktacji	
VII. Statyw kostno-płucny				
1.	Statyw kostno-płucny przystosowany do pracy z bezprzewodowym detektorem	Tak, podać	Bez punktacji	
2.	Minimalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego	≤ 32 cm, podać	Bez punktacji	
3.	Maksymalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego	≥ 180 cm, podać	Bez punktacji	
4.	Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie	Tak	Bez punktacji	
5.	Pochylenie detektora w zakresie min. - 20° / + 90°	Tak, podać	Bez punktacji	

6.	Możliwość wykonywania zdjęć wiązką - promieniem skośnym	Tak	Bez punktacji	
7.	Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciw rozproszeniowa	Tak	Bez punktacji	
8.	Kratka lub kratki przeciw rozproszeniowe zapewniające zakres pracy SID min. 110-180cm	Tak	Bez punktacji	
9.	Automatyka AEC min. 3 komorowa	Tak	Bez punktacji	
10.	Uchwyt do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej .	Tak, podać	Bez punktacji	
11.	Pochłaniania blatu stojaka – ekwiwalent Al	$\leq 0,7\text{mm Al}$, podać	$\leq 0,5\text{mm Al}$ – 5 pkt $> 0,5\text{mm Al}$ – 0 pkt	
12.	Automatyczne obrazowanie długich kości na stojąco (stitching)	Tak, podać	Bez punktacji	
13.	Maksymalna długość obrazowania dla zdjęć kości długich min. 120 cm	Tak, podać	$\geq 140\text{ cm}$ – 5 pkt $< 140\text{ cm}$ – 0 pkt	
14.	Dedykowany podest do zdjęć kości długich z linijką ołowiową	Tak	Bez punktacji	

VIII. Konsola technika

1.	Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. NIE dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat RTG ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika będącą również konsolą generatora z oprogramowaniem obrazowym producenta aparatu	Tak, podać	Bez punktacji	
2.	Konsola na bazie systemu Windows 10 lub nowszego	Tak, podać	Bez punktacji	
3.	Monitor LCD, $\geq 21''$, jasność: min: 170cd/m^2 , kontrast minimum: 700:1, monitor kalibrowany z krzywą DICOM	Tak, podać	$> 23''$ – 10 pkt $\leq 23''$ – 0 pkt	
4.	Dodatkowy monitor min. 3 MP $\geq 21''$, rozdzielczość 1600x1200, jasność min. 400 cd/m^2	Tak / Nie	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	
5.	Po stronie Wykonawcy integracja i konfiguracja z systemami informatycznymi Zamawiającego RIS/PACS	Tak	Bez punktacji	
6.	Komputer konsoli technika o parametrach dedykowanych przez producenta aparatu.	Tak	Bez punktacji	
7.	Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM.	Tak	Bez punktacji	
8.	Pamięć obrazów w pełnej rozdzielczości $\geq 15\ 000$ obrazów	Tak, podać	Bez punktacji	
9.	Wyświetlanie podglądu obrazu z kamery zainstalowanej w kolimatorze lampy	Tak	Bez punktacji	
10.	Wirtualna (zdalna) kolimacja wiązki promieniowania z poziomu konsoli technika z wykorzystaniem podglądu z kamery pacjenta	Tak / Nie	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
11.	Wirtualne komory AEC nałożone w czasie rzeczywistym na obraz z kamery pacjenta z zaznaczeniem aktywnych komór	Tak	Bez punktacji	

12.	Wirtualne zaznaczanie obszaru badania dla zdjęć łączonych (stitching) na obrazie z kamery pacjenta	Tak / Nie	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
13.	Wirtualny obszar detektora widoczny na obrazie z kamery pacjenta	Tak	Bez punktacji	
14.	Bezprzewodowy pilot pozwalający na sterowanie funkcjami aparatu RTG	Tak	Bez punktacji	
15.	Regulacja jasności i kontrastu obrazów, wstawianie oznaczeń stron i dowolnych tekstów	Tak, podać	Bez punktacji	
16.	Programy anatomiczne z możliwością edycji nazw i możliwością tworzenia nowych programów przez użytkownika	Tak, podać	Bez punktacji	
17.	Obsługa protokołów DICOM 3.x min: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist	Tak, podać	Bez punktacji	
18.	Interkom do komunikacji z pacjentem	Tak	Bez punktacji	
19.	Menadżer zdjęć odrzuconych	Tak, podać	Bez punktacji	
20.	Zdalna diagnostyka części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu rtg.	Tak, podać	Bez punktacji	
21.	UPS do konsoli technika zapewniający czas min. 10 sek. na zakończenie badania oraz bezpieczne zamknięcie systemu	Tak	Bez punktacji	
22.	Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników • dodawanie komentarzy	Tak, podać	Bez punktacji	
23.	Oprogramowanie do automatycznego łączenia obrazów przy obrazowaniu kości długich	Tak	Bez punktacji	
24.	Interfejs w języku polskim lub interfejs sterowany za pomocą czytelnych piktoqramów z możliwością nadania polskich nazw dla programów anatomicznych	Tak, podać	Bez punktacji	
IX. Instalacja aparatu w pomieszczeniu pracowni RTG				
1.	Przystosowanie (modernizacja) pomieszczenia pracowni RTG odpowiednio dla potrzeb oferowanego aparatu w zakresie obejmującym wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w pracowni, które umożliwią zainstalowanie i użytkowanie oferowanego aparatu zgodnie z jego wymaganiami technicznymi.	Tak	Bez punktacji	
2.	Demontaż aparatu PHILIPS o numerze seryjnym s/n 9000328 rok produkcji 2009 w sposób umożliwiający ponowne złożenie i użycie aparatu	Tak	Bez punktacji	
X. Wyposażenie dodatkowe i inne wymagania				
1.	Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu: - Zatwierdzonego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego projektu osłon stałych pracowni RTG - Zatwierdzonej decyzji wydaną przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG	Tak	Bez punktacji	

2.	Wykonanie wymaganych testów: - Odbiorczych (akceptacyjnych), - Specjalistycznych	Tak	Bez punktacji	
3.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	Bez punktacji	
4.	W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego elementu powoduje wymianę tego elementu na nowy	Tak	Bez punktacji	
5.	Wykonanie obowiązkowych bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji na dostarczony sprzęt ,zgodnie z wymaganiami i w ilościach zalecanych przez producenta sprzętu.	Tak	Bez punktacji	
6.	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych w okresie gwarancji (rozumiane, jako przyjazd serwisu) [godz. w dni robocze]	≤ 48 godz.	Bez punktacji	
7.	Czas na usunięcie awarii (rozumiane, jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [dni robocze]	≤ 5 dni	Bez punktacji	
8.	Okres dostępności części zamiennych min. 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji	Tak, podać	Bez punktacji	
9.	Możliwość zgłaszania awarii: telefon, email	Tak, podać	Bez punktacji	
10.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, podać	Bez punktacji	

Załącznik nr 3 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego;
znak: P/5/2023 na:

„Dostawę aparatów RTG wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem”

oświadczamy, że:

wszystkie informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania **są/nie są*** aktualne na dzień złożenia oświadczenia.

*** niepotrzebne skreślić**

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.

Załącznik nr 4 do SWZ

<p>Wykonawca:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(pełna nazwa/firma, adres)</p>	<p>Oświadczenie Wykonawcy</p> <p>o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy</p> <p>kapitałowej</p>
--	---

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: P/5/2023 na:

„Dostawę aparatów RTG wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem”

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, oświadczamy, że;

1. nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe*
2. należymy do grupy kapitałowej co inni wykonawcy (podać nazwę), którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe i przedstawiamy/nie przedstawiamy* następujące dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

*** niepotrzebne skreślić**

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.

Nieprzedłożenie dowodów i niewykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia spowoduje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu.

Załącznik nr 5 do SWZ

UMOWA Nr P/1/2023 /projekt/

zawarta w dniu 2023 roku w Pisz, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Powiatowym w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Sienkiewicza 2, posiadającym numery: KRS 0000020130; REGON 790316961 oraz NIP 849-13-73-268, reprezentowanym przez Marka Skarzyńskiego - Dyrektora SPZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

..... adres, posiadającym numery: KRS; REGON oraz NIP, w imieniu której działają: - zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą ” o następującej treści:

....., zwany dalej Wykonawcą.

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – sprawa P/5/2023 zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie 2 szt. aparatów RTG, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca w ramach Umowy zobowiązuje się w szczególności do:
 - 1) dostarczenia, montażu, instalacji i uruchomienia aparatury rentgenowskiej w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w jego siedzibie,
 - 2) wykonania niezbędnych do montażu, instalacji i uruchomienia ww. urządzeń prac dostosowawczych (jeżeli konieczne),
 - 3) przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi dostarczonych urządzeń rentgenowskich,
 - 4) uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji na uruchomienie i użytkowanie aparatów w pracowni RTG wydanej przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w

- 5) demontażu i odbioru dwóch aparatów RTG marki Philips o nr: 9000328 i 440299, który pozwoli na ponowne zamontowanie w innej pracowni. Odpowiednie zapakowanie i zabezpieczenie wraz z wywiezieniem na paletach we wskazane przez Zamawiającego miejsce.
3. Szczegółowa specyfikacja techniczna urządzeń określona jest w załączniku nr 2, który stanowi integralną część niniejszej umowy. Dostarczony sprzęt musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, że urządzenia są fabrycznie nowe, oraz posiadają wszelkie niezbędne dokumenty.

§ 2

WARTOŚĆ UMOWY

1. Cena za przedmiot umowy wynosi: netto.....zł; brutto;
(słownie brutto:))
2. Wartość Umowy określona w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy. Cena obejmuje w szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem urządzeń, opłaty za transport i wszelkie inne koszty tj. koszt odprawy celnej, cło, załadunek, wyładunek, wniesienie urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego, instalację, montaż, wszelkie niezbędne prace dostosowawcze, szkolenie personelu Zamawiającego, dokumentację niezbędną do normalnego użytkowania, konserwacji i naprawy urządzeń, koszty związane z udzieloną gwarancją, w tym: darmowe przeglądy, czynności konserwacyjne, zakup i wymianę materiałów zużywalnych w okresie gwarancji.

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. **Zamawiający** zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy wynagrodzenie zgodnie z § 2 ust. 1.
2. Należność za dostarczone zamówienie zapłacona zostanie przelewem z konta Zamawiającego w terminie **do 14 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Płatność nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Faktura może zostać dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej wraz z dostawą, bądź przekazana w formie elektronicznej.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na stronie: <https://efaktura.gov.pl> (PEF)
4. Wykonawca może złożyć fakturę w jednej ze wskazanych form.
5. Podstawą do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany protokół odbioru. Protokół odbioru zostanie podpisany po wykonaniu wszystkich czynności objętych przedmiotem umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest wskazać na wystawionej fakturze rachunek znajdujący się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.
7. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadamia Zamawiającego w formie pisemnej.
8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.

§ 4

WARUNKI I TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie **do 30 listopada 2023 r.**
2. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie etapami:
 - 7) Etap I – demontaż starego aparatu RTG Philips o nr seryjnym 440299, przygotowanie pomieszczeń (jeżeli konieczne), instalacja, montaż dostarczonego aparatu RTG wraz z uzyskaniem decyzji na uruchomienie i użytkowanie aparatu w pracowni RTG,
 - 8) Etap II – demontaż starego aparatu RTG Philips o nr seryjnym 9000328 , przygotowanie pomieszczeń (jeżeli konieczne), instalacja, montaż dostarczonego aparatu RTG wraz z uzyskaniem decyzji na uruchomienie i użytkowanie aparatu w pracowni RTG.
3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wykonawcy dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji na uruchomienie i użytkowanie zamontowanych aparatów w pracowni RTG w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
4. Przedmiot umowy zostanie dostarczony i zamontowany w Pracowni diagnostyki Obrazowej, ul. Sienkiewicza 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparaty do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w godzinach pracy, tj. 07:00 do 15:00 w dni robocze (pn. - pt. z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczone aparaty odpowiadają wszystkim parametrom określonym w SWZ, są zgodne ze złożoną ofertą, nie są rekondukcjonowane, używane, powystawowe, są kompletne i do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.
6. Wykonawca oświadcza, że dostarczane aparaty wraz ze stacjami opisowymi są wyrobami medycznymi, dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru dla etapu I i II:
 - a) Instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji elektronicznej,
 - b) Pasporty techniczne,
 - c) Karty gwarancyjne,
 - d) Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski,
 - e) Protokół demontażu i odbioru aparatów RTG,
 - f) Wyniki testów akceptacyjnych
8. Strony ustalają, że odbiór nastąpi po:
 - a) Przekazaniu zatwierdzonego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego projektu osłon stałych,

- b) Dokonaniu przez Wykonawcę uruchomienia urządzeń,
 - c) Przekazaniu decyzji na uruchomienie i użytkowanie aparatów w pracowni RTG wydanej przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
9. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.
10. Osobami upoważnionymi do realizacji Umowy są:
- ze strony Zamawiającego: Alicja Jankowska, tel. 87 425 46 08, e-mail: rtgpisz@gmail.com
 - ze strony Wykonawcy:, tel., e-mail:.....

§ 5

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może zlecić część prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi, tj. podwykonawcom.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców.
3. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonania następujących części przedmiotu umowy:.....
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 6

GWARANCJA

1. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy.
2. Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu odbioru.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wpisu do paszportu technicznego urządzenia o dokonanym przeglądzie oraz stanie technicznym urządzenia.
4. Czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii.
5. Maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 5 dni roboczych, w przypadku gdy taka naprawa nie będzie wymagała sprowadzenia części z zagranicy oraz nie może przekroczyć 10 dni roboczych w przypadku gdy do naprawy będzie wymagana konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
6. Zgłoszenie awarii może nastąpić telefonicznie z jednoczesnym przesłaniem zgłoszenia na następujący adres mail wykonawcy tego samego dnia do godz. 16.00.

§ 7

KARY UMOWNE

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1. z tytułu zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wskazanego w § 4 ust. 1.
2. z tytułu zwłoki w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych w stosunku do terminów określonych w § 6 umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,05% wartości brutto naprawianego urządzenia za każdy dzień zwłoki,
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z winy Wykonawcy.
4. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia wykonawcy określonego w § 2 ust. 1.
5. Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie Cywilnym.

§ 8

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:
 - 1) Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy,
 - 2) Zmian wynikających z przepisów prawa,
 - 3) Zmiany terminu zakończenia realizacji z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, m.in. w przypadku przedłużającej się procedury wydania decyzji przez PWSSE,
 - 4) Zmiany terminu zakończenia realizacji z przyczyn obiektywnie nie leżących po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że wykonawca dopełnił wszystkich obowiązków, które świadczą o dochowaniu należytej staranności w realizacji przedmiotowej umowy.
 - 5) Zmiany modelu/typu zaoferowanego urządzenia w przypadku braku dostępności na rynku pod warunkiem spełnienia minimalnych parametrów technicznych
 - 6) W uzasadnionych przypadkach, np. gdy dany sprzęt jest już nieprodukowany wykonawca może dostarczyć sprzęt o lepszej jakości i o wyższych parametrach pod warunkiem, że cena nie ulegnie zwiększeniu.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

ZAKAZ CESJI

1. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania cesji wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego, bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego oraz zasad przewidzianych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Zaniechanie przez Wykonawcę spełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym będzie skutkowało nieważnością dokonanej cesji wierzytelności.
3. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek szkody w związku nieprawidłowo wykonaną cesją wierzytelności, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10

SIŁA WYŻSZA

1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej.
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przewyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
3. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej.

§ 11

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
- 3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej ustawa Pzp.
- 4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
- 5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- 6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

- 1) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
- 2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- 3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;
- 4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.) która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
2. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe - udostępnione na podstawie odpowiednich zgód lub innych podstaw prawnych - zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, stosując przy tym środki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32 RODO, zapewniające właściwą ochronę danych osobowych oraz zapewniając dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym.
3. Wszelkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
4. Adresy Stron podane na wstępie są ich adresami do korespondencji. Strony zobowiązują się do bezzwłocznego informowania na piśmie o wszelkich zmianach do korespondencji, pod rygorem skutecznego doręczenia korespondencji na ostatnio podany adres Strony.
5. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszej Umowy lub w związku z nią, jeśli nie zostaną załatwione polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

„Dostawa aparatów RTG wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem”

Nr sprawy: P/5/2023

Ja/my niżej podpisany:

działając w imieniu i na rzecz (nazwa / firma i adres wykonawcy)

.....

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy:

Lp.	Przedmiot dostawy	Nazwa i adres Zamawiającego	Wartość dostawy	Data wykonania (od ... do)
1	2	3	4	5
1				
2				

Do przedmiotowego Wykazu załączamy dowody potwierdzające że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane w sposób należyty.

.....(miejsowość), dnia.....r.

.....

podpis elektroniczny kwalifikowany

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika