



Konin, 22.05.2024r

**WSZ-EP-12/634/2024**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: Dostawa angiografu wraz z pozostałym wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów nr sprawy - WSZ-EP-12/2024**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 9**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.– zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Prosimy o informację jaki system RIS/PACS posiada Zamawiający, z którym ma zostać zintegrowany dostarczony sprzęt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający posiada system RIS (ESKULAP, producent Nexus Polska sp. z o.o.) i system PACS (RSQ Health HoloSerwer, producent RSQ Health Sp. z o.o.)**

2. Dotyczy zapisów SWZ:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada wolne licencje do podłączenia dostarczonego sprzętu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie posiada wolnych licencji do podłączenia dostarczonego sprzętu.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.