

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Szpital Miejski w Piekarach Śląskich

p.w. św. Łukasza

ul. Szpitalna 11, 41-940 Piekary Śląskie


KRS nr 0000351024, NIP: 498-024-81-12

kapitał zakładowy 90.695.000,00 zł

www.szpital.piekary.pl

e-mail: sekretariat@szpital.piekary.pl

tel. 32 39-38-100, fax 32 39-38-101



Piekary Śląskie, dn. 01.03.2023 r.

ZP - 6/2023

Wyjaśnienia treści SWZ do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa pomieszczeń i zakup sprzętu dla Pracowni Bronchofiberoskopii w Piekarskim Centrum Medycznym Sp. z o. o dla leczenia pacjentów z powikłaniami pulmonologicznymi po przebytych zakażeniu Covid-19 w celu zapobiegania, zwalczania oraz przeciwdziałania Covid-19”

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 - dotyczy Załącznika nr 1B do SWZ Pakiet nr 1 Pozycja: Aparat ultrasonograficzny endoskopowy, wzór umowy Par. 3 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt w pozycji – „Aparat ultrasonograficzny endoskopowy”, był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji ale wyprodukowanym w 2021 r.?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy SWZ Rozdz. III Pkt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę SWZ zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp tj. w przypadku gdy Wykonawca nie złoży lub złożone dokumenty będą niekompletne, Zamawiający wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 – dotyczy SWZ, Formularz ofertowy pkt. 5, Załącznik nr 1B – Pakiet nr 1 – Dział: Wymagania pozostałe Pkt. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia oferowanego zestawu (stawka vat 23%) tj. np. elementy wyposażenia wózka endoskopowego, elementy wyposażenia ssaka endoskopowego, system do archiwizacji i opisywania badań endoskopowych, stacja robocza do systemu, które nie posiadają dokumentów dopuszczających do obrotu oraz wyrazi zgodę na dodanie wiersza w formularzu cenowym (Zał. 1A) dla pozycji zawierających produkty z różną stawką vat tj. 8% i 23%? Dla asortymentu ze stawką vat 23% zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie w zakresie pozycji: „system do archiwizacji i opisywania badań endoskopowych” i „ stacja robocza do systemu”. Zamawiający informuje, iż w formularzu cenowym (Zał. 1A) dla pakietu nr 1, w kolumnie nr 6 należy podać zastosowaną stawkę/stawki VAT, natomiast pod tabelą należy wyszczególnić/ wskazać obliczenia ceny. Zamawiający dopuszcza przedstawienie stosownego oświadczenia.

Pytanie nr 4 - Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ wzór umowy §8 ust. 1.2)

Czy w §8 ust. 1.2, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne: „w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w §4 ust. 5,6 w wysokości 0,5% wartości brutto umowy licząc za każdy dzień zwłoki od upływu terminów o których mowa w §4 ust. 5,6 do dnia zrealizowania obowiązków lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie §10 ust. 2;”

Na zapis następującej treści:

„w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w §4 ust. 5,6 w wysokości 0,5% wartości brutto umowy licząc za każdy dzień zwłoki od upływu terminów o których mowa w §4 ust. 5,6 do dnia zrealizowania obowiązków lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie §10 ust. 2; Kary nie będą naliczane w przypadku dostarczenia aparatu zastępczego w terminach określonych w §4 ust. 5,6;”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 - Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ wzór umowy §8 ust. 1.1)

Czy w §8 ust. 1.2, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na następujący:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne:

1.1) W przypadku niezrealizowania umowy w terminie określonym w Par. 3 ust. 1 w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części umowy za każdy dzień zwłoki

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 - Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ wzór umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu na rozpatrzenie wad jakościowych na 2 dni robocze od zareklamowania?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 - Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ wzór umowy § 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 14 dni roboczych ?

Odp.: Zamawiający informuje, iż zapis § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wykonawca w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin w dni robocze od uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany aparatu medycznego bądź części składowej zestawu na pełnowartościowy bez wad.”.

Pytanie nr 8 - dotyczy Załącznika nr 1B do SWZ Pakiet nr 1 Pozycja: TOR WIZYJNY DO BRONCHOSKOPII (APARAT ULTRASONOGRAFICZNY-ENDOSKOPOWY) -1 SZTUKA Pkt. 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt w pozycji – „Tor wizyjny do bronchoskopii (Aparat ultrasonograficzny - endoskopowy)”, w pkt. 32 nie posiadał funkcji podglądu filmu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 - dotyczy Załącznika nr 1B do SWZ Pakiet nr 1 Pozycja: BRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY (EBUS) 1 SZTUK Pkt. 12

Czy Zamawiający w pozycji – „Bronchoskop ultrasonograficzny (EBUS)” w pkt. 12 dopuści wideoendoskop, który posiada jednorazowy zawór ssawny z przyłączem ssawnym w pełni odłączanym od bronchoskopu?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

mgr Malgorzata Smolna

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
PROKURENT


Izabela Bacik