

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Pakiet 1- Stół rehabilitacyjny – 3 sztuki

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji – 2021.	TAK	Tak
2.	Producent.	podać	Juventas
3.	Typ/model.	podać	KSR 3LE
4.	Klasa wyrobu medycznego.	Podać – jeśli doty- czy	Klasa I
II.	PARAMETRY:		
1.	Wymiary +/- 5 cm: dł. min. 190 cm, szer. min. 60 cm	Podać	211 x 69 cm
2.	wysokość regulowana w zakresie 50-90 cm lub szerszym	Podać	49-105 cm
3.	regulacja elektryczna, sterowana ramą	TAK	Tak
4.	relingi do zamocowania pasów	TAK	Tak
5.	sekcja nożna o długości min. 100 cm.	Podać	102 cm
6.	otwory na „banany” do stabilizacji	TAK	Tak
7.	min. 1 banan do stabilizacji w zestawie	TAK	Tak, 3 banany
8.	otwór w zagłówku ułatwiający pacjentowi oddychanie w pozycji leżenia przodem.	TAK	Tak
9.	zaślepka do otworu w zagłówku	TAK	Tak
10.	zagłówek regulowany sprężyna gazową	TAK	Tak
11.	regulacja zagłówka w zakresie -70/+40 stopni lub szerszym	TAK, podać	Od -80 do + 45°
12.	regulacja nożnej sekcji w zakresie 0/85 stopni lub szerszym	TAK, podać	Od 0 do 80°, zaakceptowana zmiana SIWZ
13.	maksymalne obciążenie min. 150 kg	TAK, podać	Tak, 150 kg
14.	środkowa sekcja leżyska wyposażona w składane podłokietniki	TAK	Tak
15.	kolorystyka poszycia do wyboru, z uwzględnieniem dostępności odcieni szarości/grafitu i czerwieni/burgundu	TAK	Tak
16.	wykonanie z materiałów odpornych na środki do dezynfekcji	TAK	Tak
17.	dopuszczony do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia	TAK	Tak
18.	Gwarancja min. 2 lata	TAK	Tak, 36 miesięcy
III	Dokumentacja:		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	Tak

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Dr Danuta Kowalska, Prezes Zarządu

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)