

## PAKIET 2

Przedmiot zamówienia Miniwirówka Producent: Phoenix Instrument, Niemcy (nazwa, kraj)				
Typ aparatu CD-1008G				
Rok produkcji: 2021				
LP.	WYMAGANE PARAMETRY	WYMAGANA ODPOWIEDŹ	SZCZEGÓLOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA	PUNKTACJA
<b>I.</b>	<b>Miniwirówka – 1 szt.</b>	<b>TAK</b>	Miniwirówka – 1 szt.	
1.	Zastosowanie: 1) do szybkich zwirowań 2) do mikrofiltracji	TAK TAK	Zastosowanie: 3) do szybkich zwirowań 4) do mikrofiltracji	
2.	Maksymalne przyspieszenie co najmniej 2.600 x g	TAK	Maksymalne przyspieszenie 2.680 x g	
3.	Praca ciągła	TAK	Praca ciągła	
4.	Rotory: 1) na co najmniej 8 probówek okrągłodennych o poj. 2 ml z adapterami umożliwiającymi wirowanie probówek o poj. 0,2 i 0,5 ml 2) na co najmniej 4 paski 8 x 0,2 ml	TAK  TAK	Rotory: 3) na 8 probówek okrągłodennych o poj. 2 ml z adapterami umożliwiającymi wirowanie probówek o poj. 0,2 i 0,5 ml 4) na 2 paski 8 x 0,2 ml (zgodnie z odp. Zamawiającego)	
5.	5) wymiana rotorów bez użycia narzędzi	TAK / NIE	6) wymiana rotorów bez użycia narzędzi	TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt
6.	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	TAK / NIE	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
7.	Głośność max 45 dB	TAK	Głośność 45 dB	
8.	Zasilanie 230 V/50 Hz	TAK	Zasilanie 230 V/50 Hz	
9.	Pokrywa w kolorze zielonym	TAK / NIE	Pokrywa w kolorze zielonym	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
<b>II.</b>	<b>WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO</b>	<b>WYMAGANA ODPOWIEDŹ</b>	<b>OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI</b>	
1.	Okres gwarancji min.12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego	TAK podać	<b>36 miesięcy</b>	
2.	Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy)	podać	DANLAB, ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok	
3.	Forma zgłoszeń: e-mail, pisemnie	podać	serwis@danlab.pl	

Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.....  
osoba/y upoważniona/e do występowania w imieniu wykonawcy