

OPIS ANALIZATORA:**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

Lp.	Parametry graniczne			Potwierdzenie spełniania parametru TAK/NIE
1	Rok produkcji nie starszy niż 2020rok			TAK
2	Wieloparametrowy analizator do zamawianych badań metodą enzymoimmunofluorescencyjną.			TAK
3	Analizator przeznaczony do pracy na stole laboratoryjnym			TAK
4	Stała gotowość aparatu do pracy przez 24 h na dobę, bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy.			TAK
5	Aparat nie wymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników takich jak substraty, płyny dekontaminujące i materiałów zużywalnych).			TAK
6	Brak płynów płuczających i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatu			TAK
7	Minimum 12 miejsc pomiarowych.			TAK
8	Aparat bezigłowy - wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta).			TAK
9	Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu).			TAK
10	Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym.			TAK
11	Krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatu, a rekalkibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie.			TAK
12	Nieodpłatne podłączenie analizatora do LIS ESKULAP			TAK
13	W czasie trwania umowy bezpłatny przegląd serwisowy analizatora co najmniej 1 raz w roku.			TAK
14	Analizator pracujący w systemie monotestów. Możliwość wykonywania badań pojedynczych i w serii.			TAK
15	Dołączona do oferty deklaracja zgodności CE.			TAK