



# Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 11.10.2023 r.

Do wszystkich  
Uczestników postępowania  
Znak sprawy – PN-68/2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej progu**, którego przedmiotem jest dostawa, **nr ogłoszenia 2023/S 181-566498 z dnia 20.09.2023 r.**

**Znak sprawy – PN-68/2023 – dostawę pierwszego wyposażenia dla zadania pn. „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie”.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

## **Pytanie 1**

Dot. Zał. Nr. 1, pakiet nr.1; poz. 4 pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z czasem ładowania do energii 300J nie dłuższym niż 10 sekund na zasilaniu sieciowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## **Pytanie 2**

Dot. Zał. Nr. 1, pakiet nr.1; poz. 4 pkt. 35

Czy zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w pkt. 35. Zgodnie z naszą wiedzą parametr ten dotyczy zapamiętywania danych a nie alarmów. Zgodnie z powyższym prosimy o wykreślenie pkt. 35 ponieważ prawdopodobnie wystąpiła omyłka pisarska.

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt 35.**

## **Pytanie 3**

Dot. Zał. Nr. 1, pakiet nr.1; poz. 9 pkt. 15 i 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o wadze 1,3 kg i wymiarach 15 (Dług.) x 21 (Gł.) x 11 (Wys.) cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## **Pytanie 4**

Dot. Zał. Nr. 1, pakiet nr.2; poz. 10 pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lodówkę o wymiarach wewnętrznych w mm (SxGxW) 440/435/1635?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## **Pytanie 5**

Dot. Zał. Nr. 1, pakiet nr.2; poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kosze na odpady komunalne pedałowe 30 l?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## **Pytanie 6**

Dot. Zał. Nr. 1, pakiet nr.2; poz. 18 pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania mikrofalówkę bez chłodzenia obudowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## **Pytanie 7**

Dot. Zał. Nr. 1, pakiet nr.2; poz. 24 pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania parawan mobilny Wypełnienie – zasłonka z materiału – poliester z wodoodporną powłoką - 6 kolorów do wyboru?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8**

Dot. Zał. Nr. 1, pakiet nr.2; poz. 30 pkt. 14, 15, 24

Czy Zamawiający dopuści do postępowania macerator do pieluch o następujących parametrach?

- Zasilanie trójfazowe 415V/ 50Hz 3-fazowe, bezpiecznik 16A

- Zużycie energii na cykl: 0,034 kWh

- Zakres ciśnienie wody zimnej 0,5-10 bar

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9**

Dot. Zał. Nr. 1, pakiet nr.2; poz. 48 pkt. 5 i 29

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy z limitem wagi pacjenta do 125 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10**

Dot. Zał. Nr. 1, pakiet nr.2; poz. 48 pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy z wydajnością pompki 6L/min?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11**

Dot. Zał. Nr. 1, pakiet nr.2; poz. 52

Czy zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w poz. 52? Opis dotyczy wanny dezynfekcyjnej o pojemności 30 l, a w tytule pozycji 52, Zamawiający określił pojemność 10 l?

**Odpowiedź: Opis dotyczy wanny o pojemności 30 l. Zamawiający modyfikuje zapisu załącznika nr 1.**

**Pytanie 12**

Dot. Zał. Nr. 1, pakiet nr.2; poz. 74 pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kontener do transportu materiału zakaźnego który nie jest wyrobem medycznym i nie posiada aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13- Pakiet 1 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy o wadze 2,27 kg.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14 Dotyczy: Pakiet 1 Pozycja nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stacji dokującej o wadze 2,55 kg.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15**

**Dot. Zał. Nr. 1, pakiet nr.1; poz. 1 pkt. 35**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o wadze 2,27 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16**

**Dot. Zał. Nr. 1, pakiet nr.1; poz. 2 pkt. 3**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o wadze 2,55 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17**

**Dot. Zał. Nr. 1, pakiet nr.1; poz. 28 pkt. 5**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sondy do litotrypsji do PCNL o rozmiarze 3,76 mm(w zaokrągleniu 11.3 Fr.,

a nie opisane 11.28 Fr), długość 396 mm oraz pozostałe parametry zgodne z OPZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 18**

**Dotyczy zadania nr 1 poz. 19**

Czy Zamawiający Czy z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w paskiecie 1 poz. 19 dostępności części zamiennych przez okres 5 lat od dostawy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**