

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.05.2023 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp.								
Wykonawca: Bertz Medical Sp. zo.o. Sp.K. ul.Fabianowska 131, 62-052 Komorniki								
PAKIET 5 MATERIAŁY JEDNORAZOWE 1								
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	szacunkowe zapotr. (op./szt) na 36 miesięcy	cena jedn. netto	stawka VAT %	wartość netto	wartość brutto	nazwa i kraj producenta PODAC
1	Sterylny wężyk pompy wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Elementy wężyka umożliwiają monitorowanie ciśnienia w systemie wężyków, zawiera filtr cząsteczkowy. Czas pracy na wężyku pompy wynosi do 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP).Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Objętość wężyka: 17,3 ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar. Wężyki są zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego. opakowanie x 10 szt	op	60	1490,00	8	89 400,00	96 552,00	Ulrich GmbH & Co. KG (Niemcy)
2	Sterylny wężyk pacjenta, długość 250cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock, bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP).Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczegoObjętość wężyka: 12,5ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar. Wężyki są zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego.opakowanie x 100 szt	op	36	1700,00	8	61 200,00	66 096,00	Ulrich GmbH & Co. KG (Niemcy)
	<b>Łączna wartość pakietu nr 5:</b>					<b>150 600,00</b>	<b>162 648,00 zł</b>	

UWAGI: Materiały zużywalne w pełni kompatybilne z urządzeniem Missouri, które nie spowodują usterek w urządzeniu i nie są powodem jego uszkodzenia oraz są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.

Wężyki są zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego.

Sprzęt kompatybilny do automatycznego wstrzykiwacza XD200x firmy ulrich

wężyk  
pompy  
XD 2020

wężyk  
pacjenta  
XD2040