

## CERTYFIKAT WE

### Certyfikat Oceny Projektu WE

Dyrektywa 93/42/EWG dot. wyrobów medycznych (MDD), Załącznik II (4)

(Wyroby klasy III)

**Nr G7 025701 0088 Zmiana 00**

**Wytwórca:** **B. Braun Surgical S.A.**

Ctra. de Terrassa 121  
08191 Rubi (Barcelona)  
Hiszpania

**Produkt:** **Materiały Szewne**

Jednostka Certyfikująca TÜV SÜD Product Service GmbH oświadcza, iż badanie projektu ww. wyrobów przeprowadzono zgodnie z Załącznikiem II (4) Dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych (MDD). Projekt ww. wyrobów spełnia postanowienia określone w niniejszej Dyrektywie. Do celów sprzedaży ww. produktów niezbędny jest dodatkowy certyfikat według Załącznika II. Patrz również uwagi na odwrocie strony.

**Raport nr:** 713142129

**Ważny od:** 2019-05-27

**Ważny do:** 2024-05-26

**Data,** 2019-05-24

/-/ [podpis nieczytelny]

Stefan Preiss

Dyrektor ds.certyfikacji / Jednostki notyfikowanej

Strona 1 z 2

TÜV SÜD Product Service GmbH jest jednostką notyfikowaną posiadającą numer identyfikacyjny 0123.

## CERTYFIKAT WE

### Certyfikat Oceny Projektu WE

Dyrektywa 93/42/EWG dot. wyrobów medycznych (MDD), Załącznik II (4)

(Wyroby klasy III)

**Nr G7 025701 0088 Zmiana 00**

**Miejsce(a) wytwarzania:**

B. Braun Surgical S.A.

Ctra. de Terrassa, 121, 08191 Rubi (Barcelona)

HISZPANIA

**Model(e):**

**Monosyn**

**Parametry:**

Szew chirurgiczny glikolidowy, monofilamentowy, wchłaniaalny,  
bezbarwny i fioletowy, z lub bez pętli

Rozmiar USP

Rozmiar EP

Długość

7/0 do 2

0,5 do 5

maks. 250cm