

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia  
do postępowania na "Sukcesywną dostawę odczynników i sprzętu do badań z zakresu mikrobiologii medycznej dla SPZOZ w  
Grodzisku Wielkopolskim"  
nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.10.2023  
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp.  
Wykonawca :

**Pakiet nr 8 - Biologiczne wskaźniki skuteczności sterylizacji**  
**Biologiczne wskaźniki kontroli sterylizacji parą wodną w autoklawie**

Planowane na 36 miesięcy

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Cecha dodatkowa towaru</i>	<i>ilość na 36 miesięcy</i>	<i>jednostka miary</i>	<i>nr katalogowy</i>	Cena 1 opak. netto	VAT	Cena 1 opak. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Biologiczne wskaźniki do kontroli skuteczności sterylizacji	pasek bibuły nasycony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus w opakowaniu papierowo-foliowym *, termin ważności min 12 miesięcy	1000	szt	BT50	356,40/ op.=100 szt.	23%	438,37	3564,00	4383,72
Razem									3564,00	4383,72

\* na podstawie dopuszczenia przez Zamawiającego w odpowiedziach z dn. 03.07.2023r. Wykonawca oferuje produkt równoważny w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją