

ul. Osmańska 14
02-823 Warszawa
t. +48 22 377 11 00
f. +48 22 377 11 01

bd.com



Warszawa, 28.03.2022 r.

Dotyczy: kaniul dożylnych BD Neoflon™ Pro

nr katalogowe: 391379, 391380

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że kaniule dożylne BD Neoflon™ Pro posiadają 6 pasków radiocieniujących. Paski są równomiernie rozmieszczone wzdłuż kaniuli.

Całkowita powierzchnia pasków radiocieniujących wynosi $25 \pm 3\%$.

Z poważaniem

Sylwia Banowicz
Junior Product Manager
MDS Poland

Advancing the world of health