

**\*SPECYFIKACJA TECHNICZNA\*(modyfikacja z 10.10.2023 r.)****Wanna porodowa – 1 szt.**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>INFORMACJE OGÓLNE:</b>		
1.	Wanna porodowa	TAK	TAK, Wanna porodowa
2.	Fabrycznie nowa, rok produkcji – 2023.	TAK	TAK, 2023
3.	Producent.	podać	CHIRANA PROGRES
4.	Typ/model.	podać	HUBARD PLUS
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	KLASA 2a
6.	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności.	TAK	TAK
<b>II.</b>	<b>PARAMETRY TECHNICZNE:</b>		
1.	Urządzenie wolnostojące, nie wymagające fundamentowania oraz obudowy	TAK	TAK, Urządzenie wolnostojące, nie wymagające fundamentowania oraz obudowy
2.	Konstrukcja wanny odporna na korozję	TAK	TAK, Konstrukcja wanny odporna na korozję
3.	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz	TAK	TAK, Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
4.	Anatomicznie wyprofilowane wnętrze wanny, siedzisko i oparcie pod stopy dostosowane do porodów	TAK	TAK, Anatomicznie wyprofilowane wnętrze wanny, siedzisko i oparcie pod stopy dostosowane do porodów
5.	Dostęp personelu do pacjentki z 4 stron	TAK podać	TAK, Dostęp personelu do pacjentki z 4 stron
6.	Pojemność max. niecki w zakresie 370 – 500 l	TAK podać	TAK, pojemność niecki 370 l
7.	Automatyczne napełnianie wodą do dwóch poziomów: - standardowego - awaryjnego	TAK	TAK, Automatyczne napełnianie wodą do dwóch poziomów: - standardowego - awaryjnego
8.	Długość zewnętrzna wanny w zakresie 1 900 – 2 300 mm	TAK podać	TAK, długość: 1935mm
9.	Długość niecki wanny min. 1 600 mm	TAK podać	TAK, szerokość: 1600mm
10.	Szerokość wanny w zakresie 1 000 – 1 600 mm	TAK podać	TAK, szerokość 1600 mm
11.	Pomiar temperatury wody nalewanej oraz znajdującej się w wannie prezentowany na wyświetlaczu cyfrowym	TAK	TAK, Pomiar temperatury wody nalewanej oraz znajdującej się w wannie prezentowany na wyświetlaczu cyfrowym
12.	Oświetlenie pola rodzenia	TAK	TAK, Oświetlenie pola rodzenia
13.	Bateria mieszalna wody, słuchawka prysznicowa	TAK	TAK, Bateria mieszalna wody, słuchawka prysznicowa

			cowa
14.	Uchwyty ułatwiające wejście i wyjście z wanny	TAK	TAK, Uchwyty ułatwiające wejście i wyjście z wanny
15.	Stabilny podest lub schodki do wchodzenia i wychodzenia - antypoślizgowe	TAK	TAK, Stabilny podest
16.	Wanna wykonana z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, odpornego na ogólnodostępne środki czyszczące oraz dezynfekujące	TAK	TAK, Wanna wykonana z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, odpornego na ogólnodostępne środki czyszczące oraz dezynfekujące
17.	Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu w cenie urządzenia oraz wszystkie podłączenia do wykonania przez Wykonawcę	TAK	TAK, Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu w cenie urządzenia oraz wszystkie podłączenia do wykonania przez Wykonawcę
<b>III. WARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE I TECHNICZNE</b>			
1.	Montaż na Sali Porodowej Traktu Porodowego w miejscu wskazanym przez zamawiającego: - zasilanie elektryczne 5x2,5mm <sup>2</sup> - zasilanie wody 16x2,0 mm - odpływ kanalizacji DN50	TAK	TAK, Montaż na Sali Porodowej Traktu Porodowego w miejscu wskazanym przez zamawiającego: - zasilanie elektryczne 5x2,5mm <sup>2</sup> - zasilanie wody 16x2,0 mm - odpływ kanalizacji DN50
<b>III. DOKUMENTACJA:</b>			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	TAK
2.	Paszporthy techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim.	TAK	TAK
3.	Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych.	TAK	TAK, Przegląd raz w roku Badanie bezpieczeństwa elektrycznego , sprawdzenie szczelności i uszkodzeń mechanicznych, sprawdzenie powłoki.
4.	Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	TAK

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.*