

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podgrzewacz do płynów infuzyjnych – 1 szt.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Podgrzewacz do płynów infuzyjnych	TAK	TAK
2.	Fabrycznie nowy, rok produkcji – 2023.	TAK	TAK
3.	Producent.	podać	ALVO Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4.	Typ/model.	podać	Stojak z misa, nr kat. 2-033
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	I
6.	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności.	TAK	TAK
II.	PARAMETRY TECHNICZNE:		
1.	Pięcioramienna podstawa jezdna ze stali nierdzewnej	TAK podać	Tak, Pięcioramienna podstawa jezdna ze stali nierdzewnej
2.	Koła antystatyczne, w tym co najmniej dwa z blokadą ruchu	TAK podać	Tak, Koła antystatyczne (wszystkie z blokadą ruchu)
3.	Miska wykonana ze stali kwasoodpornej o pojemności min. 5 litrów	TAK podać	Tak, Miska wykonana ze stali kwasoodpornej o pojemności 6 litrów
4.	Zasilanie elektryczne 230V/50Hz	TAK podać	Tak, Zasilanie elektryczne 230V/50Hz
5.	Regulacja temperatury w zakresie min. 35 – 60 °C	TAK podać	Regulacja temperatury w zakresie do 80°C. Zgodnie z odp. Zamawiającego
6.	Czytelna skala temperaturowa	TAK	TAK
7.	Wbudowany termostat bezpieczeństwa	TAK	TAK
III.	DOKUMENTACJA:		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	TAK
2.	Paszporthy techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim.	TAK	TAK
3.	Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych.	TAK	TAK
4.	Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	TAK

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istot-

nych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Agnieszka Nowak (podpis elektroniczny)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.