


Dygestorium wzmocnione do pracy w wysokich temperaturach, z użyciem kwasów

## Dygestorium 120,150



szafka na kwasy i zasady

### Dygestorium

#### Wentylacja

Dygestorium szerokość W [mm] 1200 1500 1800

Zalecany poziom przepływu V [m<sup>3</sup>/h] 720 900 1080

Króciec wentylacyjny Ø250 (gniazdo Æ252):

Gniazda o klasie szczelności IP44. Panel elektryczny musi posiadać oznaczenie CE i być wykonany ze stali ocynkowanej, dwustronnie malowanej epoksydowo. Panele montowane w kolumnach obok okna dygestorium zatraskowo-bez użycia śrub.

W panelach podblatowych -4 gniazda, na tylnej ścianie komory po 4 gniazda z każdej strony. Klapki gniazd muszą posiadać miejsce do zamontowania opisu gniazda.

Dygestorium musi składać się z części roboczej (komora robocza) z podwójnymi ścianami bocznymi i pojedynczą tylną oraz blat roboczy. Panele z mediami, okno przednie, system wentylacyjny, oświetlenie, panel sterujący oraz podstawy, w której można zamontować szafki.

#### Podłączenie mediów i odprowadzenie ścieków

Woda pitna,

Zawór z regulacją, oznaczenie

zgodne z normą EN13792

wylewka zakończona gwintem;

Gazy palne

Ceramiczna uszczelka, 90° zawór

prawostronny, opis zgodny z

EN 13792

wylewka: zakończona oliwką

elastyczny wąż stalowy Ø12 z nakrętką G 1/2"

PN =0.2 bar

Gazy niepalne Zawór regulowany; opis zgodny

z EN 13792;

wylewka: zakończona oliwką

elastyczny wąż stalowy

Ø12 with union nut G 1/2"

PN =10 bar

Niska próżnia 1000 –1 mbar

Zlewik z syfonem i podłączeniem

do odprowadzenia skroplin

lana ceramika, żywica epoksydowa; rury z polipropylenu,

wymiar zewnętrzny 40 mm; -

Odprowadzenie skroplin

wąż gumowy Æ 20 mm (wewnątrz)

 <b>architekton</b>		SP. Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ UL.BRUKOWA 6/8 tel. (+48) 0-42 651 66 90 arch@architekton.com.pl	
TEMAT:	<b>DOKUMENTACJA PROJEKTOWA</b> <b>NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO-NAUKOWEGO A6</b> <b>NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO</b> <b>UNIwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251</b>		
ADRES:	92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obręb W-14		
ZAMAWIAJĄCY:	<b>UNIwersytet Medyczny w Łodzi</b> <b>AL.KOŚCIUSZKI 4</b> <b>90-419 ŁÓDŹ</b>		
WYKONAWCA OPRACOWANIA:	<b>ARCHITEKTON SP.Z O.O.</b> 91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8		
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
mgr inż. arch. Andrzej Szumak	upr. bud. nr 227/85/WŁ		
WSPÓŁPRACUJĄCY:			
mgr inż. arch. Jolanta Drzazga			
D. Klimaszewska-Stajuda			
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. arch. Ryszard Zawierucha	upr. bud. nr 206/82/WML		
STADIUM:			
<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>			
NAZWA RYSUNKU			
<b>LABORATORIA -DYGESTORIA WZMOCNIONE</b>			
DATA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU	SKALA :
11-2018	TECHNOLOGIA	ZP/91/2017/PW/TECH/08	1:25