

ZESTAWIENIE BADAŃ – DETRO®PAA 2200

Skuteczność biobójcza	Norma EN	Szczepy testowe	Czas kontaktu
Bakterie	EN 13727 EN 14561	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i>	5 minut
Grzyby/ Drożdże	EN 13624	<i>Candida albicans</i> <i>Aspergillus brasiliensis (niger)</i>	5 minut
	EN 14562	<i>Candida albicans</i>	5 minut
Prątki	EN 14348 EN 14563	<i>Mycobacterium terrae</i>	5 minut
Wirusy	EN 14476	<i>Adenovirus</i> <i>Poliovirus</i> <i>Murine norovirus</i>	5 minut
Spory	EN 13704	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus cereus</i> <i>Clostridium sporogenes</i>	5 minut
	EN 17126	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus cereus</i> <i>Clostridium Difficile 027</i>	5 minut
