

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### PAKIET NR 1 - Urządzenie do magnetoterapii:

Wymagane funkcje i parametry:

- wbudowane programy terapeutyczne
- możliwość tworzenie własnych programów
- jednoczesna obsługa przez sterownik dwóch aplikatorów
- minimalny zakres działania 1-100Hz
- zakres czasu trwania impulsów 0,5-8 s,
- zmiana indukcji pola magnetycznego 0-20 mT
- zasilanie 230V/50Hz

Wymagane akcesoria:

- aplikator szpulowy duży ( min. 600 mm)
- aplikator szpulowy mały ( min. 315 mm)
- leżanka kompatybilna z dużym aplikatorem

### PAKIET NR 5 - Aparat do krioterapii ciekłym azotem

Cechy charakterystyczne:

- min. 6 stopni mocy w tym opcje pulsacyjne (zmniejszające zużycie azotu),
- opcja kriopunktury
- wagowy pomiar ilości azotu
- wyświetlacz LED
- zbiornik na azot (30L)
- temperatura gazu przy wylocie z dysze -160 - -110 stopni Celsjusza
- zasilanie 230V/60Hz

Żywiec, dnia 18-01-2024r.

.....  
(podpis)