

aparat do terapii polem magnetycznym
niskiej częstotliwości



CECHY UŻYTKOWE

- 5" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
- jeden kanał zabiegowy
- tryb manualny
- jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
- baza wbudowanych programów zabiegowych
- baza programów użytkownika
- baza sekwencji użytkownika
- programy ulubione
- możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
- encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
- statystyki przeprowadzanych zabiegów
- regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego



MAGNETOTERAPIA

- emisja ciągła i impulsowa
- kształt pola: prostokątny dwupołówkowy, trójkątny dwupołówkowy, sinusoidalny dwupołówkowy, impulsowy dwupołówkowy, prostokątny jednapołówkowy, trójkątny jednapołówkowy, sinusoidalny jednapołówkowy, impulsowy jednapołówkowy
- wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza
- sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych
- nastawy zakresu częstotliwości pola magnetycznego z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury ekranowej
- nastawy wartości czasu zabiegu z dokładnością do 1 s za pomocą klawiatury ekranowej

PROGRAMY ZABIEGOWE

- | | |
|--|-----|
| • wbudowane programy zabiegowe, w tym: | 124 |
| programy CS60 | 50 |
| programy CS35 | 28 |
| programy CP | 46 |
| • programy do ustawienia dla użytkownika | 50 |
| • programy ulubione | |

SEKWENCJE ZABIEGOWE

- sekwencje do ustawienia dla użytkownika 10



PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry magnetoterapii

- częstotliwość pracy 2 – 140 Hz
- maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora:
 - aplikator CS60 4 mT
 - aplikator CS35 10 mT
 - aplikator CP 3 mT
- maksymalna indukcja znamionowa przy ścianie aplikatora:
 - aplikator CS60 6 mT
 - aplikator CS35 12 mT
 - aplikator CP 12,5 mT
- maksymalna wartość zmiany indukcji:
 - aplikator CS60 12 mT
 - aplikator CS35 24 mT
 - aplikator CP 25 mT
- parametry trybu przerywanego impuls 1 s/ przerwa 0,5 – 8 s
- spektrum częstotliwości 0 – 50 Hz
- zegar zabiegowy 30 s – 60 minut

Parametry ogólne

- wymiary aparatu 34 x 28 x 11 cm
- masa aparatu 7 kg
- zasilanie, pobór mocy 230 V, 50/60 Hz, 350 VA



CZĘŚCI STANDARDOWE

- przewód sieciowy 1
- okulary ochronne dla pacjenta 1
- magnes stały 1
- rysik do ekranu 1
- ściereka do ekranu LCD 1
- bezpieczniki zapasowe 2
- instrukcja użytkowania 1
- protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa 1
- paszport techniczny 1
- karta gwarancyjna 1

CZĘŚCI OPCJONALNE

- aplikator szpulowy CS60
- aplikator szpulowy CS35
- aplikator płaski CP ze statywem
- leżanka pola magnetycznego typu LE_CS
- stolik pod aplikator pola magnetycznego CS35 typu ST_CS