



Poznań, 18 października 2021 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

wg rozdzielnika

Nasz znak: AD-O.272.25.2021
Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SWZ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet II załącznik nr 3 do SWZ

Pytanie nr 1: „Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instalacji, uruchomienia i przeszkolenia z obsługi urządzenia? Urządzenie jest proste w obsłudze i zawiera instrukcję w języku polskim.”

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza możliwość zainstalowania i uruchomienia sprzętu we własnym zakresie. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, w pakiecie II, nie zawarł wymogu przeszkolenia pracowników.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet VI załącznik nr 7 do SWZ

Pytanie nr 2: „Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instalacji, uruchomienia i przeszkolenia z obsługi urządzenia? Urządzenie jest proste w obsłudze i zawiera instrukcję w języku polskim.”

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza możliwość zainstalowania i uruchomienia sprzętu we własnym zakresie. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, w pakiecie VI, nie zawarł wymogu przeszkolenia pracowników.



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet VII załącznik nr 8 do SWZ

Pytanie nr 3: „Czy Zamawiający dopuści wagę o obciążeniu maksymalnym 520g?”

Pytanie nr 4: „Czy Zamawiający dopuści wagę o obciążeniu minimalnym 2g?”

Pytanie nr 5: „Czy Zamawiający dopuści wagę z adiustacją wewnętrzną półautomatyczną?”

Pytanie nr 6: „Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wzorcowania wagi w laboratorium akredytowanym?”

Pytanie nr 7: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wzorcowanie wagi w minimalnym obciążeniu wagi w punkcie 2g i maksymalnym 520g, oraz pozostałych punktach 10, 50, 100, 200, 300g?”

Odpowiedź nr 3 - 7: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 8: „Czy Zamawiający dopuści wagę z szalką ze stali nierdzewnej?”

Odpowiedź nr 8: Zamawiający wymaga, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - szalka wagi odporna na środowisko kwaśne.

Pytanie nr 9: „Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instalacji, uruchomienia i przeszkolenia z obsługi urządzenia? Urządzenie jest proste w obsłudze i zawiera instrukcję w języku polskim.”

Odpowiedź nr 9: Zamawiający dopuszcza możliwość zainstalowania i uruchomienia sprzętu we własnym zakresie. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, w pakiecie VII, nie zawarł wymogu przeszkolenia pracowników.

Dotyczy Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie nr 10: „Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowienia urządzenia.”

Odpowiedź nr 10: W specyfikacji warunków zamówienia, w punkcie XVI *Sposób obliczenia ceny* zamawiający zapisał (...) *Cenę należy skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie koszty związane z dostawą, zainstalowaniem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia, w tym transportem i wyładowaniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (pakietu I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dostawa do Pracowni ZHW w Koninie, ul. Kościuszki 37B – budynek parterowy, pakiety VIII, XII i XVIII dostawa do Pracowni ZHW w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250 – budynek III - kondygnacyjny wyposażony w windę).*



Średni wymiar otworu drzwiowego w ZHW w Poznaniu: szerokość 130cm, wysokość 200cm. Wymiary windy w ZHW w Poznaniu: szerokość drzwi 117cm, wymiar wnętrza windy 174cm x 136cm. Średni wymiar otworu drzwiowego w ZHW w Koninie: szerokość 100cm, wysokość 200cm.

Pytanie nr 11: „Dot. załącznika nr 1 do SWZ: wzór formularza cenowego. Prosimy Zamawiającego o możliwość modyfikacji arkusza cenowego poprzez dodanie dodatkowej rubryki z wykazaniem stawek VAT, ponieważ nasza oferta składa się z urządzenia medycznego z podstawową stawką VAT 8% oraz pozostałych składników ze stawką VAT 23%.”

Odpowiedź nr 11: Zamawiający nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia. W formularzu ofertowym należy uzupełnić m.in. rubrykę „w tym VAT:zł”

Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 21 do SWZ

Pytanie nr 12: „Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2021 r. Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy pakiet XVII autoklaw przelotowy na 01.04.2022 r.”

Odpowiedź nr 12: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 13: „§ 6 punkt 3: Niezależnie od rękojmi SPRZEDAJĄCY udziela KUPUJĄCEMU gwarancji na dostarczony sprzęt licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przez KUPUJĄCEGO z zastrzeżeniem, iż udzielona gwarancja przez SPRZEDAJĄCEGO nie może być krótsza niż gwarancja producenta oferowanego sprzętu. Czas przystąpienia do naprawy przez serwisanta wynosić będzie do 48 godzin od momentu otrzymania pisemnie, faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgłoszenia o potrzebie naprawy. Jeżeli przedmiot zamówienia nie zostanie naprawiony w okresie gwarancji w ciągu 10 dni od momentu otrzymania zgłoszenia o potrzebie naprawy to SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się, na czas naprawy dostarczyć urządzenie zastępcze, sprawne technicznie, kompletne, nieuszkodzone, umożliwiające wykonanie badań. Na wymienione elementy przedmiotu zamówienia udzielona zostanie nowa 24 miesięczna gwarancja. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: 3.Niezależnie od rękojmi SPRZEDAJĄCY udziela KUPUJĄCEMU gwarancji na dostarczony sprzęt licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przez KUPUJĄCEGO z zastrzeżeniem, iż udzielona gwarancja przez SPRZEDAJĄCEGO nie może być krótsza niż gwarancja producenta oferowanego sprzętu. Czas przystąpienia do naprawy przez serwisanta wynosić będzie do 48 godzin w dni robocze od momentu otrzymania pisemnie, faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgłoszenia o potrzebie naprawy. Na wymienione elementy przedmiotu zamówienia udzielona zostanie nowa 24 miesięczna gwarancja.”



Pytanie nr 14: „§ 7 punkt 1, podpunkty: 1,2: 1.SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest zapłacić karę umowną KUPUJĄCEMU: 1) z tytułu niedotrzymania terminu określonego w §3 ust. 1 lub w §6 ust. 3 wysokości 0,5% wynagrodzenia SPRZEDAJĄCEGO brutto, o którym mowa w §2 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki; 2) w przypadku gdy sprzęt, nie będzie zgodny ze specyfikacją warunków zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia SPRZEDAJĄCEGO brutto, o którym mowa w §2 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w wymianie wadliwego towaru; Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: 1.SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest zapłacić karę umowną KUPUJĄCEMU: 1) z tytułu niedotrzymania terminu określonego w §3 ust. 1 lub w §6 ust. 3 wysokości 0,20% wynagrodzenia SPRZEDAJĄCEGO brutto, o którym mowa w §2 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki; 2) w przypadku gdy sprzęt, nie będzie zgodny ze specyfikacją warunków zamówienia w wysokości 0,20% wynagrodzenia SPRZEDAJĄCEGO brutto, o którym mowa w §2 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w wymianie wadliwego towaru;”

Odpowiedź nr 13-14: Zamawiający modyfikuje specyfikację warunków zamówienia tylko w zakresie określonym w wyjaśnieniach treści specyfikacji warunków zamówienia z dnia 13 października 2021 r. Na pozostałe propozycje Zamawiający nie wyraża zgody i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet XV załącznik nr 16 do SWZ

Pytanie nr 15: „Czy Zamawiający w pakiecie XV zgodzi się na zmianę terminu dostawy na „do 10 tygodni”?”


Odpowiedź nr 15: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

z up. Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

KIEROWNIK
Zespołu ds. Administracyjnych


mgr Lidia Zwierzchowska-Cerek

Sporządziła: D. Bartoszevska


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl