

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stanowisko do pielęgnacji noworodka wraz z promiennikiem podczerwieni – 2 zestawy

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Stanowisko do pielęgnacji niemowląt	TAK	TAK, Stanowisko do pielęgnacji niemowląt
2.	Fabrycznie nowy, rok produkcji – 2024.	TAK	TAK, Fabrycznie nowy, rok produkcji – 2024.
3.	Producent.	podać	Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o.
4.	Typ/model.	podać	Stanowisko do pielęgnacji noworodków system Millennium Zestaw Agatka moduł A,B,U
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	Klasa wyrobu medycznego I
6.	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności.	TAK	Tak, Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia zostanie dostarczona kopia deklaracji zgodności
II.	PARAMETRY TECHNICZNE:		
1.	Umywalka z szafką	TAK	Tak, Umywalka z szafką
2.	Stelaż nierdzewny z płytą meblową obustronnie laminowaną <u>lub</u> meble metalowe zabezpieczone przed korozją.	TAK podać	Tak, Stelaż wykonany z aluminium lakierowanego proszkowo na wybrany kolor z palety RAL – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3 z dn. 13.05.2024 z płytą meblową obustronnie laminowaną
3.	Umywalka z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.	TAK	Tak, Umywalka z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.
4.	Bateria zlewozmywakowa.	TAK	Tak, Bateria zlewozmywakowa.
5.	Wymiary stanowiska mycia rąk: - szerokość: 500 mm +/- 100 mm - głębokość: 670 mm +/- 100 mm - wysokość: 900 mm +/- 100 mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm	TAK podać	Tak, Wymiary stanowiska mycia rąk: - szerokość: 400 mm - głębokość: 580mm - wysokość: 880 mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm
6.	Wanienka z szafką dwudrzwiową	TAK	Tak, Wanienka z szafką dwudrzwiową
7.	Stelaż nierdzewny z płytą meblową obustronnie laminowaną <u>lub</u> meble metalowe zabezpieczone przed korozją.	TAK podać	Stelaż wykonany z aluminium lakierowanego proszkowo na wybrany kolor z palety RAL – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3 z dn. 13.05.2024 z płytą meblową obustronnie laminowaną
8.	Wanienka z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.	TAK	Tak, Wanienka z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.
9.	Bateria zlewozmywakowa z wyciąganym natryskiem.	TAK	Tak, Bateria zlewozmywakowa z wyciąganym natryskiem.
10.	Wymiary stanowiska kąpielowego: - szerokość: 800 mm +/- 100 mm - głębokość: 670 mm +/- 100 mm - wysokość: 900 mm +/- 100 mm	TAK podać	Tak, Wymiary stanowiska kąpielowego: - szerokość: 800 mm - głębokość: 580 mm - wysokość: 880mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości

	z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm		885 mm
11.	Przewijak z 2 – 4 szufladami	TAK podać	Tak, Przewijak z 3 szufladami
12.	Stelaż nierdzewny z płytą meblową obustronnie laminowaną <u>lub</u> meble metalowe zabezpieczone przed korozją.	TAK podać	Stelaż wykonany z aluminium lakierowanego proszkowo na wybrany kolor z palety RAL – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3 z dn. 13.05.2024 z płytą meblową obustronnie laminowaną
13.	Szuflady z systemem cichego domykania.	TAK	Tak, Szuflady z systemem cichego domykania.
14.	Blat z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.	TAK	Tak, Blat z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, zmywalnego i odpornego na ogólnodostępne środki myjące oraz dezynfekujące.
15.	Materacyk tapicerowany materiałem zmywalnym, odpornym na działanie ogólnodostępnych środków myjących i dezynfekujących powierzchni. Wodoodporny.	TAK	Tak, Materacyk tapicerowany materiałem zmywalnym, odpornym na działanie ogólnodostępnych środków myjących i dezynfekujących powierzchni. Wodoodporny.
16.	Wymiary materacyka nie mniejsze niż: 520 x 640 mm	TAK podać	Tak, Wymiary materacyka: 520 x 640 mm
17.	Wymiary przewijaka: - szerokość: 700 mm +/- 100 mm - głębokość: 670 mm +/- 100 mm - wysokość: 900 mm +/- 100 mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm	TAK podać	Tak, Wymiary przewijaka: - szerokość: 700 mm - głębokość: 580 mm - wysokość: 880 mm z możliwością regulacji górnej krawędzi blatu do wysokości 885 mm
18.	Promiennik podczerwieni do ogrzewania noworodka	TAK	Tak, Promiennik podczerwieni do ogrzewania noworodka
19.	Mocowanie przyściennie	TAK	Tak, Mocowanie przyściennie
20.	Zasilanie 23 V, 50 Hz	TAK	Tak, Zasilanie 23 V, 50 Hz
21.	Moc promiennika: 700 W	TAK	Tak, Moc promiennika: 700 W
22.	Regulacja mocy grzania manualna lub automatyczna	TAK podać	Tak, Regulacja mocy grzania manualna lub automatyczna
23.	Wyposażony w miernik temperatury	TAK	Tak, Wyposażony w miernik temperatury
24.	System ograniczenia mocy	TAK	Tak, System ograniczenia mocy
25.	Wbudowane oświetlenie	TAK	Tak, Wbudowane oświetlenie
26.	Wymiary: - szerokość: 700 mm +/- 100 mm - głębokość: 460 mm +/- 100 mm	TAK podać	Tak, Wymiary: - szerokość: 680 mm - głębokość: 545 mm
27.	<u>Szerokość całkowita zestawu nie większa niż 2050 mm</u>	TAK	Tak, Szerokość całkowita zestawu nie większa niż 2050 mm
III.	DOKUMENTACJA:		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	Tak, Instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim będzie dostarczona wraz z urządzeniem.
2.	Paszpory techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim.	TAK	Tak, Paszpory techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim.
3.	Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej wraz ze szczegółowym wykazem	TAK	Tak, Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykony-

	prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych.		wania przez serwis okresowych przeglądów technicznych ujęto w instrukcji obsługi sprzętu w rozdziale „ogłędziny techniczne”
4.	Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	Tak, Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia

Konfiguracja stanowisk – widok od frontu:

Stanowisko nr 1 – kolejność montażu od lewej: przewijak z promiennikiem, wanienska, umywalka

Stanowisko nr 2 – kolejność montażu od lewej: umywalka, wanienska, przewijak z promiennikiem

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
kwalifikowany podpis elektroniczny