



GE Healthcare

ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa

T +48 22 330 83 00
F +48 22 330 83 83

Warszawa, dnia 02.09.2024

Zamawiający:
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie **ZAKUP PIĘCIU APARATÓW DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO I PIĘCIU KARDIOMONITORÓW ANESTEZJOLOGICZNYCH WRAZ Z MODUŁAMI I AKCESORIAMI DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII**

Znak sprawy: IZP.2411.187.2024.AJ

OŚWIADCZENIE

Wykonawca - firma GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., będąca autoryzowanym dystrybutorem oferowanych urządzeń, niniejszym oświadcza, iż oferowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie **ZAKUP PIĘCIU APARATÓW DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO I PIĘCIU KARDIOMONITORÓW ANESTEZJOLOGICZNYCH WRAZ Z MODUŁAMI I AKCESORIAMI DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII** Nr procedury: **IZP.2411.187.2024.AJ** urządzenia: Carestation 650c, Carescape Canvas 1000, Carescape ONE są zgodne z opisem urządzenia wymaganym przez Zamawiającego, **spełniają wszystkie** wymagania oraz parametry techniczno-użytkowe zaoferowane w załączniku nr 4 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia):

Potwierdzamy, że urządzenia spełniają w szczególności następujące opisy:

Pkt 83 Parametry ekranu -ekran pojedynczy, płaski, monitor mocowany na ruchomym ramieniu z regulacją kątów widzenia, ekran kolorowy, przekątna ekranu monitora min .19
Pkt 104 Eliminacja artefaktów pomiar krzywej pletyzmograficznej
Pkt 140 Monitorowanie z wszystkich modułów jednocześnie na wspólnym ekranie
Pkt 142 Aparat do znieczulenia i monitoring jednego producenta
Pkt 143 Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem Carescape i Web Viewer
Pkt 157 Symulator do pomiaru SPO2 obsługujący zaoferowaną metodę (technologię) saturacji- łącznie 1 sztuka
Pkt 49 Tryb mechaniczny wentylacji z monitorowaniem parametrów na ekranie respiratora lub kardiomonitora
Pkt 70 Minimalne (rozłączenia) i maksymalne ciśnienie oddechowe
Pkt 74 Bezdech obrazowany na ekranie respiratora lub kardiomonitora

Pkt 75 Stężenie tlenu na wdechu - alarm wyzwalany z poziomu aparatu do znieczulenia lub kardiomonitora

Pkt 77 Podłączenie aparatu do instalacji gazów medycznych oraz odciagu (ustawienie aparatu i regulacja do istniejącego odciagu gazów medycznych)

Z poważaniem

Martyna Wychowaniec

Specjalista ds. Przetargów