

# Sempercare Green

Numer artykułu: 300 0008 2\*\*/ Kod spec.: NCF-035GR

\*\* = 07 (rozmiar XS), 08 (rozmiar S), 09 (rozmiar M), 10 (rozmiar L), 11 (rozmiar XL)

## Opis:

Niejałowe jednorazowe rękawice diagnostyczne nitylowe bezpudrowe. Produkowane bez użycia chloru, białek lateksowych i akceleratorów chemicznych z informacją na opakowaniu. Wewnątrz polimeryzowane dla łatwiejszego nakładania. Kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń. Mankiet równomiernie rolowany. Mikroteksturowane z dodatkową wyraźną teksturą na palcach dla podniesienia chwytności. Dobrze przylegające do skóry użytkownika, dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Rękawice przeszły test biokompatybilności oraz ocenę biologiczną zgodnie z normą EN ISO 10993-5 (cytotoksyczność) i EN ISO 10993-10 (działanie drażniące i uczulające) przeprowadzone w niezależnym laboratorium. Rękawiczki nie wykazują działania drażniącego i alergizującego, przebadane zgodnie ze zmodyfikowanym testem Draize'95 oraz zostały przebadane dermatologicznie na ludziach „DermoTest” – co potwierdza informacja na opakowaniu. Odporne na działanie substancji chemicznych oraz leków cytostatycznych (zgodnie z listą odporności chemicznej [www.sempermed.com/knowledge-area/chemical-resistance/](http://www.sempermed.com/knowledge-area/chemical-resistance/)).

## Materiał / kolor:

Nitryl / Miętowa zieleń

## AQL:

1,0 (zg. z raportem z badań wydanym przez akredytowane laboratorium)

## Grubość (pojedyncza ścianka; mm):

Palec - 0,10 ± 0,02 mm; Dłoń - 0,08 ± 0,02 mm; Mankiet - 0,06 ± 0,02 mm

## Długość rękawicy wg EN 455-2:

mediana ≥ 240 mm

## Opakowanie:

200 szt. (180 szt. dla rozm. XL)

Otwór dozujący wyposażony w folię zapobiegającą przed kontaminacją pozostałych rękawic ze środowiskiem.

Rozmiary XS - XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera.

## Data ważności:

3 lata

## Regulacje prawne:

Reg. UE 2017/745 (MDR) Wyrób medyczny Klasa I

Reg. UE 2016/425 (PPE) Środek ochrony osobistej Kategoria III

Reg. UE 1935/2004 Materiały do kontaktu z żywnością

## Zgodność z normami:

EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 420/ EN ISO 21420, ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, ASTM F 1671, ASTM D 6978, ISO 2859, ASTM D 3578-19, ASTM D 6319-19 / ASTM D 5250-19, ISO 10282, ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 62366-1, EN ISO 14971, ISO 2230, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-10, ISO 13485, ASTM D 6319, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Producent - Semperit Investments Asia Pte Ltd.  
Przedstawiciel EC - Semperit Technische Produkt GmbH

<nieczytelny podpis>

Wydany przez Larissę Rieger  
Kierownik ds. Zarządzania Produktami  
Sempermed