



Adres: No.4, Baolong 6th Road, Baolong Industrial Town,  
Longgang District 518116, Shenzhen, Chiny  
TEL: 86-755-89312160 FAX: 86-755-89312239

My, SCW Medicath Ltd. z siedzibą w Chinach, adres: No.4, Baolong 6th Road Baolong Industrial Town, Longgang District Shenzhen 518116 Guangdong, niniejszym deklarujemy zmianę numerów katalogowych strzykawek do angiografii z powodu wprowadzenia nowego katalogu, zgodnie z poniższą listą:

**Uzupełnienie – tabela zawierająca stare i nowe numery katalogowe:**

Model strzykawki do angiografii:	Kompatybilność z następującymi modelami wstrzykiwaczy kontrastu, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC	SCW stary numer katalogowy	SCW zawartość zestawu	SCW nowy numer katalogowy
DSA-150-A1	Medrad Mark V/Medrad Mark V ProVis	832603	1x strzykawka 150 ml 1x J-rurka	42.16.10004
DSA-150-A2	Medrad Mark 7		1x strzykawka 150 ml 1x J-rurka	42.16.10016
CT-200-A1	Medrad Vistron CT Medrad EnVision CT	832601	1x strzykawka 200 ml 1x złącze 150 cm 1x J-rurka	42.16.10000
MRI-65/115-A1	Medrad Spectris Solaris EP MR	832623	1x strzykawka 65ml 1x strzykawka 115ml 2x J-rurka 1x złącze Y(T) 250 cm 2x ostrze spike	42.16.10010
CT-200/200-A2	Medrad Stellant D CT	832602	1x strzykawka 200 ml 1x złącze 150 cm 1x J-rurka	42.16.10002
CT-200-A2	Medrad Stellant D Dual Syringe CT	832620A	1x strzykawka 200 ml 1x złącze Y(T) 150 cm 1x J-rurka 1x ostrze spike	42.16.10013
		832620B	1x strzykawka 200 ml 1x J-rurka 1x ostrze spike	42.16.10014



Adres: No.4, Baolong 6th Road, Baolong Industrial Town,  
Longgang District 518116, Shenzhen, Chiny  
TEL: 86-755-89312160 FAX: 86-755-89312239

CT-200-B1	Libel-Flarsheim CT9000 Libel-Flarsheim CT9000 ADV Mallinckrodt Optivantage	832609	1x strzykawka 200 ml 1x J-rurka 1x złącze 150 cm	42.16.20000
CT-200-B1	Libel-Flarsheim CT9000 Libel-Flarsheim CT9000 ADV Mallinckrodt Optivantage	832609Y	1x strzykawka 200 ml 1x J-rurka 1x złącze Y(T) 150 cm	42.16.20040
CT-200/200-B1	Libel-Flarsheim CT9000 DH Libel-Flarsheim CT9000 ADV Mallinckrodt Optivantage	832621	2x strzykawka 200 ml 2x J-rurka 1x złącze Y(T) connecting 150 cm 2x ostrze spike	42.16.20001
MRI-60/60-B1	Libel-Flarsheim Optistar Libel-Flarsheim MR OptiStar LE Injector System	832613	2x strzykawka 60 ml 1x złącze Y(T) 250 cm 2x J-rurka 2x ostrze spike	42.16.20006
MRI-60/60-NE	Nemoto Sonic Shot	832618	2x strzykawka 60 ml 1x złącze Y(T) 250 cm 2x J-rurka 2x ostrze spike	42.16.30007
CT-200-NE	Nemoto Dual Shot A-25 Nemoto Dual Shot CT A-60	832615	1x strzykawka 200 ml 1x złącze 150 cm 1x J-rurka	42.16.30002



Adres: No.4, Baolong 6th Road, Baolong Industrial Town,

Longgang District 518116, Shenzhen, Chiny

TEL: 86-755-89312160 FAX: 86-755-89312239

CT-100/200-NE	Nemoto Dual Shot	832632	1x strzykawka 100 ml 1x strzykawka 200 ml 1x złącze Y(T) 150 cm 2x J-rurka 2x ostrze spike	42.16.30008
CT-200-NE	Nemoto Dual Shot	832632A	1x strzykawka 200 ml 1x złącze Y(T) 150 cm 1x J-rurka 1x ostrze spike	42.16.30009
CT-100-NE	Nemoto Dual Shot CT	832632B	1x strzykawka 100 ml 1x J-rurka 1x ostrze spike	42.16.30010
CT/DSA-150-A1	Angiomat Illumena	832611	1x strzykawka 150 ml 1x J-rurka 1x złącze 150 cm	42.16.20003

Rurki - 0.12"	Medrad Vistron CT Nemoto Dual Shot A-25 Libel-Flarsheim CT9000, CT9000 ADV, Optivantage Medrad Mark V ProVis Angiomat Illumena	832653	złącze 0.12", 150cm, 375psi	42.02.90001
Rurki - 0.15"	Medrad Stellant D Dual Syringe CT Nemoto Dual Shot Libel-Flarsheim CT9000 DH, Optivantage	832651	złącze Y 0.15", 150cm, 375psi	42.02.90000
Rurki - 0.15"	Medrad Spectris Solaris EP MR Nemoto Sonic Shot Libel-Flarsheim Optistar	832654	złącze Y 0.15", 250cm, 375psi	42.02.90002