

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawy analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób badanych, środków działających podobnie do alkoholu wraz z ukompletowaniem i kasetami testującymi.

1. Jednoczesne wykrywanie co najmniej następujących grup związków:
 - opioidy,
 - amfetamina i jej analogi,
 - kokaina,
 - tetrahydrokanabinole,
 - benzodiazepiny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz. U. 2014 poz. 948).

2. Możliwość pobrania śliny od osoby badanej i wykonania badania w warunkach nielaboratoryjnych – np. w warunkach kontroli drogowej.
3. Badanie osoby przy użyciu jednorazowej kasety (próbniaka) do poboru śliny.
4. Czas trwania analizy próbki śliny od chwili wprowadzenia kasety (próbniaka) do urządzenia maksymalnie 10 minut.
5. Kolorowy wyświetlacz typu LCD, zapewniający łatwy odczyt wyniku – np. w warunkach nocnych bez pomocy dodatkowych urządzeń.
6. Oprogramowanie w języku polskim.
7. Jednoznaczne wyniki w języku polskim bez konieczności interpretacji ze strony osoby obsługującej.
8. Zasilanie akumulatorowe lub bateryjne.
9. Możliwość podłączenia do sieci 230 V oraz do instalacji elektrycznej samochodu.
10. Wymagany minimalny okres gwarancji – 24 miesiące od daty odbioru dostawy.

UKOMPLETOWANIE:

1. Drukarka do drukowania raportów wraz z kompletem akumulatorów zasilających i ładowarką (ładowanie przy użyciu gniazda samochodowego lub zasilania sieciowego) oraz 5-cioma zapasowymi rolkami papieru.
2. Drukarka urządzenia podaje informacje o aktualnym stanie urządzenia dotyczącym kalibracji – jednoznaczna informacja czy urządzenie w momencie badania jest sprawne do użytkowania.
3. Termin ważności kaset do analizatora min. 12 miesięcy.
4. Termin ważności kaset testowych do analizatora w dniu dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż 10 miesięcy od daty ważności wskazanej przez Producenta.
5. Okablowanie umożliwiające podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej, gniazda zapalniczki samochodowej.
6. Zamykany futerał (torba) lub walizka transportowa.
7. Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim.

Dla każdego urządzenia należy uwzględnić doposażenie w 100 sztuk kaset testowych, umożliwiających pobranie próbki śliny od badanego oraz analizę tej próbki, co zostanie potwierdzone wydrukiem.


SPECJALISTA
Szekcji VI Wydziału Zapatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Beata SIELAWA