

SPZZOZ.ZP/79/2018

Przasnysz, 28.01.2019 r

Do wszystkich,
Którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na Zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu po ponownej analizie udzielonych odpowiedzi dnia 22.01.2019 koryguje odpowiedzi na pyt. 113 i 114:

Pyt. 113

Pakiet IV poz. 6 -11

Dot. Opis parametrów wymaganych, poz. 8 Aparat USG ginekologiczno-położniczy z funkcją Dopplera Punkt 8.

Czy zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta dedykowany do badań ginekologiczno-położniczych posiadający 335 127 cyfrowych kanałów przetwarzania? Parametr ten jest parametrem nigdzie nie zdefiniowanym stąd producenci stosują różne sposoby przeliczenia tego parametru, co nie przekłada się na jakość obrazowania aparatu.

Odp. Winno być:

8	<i>Ilość przetwarzania</i>	<i>kanałów</i>	<i>TAK/Podać</i>		<i>=335.000 – 0 pkt >335.000 – 10 pkt.</i>
---	----------------------------	----------------	------------------	--	---

Pyt. 114

Pakiet IV poz. 6 -11

Dot. Opis parametrów wymaganych, poz. 8 Aparat USG ginekologiczno-położniczy z funkcją Dopplera Punkt 22.

Czy zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta dedykowany do badań ginekologiczno-położniczych posiadający możliwość zapisu 13200 obrazów w pamięci podręcznej? Taka ilość przekłada się na około 10 minut zapisu, a w praktyce klinicznej wykorzystuje się około 15-30 sekund zapisu.

Odp. Winno być:

22	<i>Funkcja CINE</i>	<i>TAK/Podać</i>		<i>Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE =4.000 – 0 pkt >4.000 – 10 pkt.</i>
----	---------------------	------------------	--	--

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZZOZ w Przasnyszu
lek. Jerzy Sadowski