



Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Nr postępowania 22/SMED/2023

Kraków, dnia 12.09.2023r.

Odpowiedzi na pytania
złożone do postępowania pn.:
„Dostawa Sprzętu Medycznego”

Pytanie nr 1: Głowica współpracująca z urządzeniami mobilnymi typu smartfon, tablet – 2 kpl dotyczy 22/SMED/2023 – część nr 4, Wymagane minimalne parametry, Głowica współpracująca z urządzeniami mobilnymi typu smartfon, tablet – 2 kpl. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022? Niestety ale producent nie może zagwarantować, że dostarczone urządzenie będzie wyprodukowane w 2023 roku

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 rok.

Zamawiający dokonuje zmiany w dokumentacji postępowania w następujących plikach:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia;
- Ogłoszenie o zamówieniu;
- zał_nr_1_USG_cz_nr_4_form_of_str._2

W powyższych plikach zmiany zostały oznaczone kolorem jak również nazwy ich dodany mają człon: „...korekta 12-09-2023”

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.09.2023 oraz terminu związania z ofertą na dzień 14.10.2023

Odpowiedzi wraz ze zmianami należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Marek Maślerz

Zamawiający