

Miechów, dnia 25 września 2020 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Nr sprawy: 32/2020 Wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym na Platformie Zakupowej wpłynęły następujące pytania:

Zapytanie nr 1

Prosimy o zmianę paragrafu 2 punkt 6 umowy na: Za prawidłowo wykonaną usługę "testy specjalistyczne" Zamawiający uzna dostarczenie sprawozdań z badań o zakresie zgodnym z wymaganiami załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2015 poz. 2040) zawierających wyniki przeprowadzonych pomiarów, rezultaty obróbki matematycznej otrzymanych wyników, jednoznaczne określenie o akceptacji lub jej braku w przypadku każdego z badanych parametrów dla każdego z aparatów i urządzeń z nimi współpracujących.

Ad 1

Wskazane w pytaniu rozporządzenie utraciło moc 19 czerwca 2017 r. Aktem zmieniającym jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 884).

Pozostaje jak we wzorze umowy.

Zapytanie nr 2

Prosimy o podanie terminów wykonania testów poszczególnych aparatów.

Ad 2

Ważność testów upływa 7 października 2020 roku. Wykonanie testów musi nastąpić przed upływem ich ważności po uprzednim ustaleniu telefonicznym.