



BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Kuźnicza 49/55
50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 24 72 | +48 71 375 28 22 | +48 71 375 22 34
bzp@uwr.edu.pl | www.uwr.edu.pl

Wrocław, dnia 24 lipca 2023 r.

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie
internetowej prowadzonego postępowania)

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.:
**Dostawa czytnika spektrofotometrycznego wyposażonego w monochromator z dedykowaną przystawką do pomiarów w mikroobjętościach dla od 1-32 próbek jednocześnie;
Podgrzewany port kuwetowy
Możliwość odczytu płytek od 6 do 384 dołków**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że udzielam odpowiedzi na poniższe pytanie:

Pytanie nr 1:

Dzień dobry, zwracamy się z zapytaniem do przedmiotowego postępowania: dot. 2.4 Szerokość spektralna nie większa niż 2 nm Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zakres szerokości spektralnej do 2,5nm? z poważaniem Katarzyna Przybylska

Odpowiedź nr 1:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zakres szerokości spektralnej do 2,5nm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w treści Opisu przedmiotu zamówienia/ minimalne wymagania, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

Załączniki:

Załącznik nr 3 – nowy obowiązujący opis przedmiotu zamówienia/ minimalne wymagania do SWZ z dnia 24 07 2023r.

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Przewodnicząca Komisji
Przetargowej

.....
mgr inż. Monika Golińczak

