

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 15
07-100 Węgrów

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, Znak: ZP/SJ/18/22 (Dz.U.U.E z dnia 07.12.2022 r. nr 2022/S 236-680346)

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców:

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do gazometrii poj. 2-3ml, wypełnionej suchą heparyną litową, bez filtra; możliwość wykonania precyzyjnego pomiaru parametrów gazometrycznych, hemoglobiny, elektrolitów (Ca ++, Mg ++, Cl -) i glukozy. Sposób pobierania (aspiracja manualna, prekalibracja, napływ naturalny), pakowane pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu

Pakiet 13

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o wymiarach 45x42 mm, w pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o wymiarach 42x36 mm, w pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o wymiarach 55x40 mm, w pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu

Pakiet 17

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyty z trzonkiem o średnicy 2,4mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie uchwytów z trzonkiem o średnicy 2,4mm

Poz. 2

Czy ze względu na to, że uchwyty jednorazowe pakowane są po 10szt w opakowaniu handlowym, Zamawiający dopuści do zaoferowania ilość 20 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 20 szt. czyli 2 opakowań handlowych

Pakiet 27

Poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu? Decyzja Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty na pozostałe pozycje w pakiecie 27.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższej pozycji do odrębnego pakietu. Zmiana ilości pakietów po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu jest technicznie niemożliwa.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Podpisał:

Dyrektor SPZOZ w Węgrowie

Lek. med. Artur Skóra