



AG 261-10/22

Starogard Gdański, dnia 26.04.2022 r.

Zamawiający:

Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana  
ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański

### Wyjaśnienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym bez negocjacji** na **dostawę ambulansu transportowego**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: ustawa pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1.** Zamawiający wymaga zgodności z normą PN-EN 1789:2021-02, stąd chcemy zapytać czy dopuszcza się ambulans typu B ( zgodnie z opisem załącznika nr 2 do SIWZ), który spełnia wszystkie wymogi ambulansu typu A2 wymaganego przez siwz i jest zgodny z przytoczoną normą ?

**Odpowiedź:** *Tak, zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie nr 2.** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze monoblokowe renomowanej firmy z UE charakteryzujące się następującymi parametrami:

- przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji i pozycji transportowych;
- nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;
- z możliwością regulacji nachylenia oparcia pod plecami do kąta 90 stopni tj. do pozycji siedzącej ;
- rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;
- z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;
- możliwość montażu dodatkowego zestawu pasów lub uprząży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej
- ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi przednimi i tylnymi rączkami do przenoszenia , z możliwością montażu do ramy noszy składanego wieszaka do kroplówki
- nosze są zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału



- z nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych
- obciążenie dopuszczalne 250 kg
- waga oferowanych noszy 44,7 kg
- z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu;
- regulacja wysokości w trzech poziomach;
- wszystkie kółka jezdne o średnicy 200 mm, 4 kółka skrętne w zakresie 360 stopni, kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach ?

Wyjaśniamy, że proponowane nosze monoblokowe od kilkunastu lat są używane w ambulansach transportowych w Polsce, posiadają autoryzowany serwis, mają bardzo dobrą opinię u użytkowników oraz są bardzo lekkie, co z uznaniem podkreślają ratownicy.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 3.** Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający kabinę kierowcy posiadającą 3 miejsca ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 4.** Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zgodnie z zapisem projektu umowy w paragrafie 6 pkt 8 i 9, zapewnia przeglądy okresowe wymagane przez producenta POJAZDU BAZOWEGO, ZABUDOWY oraz WYPOSAŻENIA, MEDYCZNEGO , ale koszty przeglądu i materiałów eksploatacyjnych ( materiały zużywalne ) płaci zamawiający ?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie wymaga by koszty wymaganych przeglądów w okresie gwarancji ponosił Wykonawca.**

**Pytanie nr 5.** Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans w kolorze nadwozia białym lub żółtym RAL 1016 zgodnie z wymogiem normy PN EN 1789 ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**