



SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica

Tel. 71 312-09-20 Fax. 71 312-14-98

E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl

NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125

www.szpital-trzebnica.pl

Nr postępowania: ZP/37/2020/PN

Trzebnica, dnia 08.01.2021 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Zakup i dostawa aparatu RTG ramię C wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi i użytkowania**”.

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) odpowiada na poniższe zapytanie Wykonawcy, które brzmi:

Ad. 21 Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z rozdzielczością uzyskiwanych obrazów 1296 x 966?

W proponowanym rozwiązaniu obrazy posiadają wyższą rozdzielczość niż wymagana - proponowana 1,252 mln pikseli vs wymagana 1,049 mln pikseli.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z poważaniem,

SPZOZ Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy
Dyrektor
Jarosław Marończak