



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 01.07.2024 r.

DZP-23/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do analizatora Maldi Biotyper Sirius IVD System

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 3, poz. 6

Usługa konserwacji i rekalkibracji pipet jednokanałowych – potwierdzone wydaniem świadectwa kalibracji zgodnie z normą PN-EN ISO 8655 i wpisem do dokumentacji technicznej Zamawiającego.

Czy Zamawiający może wyjaśnić ilość 9? Jaka jest wymagana liczba kalibracji i dla ilu sztuk pipet?

Odp.: Zamawiający wymaga zabezpieczenia łącznie 9 kalibracji dla zapewnienia corocznej kalibracji 3 pipet.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1A do SWZ z zakresie Pakietu nr 1, poz. 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Podpisał:
Dyrektor
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie