

Pisz, dnia 28.08.2023 r.

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpital Pisz  
ul. Sienkiewicza 2  
12-200 Pisz**

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ i załączników**

**Dotyczy: Dostawa implantów do osteosyntezy na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pieszu;  
znak: P/11/2023**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej: SWZ

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 5 pkt 4, iż data ważności będzie wskazywana o ile dotyczy?** Należy wskazać, iż nie wszystkie produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny mieć określoną datę ważności.

**Odpowiedź: Zamawiający doda zapis „jeśli dotyczy” (kolor czerwony w projekcie umowy)**

2. **§3 ust. 6**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ulotki (instrukcje użytkowania) do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego z witryny internetowej zamiast wersji papierowej w opakowaniu wyrobu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .**

**Dyrektor SPZOZ  
Szpitala Powiatowego w Pieszu  
/-/mgr inż. Marek Skarzyński**