

**WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA**  
**26/05/2024**

Zamawiający otrzymał następujące pytania do treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu:

1. Zamawiający napisał: „Gwarancja producenta wynosi 24 miesiące na całość zamówienia. Rękojmia wynosi: 12 miesięcy”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymienionego produktu z gwarancją do 28 lutego 2026 roku? Producent nie dysponuje odczynnikiem, który spełniałby opisane przez Zamawiającego kryterium gwarancji.

Odpowiadając na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu z gwarancją do 28 lutego 2026r.

2. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dostawy z „14 dni” na „do 21 dni”. Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent wymienionych odczynników deklaruje czas dostawy do 21 dni. Odczynniki te są produkowane i magazynowane poza granicami kraju.

Odpowiadając na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni.

3. Uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający dopuści dNTP Mix o parametrach równoważnych w odniesieniu do podanego w zapytaniu ofertowym?

Odpowiadając na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dNTP Mix o parametrach równoważnych w odniesieniu do podanego w zapytaniu ofertowym.