



Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/19

Sucha Beskidzka dnia 26.02.2019r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -
Położniczego wraz z Blokiem Porodowym**

LAMPY OPERACYJNE I ZABIEGOWE

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ – parametry techniczne (wymagania podstawowe):


Pakiet nr 1 – lampa sufitowa zabiegowa – 3szt.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy pola 220-340mm? – dotyczy l.p. 4


Odp. 220 mm Nie, 340 mm - Tak

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w 88 diod led (4 moduły po 22 diody), jak na poniższej wizualizacji? Konstrukcja oferowanej lampy gwarantuje wysoką jednolitość światła bez konieczności stosowania odbłyśników (światło skupione na soczewkach znajdujących się na diodach) – dotyczy l.p. 6-7

Odp. Zgodnie z SIWZ.




3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w czaszę z odlewu aluminiowego z diodami zabezpieczonymi osłonami wykonanymi z poliwęglanu, który jest bardziej odporny na zarysowania niż szkło. – dotyczy l.p. 8



Odp. Zgodnie z SIWZ.


4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w dwa uchwyty brudne gwarantujące wygodne pozycjonowanie, jak na poniższej wizualizacji? – dotyczy l.p. 9

Odp. Zgodnie z SIWZ.



5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z trybem endo – kolor zielony? – dotyczy l.p. 13

Odp. Zgodnie z SIWZ.



6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy ze stałą temperaturą barwową 4800K? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego – dotyczy l.p. 14

Odp. Zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy ze współczynnikiem R9=93? – dotyczy l.p. 15

Odp. Zgodnie z SIWZ.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o głębokości oświetlenia 110cm? – dotyczy l.p.18

Odp. Tak.


9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z poborem mocy 60W? – dotyczy l.p. 19

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 2 – lampa operacyjna sufitowa – 1szt.


10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy (głównej i satelitarnej) o średnicy pola 220-340mm? – dotyczy l.p. 5

Odp. 220 mm Nie, 340 mm - Tak



11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy (głównej i satelitarnej) wyposażonej w 88 diod led (4 moduły po 22 diody)/każda czasza jak na poniższej wizualizacji? Konstrukcja oferowanej lampy gwarantuje wysoką jednolitość światła bez konieczności stosowania odbłyśników (światło skupione na soczewkach znajdujących się na diodach) – dotyczy l.p. 7-8

Odp. Zgodnie z SIWZ.




12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy (głównej i satelitarnej) wyposażonej w czaszę z odlewu aluminiowego z diodami zabezpieczonymi osłonami wykonanymi z poliwęglanu, który jest bardziej odporny na zarysowania niż szkło. – dotyczy l.p. 9

Odp. Zgodnie z SIWZ.


13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy (głównej i satelitarnej) wyposażonej w dwa uchwyty brudne gwarantujące wygodne pozycjonowanie (każda czasza) – dotyczy l.p. 10


Odp. Zgodnie z SIWZ.



14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy (głównej i satelitarnej) z trybem endo – kolor zielony? – dotyczy l.p. 14

Odp. Zgodnie z SIWZ.





15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy (głównej i satelitarnej) ze stałą temperaturą barwową 4800K? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego – dotyczy l.p. 15

Odp. Zgodnie z SIWZ.

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy (głównej i satelitarnej) ze współczynnikiem R9=93? – dotyczy l.p. 17

Odp. Zgodnie z SIWZ.

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy (głównej i satelitarnej) o głębokości oświetlenia 110cm? – dotyczy l.p.19

Odp. Tak.

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy (głównej i satelitarnej) z poborem mocy 120W (łącznie)? – dotyczy l.p. 19

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 1 i 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 7 tygodni? Prośbę swoją uzasadniamy wydłużonymi terminami dostaw na podzespoły do lamp od naszych poddostawców, spowodowane spiętrzeniem wielu projektów (a teraz ich realizacją) w sektorze medycznym w ostatnim kwartale roku.

Odp. Nie.

z poważaniem

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
lek. Marek Haber

Asystent Dyrektora
ds. Techniczno - Eksploatacyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
Kierownik
Działu Zamówień i Rozliczeń
Sebastian Koczek