



**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**  
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice  
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

**Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia**

| Lp. | Nazwa asortymentu  | jm. | Ilość |
|-----|--|-----|-------|
| 1   | Przedłużacz typu Heidelberg do systemów infuzyjnych dł. 140 cm, średnica drenu wew./zew. 3,0 x 4,1 mm. Wykonany z PCV bez szkodliwych ftalanów DEHP. Końcówki luer Lock w całości transparentne zapewniające transparentność połączeń. Objętość wypełnienia 9,9 ml.  | szt | 2000  |
| 2   | Igła do pobierania leków, szlif ołówkowy z otworem bocznym, sterylizowane tlenkiem etylenu, op. a 100szt. 1,2 x 30 mm, 1,2 x 40 mm   | op  | 325   |
| 3   | Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem personelu aktywowany jedną ręką.<br>Zagięta pod kątem 90° z ostrzem Hubera do portu, z przedłużką min 20 cm z zaciskiem na linii, z automatycznym pozytywnym ciśnieniem podczas wyciągania igły, miękkimi podkładkami od strony skóry pacjenta.<br>Konstrukcja igły umożliwiająca obserwację miejsca nakłucia. Kodowanie rozmiarów za pomocą kolorowej identyfikacji. Długość igły: 15, 17, 20, 25, 30, 35 mm, rozmiar 19, 20, 22G | szt | 200   |
| 4   | Ostrza chirurgiczne z uchwytem wykonane ze stali węglowej, sterylne, w saszetkach czytelnie oznakowanych, na każdej ręczce wygrawerowany nr ostrza, długość uchwytu 10 - 12 cm, pakowane pojedynczo w przezroczystym opakowaniu, które łatwo otworzyć w jałowy sposób, op. a 10szt., rozmiary 10 - 24 do wyboru przez zamawiającego.   | op  | 100   |
| 5   | Gąbka do toalety jamy ustnej Pacjenta  | szt | 12000 |
| 6   | Termometr elektroniczny bezdotykowy  | szt | 40    |
| 7   | MATA DEKONTAMINACYJNA 45 x 115 cm, 30 listków, kolor niebieski   | szt | 100   |
| 8   | Prowadnica 20G do igieł podpajęczynówkowych 25 G i 26 G  | szt | 1000  |
| 9   | Prowadnica 22 G do igieł podpajęczynówkowych 27 G i 29 G   | szt | 1000  |

**Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**