

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Karny w Czerwonym Borze udzieli zamówienia publicznego na dostawę i montaż **urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania paczek i bagaży Skaner RTG XIS-6040 Astrophysics**. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na ww.

1. Wymagania Zamawiającego:

- a. Urządzenie powinno być wyposażone w stoły rolkowe wej/wyj.
- b. Minimalna długość taśmociągu na wejściu/wyjściu: 500 mm (mierzona od fartuchów ochronnych do początku/końca taśmy). Zamawiający dopuszcza stosowanie podajników/stolików rolkowych w celu zapewnienia ww. parametrów.
- c. Urządzenie wyposażone w okablowanie i oprogramowanie niezbędne do jego prawidłowego użytkowania;
- d. Okres gwarancji na oferowany zestaw min. 3 lata;
- e. Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym, min. 1 w ciągu roku
- f. W okresie gwarancyjnym: usuwanie awarii w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia, zapewnienie (przez cały rok kalendarzowy) telefonicznej linii pomocy technicznej;
- g. Wykonawca dostarczy na własny koszt zamawiane urządzenia na adres Użytkownika, dokona ich instalacji i uruchomienia w miejscu pracy oraz przeprowadzi kontrolę dozymetryczną.
- h. Wszelkie prace montażowe muszą być przeprowadzone zgodnie z normami, przepisami prawa oraz wytycznymi. Każdorazowo z przeprowadzonego przeglądu oraz z usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu protokół. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przez okres 8 lat od dnia zakończenia gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany w okresie gwarancji wszystkich wadliwie działających części na nowe. Części naprawiane lub wymieniane w ramach gwarancji zostaną objęte okresem gwarancji nie krótszym niż dwanaście miesięcy, który nie może się skończyć wcześniej niż okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia. Wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez Wykonawcę bezpłatnie lub przez wskazanego przez Wykonawcę serwisanta na koszt Wykonawcy.
- i. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny na okres 8 lat od daty zakończenia gwarancji.
- j. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do **14 czerwca 2022 r.**
- k. Termin płatności: przelew, odroczony termin płatności min. 30 dni

- l. W ramach wynagrodzenia i przedmiotu zamówienia wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, uruchomi, skonfiguruje oraz przeszkoli pracowników wskazanych przez Odbiorcę.
- m. Urządzenie powinno posiadać oznaczenie CE oraz certyfikaty i dopuszczenia urządzeń do pracy zgodnie z obowiązującymi normami. Dopuszczenia i certyfikaty powinny być dostarczone w języku polskim.
- n. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, kompletny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r., posiadać trwale naniesione oznaczenie nazwy, modelu, producenta i roku produkcji.
- o. Wykonawca musi posiadać zezwolenie, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2019 , poz.1792 tekst jednolity) na wykonywanie działalności polegającej na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące na terenie Polski.
- p. Zamówienie należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe i przepisu wykonawczego do w/w ustawy – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.
- q. Wykonawca w imieniu Użytkownika, opracuje niezbędną dokumentację w celu uzyskania przez Użytkownika zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu urządzeń rentgenowskich. Wszelkie koszty z uzyskaniem ww. zezwolenia poniesie Wykonawca.
- r. na urządzenia, w chwili ich przekazania Zamawiającemu, winny być wystawione przez Wykonawcę stosowne dokumenty gwarancyjne.
- s. Dokumenty, które muszą być dołączone do urządzenia:
 - i. dokument gwarancyjny w języku polskim,,
 - ii. instrukcja obsługi w języku polskim,
 - iii. dokumentacja techniczna w języku polskim,
 - iv. licencja na zainstalowanie oprogramowania,
 - v. dopuszczenia i certyfikaty potwierdzone za zgodność wraz z tłumaczeniem na język polski
- t. Urządzenie winno posiadać:
 - i. oznaczenie CE zgodnie z ustawą o ocenie zgodności,
 - ii. certyfikat dotyczący bezpieczeństwa przemysłowego oraz elektromagnetycznego (EMC),
 - iii. dokument potwierdzający spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa3a filmów fotograficznych: minimum ISO1600 (DIN33),

- iv. dokument potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego oraz prawa europejskiego i międzynarodowego, w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej – ICPR60 oraz Światowej Organizacji Zdrowia
 - v. oświadczenie producenta dotyczące możliwości pracy oferowanego urządzenia w trybie ciągłym: 7 dni w tygodniu /24 godziny na dobę
2. Oferty należy składać do dnia **23 maja 2022 roku**. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem strony: platformazakupowa.pl
 3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Ofertę cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Ocena oferty nastąpi na podstawie jednego kryterium, którym jest wartość brutto zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje najniższą wartość brutto.
 5. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego, (załącznik nr 1)
 6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą jeżeli jej wartość mieścić się będzie w planie finansowym Zamawiającego, po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załącznik - 1 szt. (formularz ofertowy)

Wykonano w 1 egz.

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zakładu Karnego w Czerwonym Borze na dostawę i montaż urządzenia do prześwietlania paczek i bagażu (producent, model):

Skaner RTG XIS-6040 Astrophysics

ja, niżej podpisany

.....

.....,

działając w imieniu i na rzecz

.....

.....

NIP: REGON:

oferuję realizację zamówienia zgodnego z wymaganiami określonymi w ww. zapytaniu ofertowym za cenę brutto zł

Słownie cena brutto:

.....

Termin realizacji zamówienia:

.....

data, podpis upoważnionego przedstawiciela

W celu ułatwienia przekazywania wniosków, oświadczeń, zawiadomień oraz informacji pomiędzy zamawiającym i wykonawcą podaję dane:

tel.

e-mail: