



Płock, dnia 24.05.2023 r.

Do Wykonawców

Znak sprawy: ZP.264.08.2023

Dotyczy: dostawy sprzętu jednorazowego użytku, drobnego sprzętu medycznego oraz pozostałego sprzętu medycznego dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5.

W związku z nadesłanymi pytaniami odnośnie wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu jw. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Sprzęt jednorazowego użytku

Dotyczy część 1, poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania produktu będącego wyrobem medycznym?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje zaofiarowania produktu nie będącego wyrobem medycznym.

Dotyczy część 1, poz. 5

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania siatki o długości 1m czy 10m?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje zaofiarowania siatki o długości 10m.

Dotyczy część 1 poz. 23

Prosimy o dopuszczenie kompresów gazowych jałowych 10x10x3szt. bez indywidualnego opakowania poszczególnego kompresu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający:

- dla lokalizacji Płock nie dopuszcza kompresów gazowych jałowych 10x10x3szt. bez indywidualnego opakowania poszczególnego kompresu..*
- dla lokalizacji Warszawa dopuszcza kompresy gazowe jałowe 10x10x3szt. bez indywidualnego opakowania poszczególnego kompresu..*

Modyfikacja załącznika.

Dotyczy część 1 poz. 23

Prosimy o dopuszczenie kompresów 10x10 x 1 szt. z przeliczeniem ilości (o ile Zamawiający jednostkę miary = szt. miał na myśli opakowanie a'3szt.)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający:

- dla lokalizacji Płock nie dopuszcza kompresów 10x10 x 1 szt. z przeliczeniem ilości.
- dla lokalizacji Warszawa dopuszcza kompresów 10x10 x 1 szt. z przeliczeniem ilości.

Modyfikacja załącznika.

Dotyczy część 1, poz. 28

Prosimy o wykreślenie asortymentu z ww. pozycji gdyż jest niedostępny lub możliwość zaoferowania Lancetów One Touch DELICA PLUS?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Lancetów One Touch DELICA PLUS.

Dotyczy część 1, poz. 30

Prosimy Zamawiająco o zaokrąglenie wymaganej ilości dla Płocka do 1 opakowania handlowego czyli 5 kg.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza 2 opakowania po 5 kg. Modyfikacja

Dotyczy część 1, poz. 44

Czy Zamawiający dopuści opatrunek równoważny w rozmiarze 5cm x 7cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści opatrunek równoważny w rozmiarze 5cm x 7cm

Dotyczy część 1, poz. 46

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania plastra z zawartością włókniny poliestrowej min. 30%

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie oczekuje zaoferowania plastra z zawartością włókniny poliestrowej min. 30%.

Dotyczy część 1, poz. 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w opakowaniu a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości i zaokrągleniem ilości w górę?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie plastrów w opakowaniu a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości i zaokrągleniem ilości w górę

Dotyczy część 1, poz. 54

Czy Zamawiający ma na myśli pojemnik na opady medyczne 0,2 l., czy pojemnik histopatologiczny/medyczny o pojemności ok. 0,1l, ponieważ pojemniki na odpady medyczne posiadają minimalną pojemność 0,2 l.?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ma na myśli pojemnik histopatologiczny.

Dotyczy część 1, poz. 59

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 5,5cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 5,5cm

Dotyczy część 1, poz. 62

Czy Zamawiający dopuści papier o szerokości 57mm na 30m, gładki?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści papieru o szerokości 57mm na 30m, gładki

A. Gowsky

Dotyczy część 1, poz. 63

Czy Zamawiający dopuści papier 80mm x 20m, gładki?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści papieru 80mm x 20m, gładki

Dotyczy część 1, poz. 65-67

Czy pisząc „Rurka ustno-gardłowa superglottic I-GEL” Zamawiający ma na myśli maskę nadkrtaniową typu I-GEL czy rurkę ustno-gardłową typu Guedel?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ma na myśli rurkę ustno-gardłową typu Guedel.

Dotyczy część 1, poz. 71, 72, 74, 75

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za najmniejsze opakowanie handlowe z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem ich do pełnych opakowań w górę (poz. 71 op. a'80 szt., poz. 72 op. a'100 szt., poz. 74 op. a'100 szt., poz. 75 op. a'100 szt.)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za najmniejsze opakowanie handlowe z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem ich do pełnych opakowań w górę dla pozycji jw. tylko dla jednostki w Płocku i Radomiu. Dla jednostki w Warszawie ilości pozostają bez zmian.

Drobny sprzęt medyczny

Część 1, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści mankiet 34-51 CM?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści mankiet 34-51 CM.

Część 1, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści mankiet 25-36 CM?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści mankiet 25-36 CM

Część 1, poz. 23

Czy Zamawiający na myśli nożyczki o długości 9cm czy 13cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający na myśli nożyczki o długości 9cm

Część 1, poz. 30

Czy Zamawiający na myśli szczypczyki 10cm czy 16cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający na myśli szczypczyki 7cm

Część 1, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści pęsetę 8 lub 9cm?


Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści pęsetę 9 cm.

Pozostały sprzęt medyczny

Część 2, poz. 1

Czy Zamawiający produkt równoważny lampę czołową Clar S Premium LED FAROMED (z lusterkiem ziegler'a 55mm) zasilana akumulatorowo?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza produkt równoważny - lampę czołową Clar S Premium LED FAROMED (z lusterkiem ziegler'a 55mm) zasilana akumulatorowo

A. Goop







Część 2, poz. 1

Czy Zamawiający produkt równoważny lampę czołową Clar S Premium LED FAROMED (z lusterkim ziegler'a 55mm) zasilana sieciowo + zasilacz?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza produktu równoważnego - lampę czołową Clar S Premium LED FAROMED (z lusterkim ziegler'a 55mm) zasilana sieciowo + zasilacz

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść załącznika Nr 1 poprzez odpowiednie zapisy – zaznaczone kolorem czerwonym.

p.p. DYREKTOR
A. Gosińska
Agnieszka Sulkowska

					
Płock Warszawa Radom	ul. Kolejna 17 Al. Wojska Polskiego 25 ul. Rodziny Winczewskich 5	24 267 84 52 22 560 00 40 48 330 93 22	24 262 88 42 22 560 00 41 48 330 93 23	plock@mwomp.pl warszawa@mwomp.pl radom@mwomp.pl	NIP: 774 15 46 233 Regon: 000301569 KRS: 0000139991

25^{lat} Mazowsze

[Handwritten signatures]