



Wrocław, 15 września.2021r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych wraz z najmem dwóch aparatów do pomiaru zmian nasycenia tlenem, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.49.2021

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz 137 ust.1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz.2019 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 22 - Mając na uwadze powyższy przepis Wykonawca zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – Propozycja istotnych postanowień umowy nr/4WSzKzP.SZP.2612.49.2021 kupna-sprzedaży, w §1 ust. 4 Zamawiający wskazał, że: *„Faktury powinny być wystawione i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres: apteka.faktury@4wsk.pl, lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463. Zamawiający dopuszcza również złożenie faktury elektronicznej w formacie DATA-FARM (format tekstowy, plik z rozszerzeniem FAK, specyfikacja dostępna na stronie <http://www.datum.pl/> w zakładce DATA- FARM).*

1. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego postanowienia w sposób następujący:

*„Faktury powinny być wystawione i przesyłane do Zamawiającego w formie elektronicznej **za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania** w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).”*

2. Tym samym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca prześle fakturę VAT jedynie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym?

Powyższy postulat zgodny jest z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy. Na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zgodnie z SWZ. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 23 - Zgodnie z Rozdziałem XX ust. 1 pkt 5 SWZ: *„5) Punkty za termin gwarancji/rękojmi towaru– (min. 12 miesięcy – max. 36 miesięcy)*

12 miesięcy – 0 pkt

24 miesiące = 7,5 pkt

36 miesięcy – 15 pkt

Zaoferowanie terminu gwarancji towaru krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia. Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji towaru w pełnych miesiącach ściśle wg wymagań zamawiającego.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji/rękojmi towaru, zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną liczbę miesięcy t.j. 12 miesięcy i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 12 miesięcy.

W przypadku zaoferowania:

- a) okresu dłuższego niż 12 miesięcy ale krótszego niż 24 miesiące np. 18 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal 0,
 - b) okresu dłuższego niż 24 miesiące ale krótszego niż 36 miesięcy np. 28 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal 7,5,
 - c) okresu dłuższego niż 36 miesięcy np. 40 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal możliwe do uzyskania maksimum,
- natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji/rękojmi towaru zaoferowany przez wykonawcę.”

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego postanowienia, poprzez wykreślenie terminu 36 miesięcy i przyjęcie za termin maksymalny – termin 24 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35 - modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 24 - dotyczy pakietu 54 - Pozycja 1. Czy Zamawiający ma na myśli : zestaw do irygacji typu Y z dwoma kolcami, dwoma zaciskami, komorą formowaną, linią o długości 1524 mm i średnicy 4.95 mm, z zaciskami rolkowymi, zaciskiem medycznym, adapterem do cewników oraz silikonową przedłużką o długości 114mm i średnicy 4.75mm

Pytanie nr 25 - dotyczy pakietu 54 - Pozycja 2. Czy Zamawiający ma na myśli : jednorazowy zestaw do irygacji z kolcem, komorą bez wentylacji, linią o długości 1753 mm o średnicy 4.07mm, zaciskiem rolkowym, adapterem cewnika i silikonową przedłużką o długości 114mm i średnicy 4,75mm oraz odpowietrzoną osłoną luera ?

Odpowiedź na pytanie nr 24 i nr 25: Zamawiający dopuszcza w/w zestawy.

Pytanie nr 26 - dotyczy pakietu 11 pozycja 2 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł w rozmiarach 15G-17G?

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający dopuszcza rozmiary 15G-17G. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 27 - dotyczy pakietu nr 2: _Czy Zamawiający dopuści w **pozycji 2 i 3** rampy równoważne wyposażone w łączniki bezigłowe NeutraClear ?

Odpowiedź na pytanie nr 27: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 28 - dotyczy pakietu nr 3- _Czy Zamawiający dopuści w **pozycji 8** dotychczas stosowany zestaw do drenażu opłucnej metodą Seldingera w zestawie z kranikiem 3-drożnym oraz łącznikiem luer lock/stożkowym, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

Pytanie nr 29 - dotyczy pakietu nr 3- _Czy Zamawiający dopuści w **pozycji 14** dotychczas stosowane dreny śródoperacyjne Thorax w rozmiarach 24F, 28F, 32F oraz 36F, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 28 i nr 29: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 30 - Dotyczy Pakietu nr 53 poz. 1- Czy Zamawiający dopuści równoważne resuscytatory, silikonowe, do wentylacji pacjentów dorosłych z paskiem podtrzymującym pozwalającym na skuteczną wentylację przez dłuższy czas

SPECYFIKACJA:

- Resuscytatory półprzezroczyste

- wielorazowego użytku

Wyk. A.Stanisławska tel 261 660 604

- w zestawie maska do resuscytacji (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego)
- wentylacja pacjentów o masie ciała powyżej 30 kg
- nadający się do wielokrotnie sterylizowane w autoklawie w temperaturze 134°C. (bez rezerwuaru tlenu)
- objętość resuscytatora - 1800 ml
- objętość wyrzutowa – 1060ml
- w zestawie maska (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego)
- zawór ograniczający ciśnienie- 4,0 kPa (40 cm H₂O)
- objętość zbiornika - 2700 ml
- złącze pacjenta zewn. 22 mm, męskie; wew. 15mm, żeńskie
- złącze wydechowe (do zaworu PEEP) 30 mm , żeńskie
- temperatura robocza od -18 do +50 0C
- temperatura przechowywania od -20 do +60 0C
- możliwość dłuższego magazynowania resuscytatora, szczelnie zapakowanego przechowywanego w chłodnym miejscu z dala od światła słonecznego.

Odpowiedź na pytanie nr30: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 31 - Dotyczy Pakietu nr 53 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści równoważne resuscytatory, silikonowe, do wentylacji noworodków i niemowląt z paskiem podtrzymującym pozwalającym na skuteczną wentylację przez dłuższy czas

SPECYFIKACJA:

- Resuscytatory półprzezroczysty
- wielorazowego użytku
- w zestawie 2 maski do resuscytacji (rozmiar 0 i 1)
- wentylacja pacjentów o masie ciała poniżej 7 kg
- nadający się do wielokrotnie sterylizowane w autoklawie w temperaturze 134°C. (z rezerwuarem tlenu)
- objętość resuscytatora - 320 ml
- objętość oddechowa – 140 ml
- zawór ograniczający ciśnienie- 4,0 kPa (40 cm H₂O)
- objętość zbiornika - 900 ml
- temperatura robocza od -18 do +50 0C
- temperatura przechowywania od -20 do +60 0C
- możliwość dłuższego magazynowania resuscytatora, szczelnie zapakowanego przechowywanego w chłodnym miejscu z dala od światła słonecznego

Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 32 - Dotyczy Pakietu nr 53 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści równoważne resuscytatory, silikonowe, do wentylacji pacjentów pediatrycznych z paskiem podtrzymującym pozwalającym na skuteczną wentylację przez dłuższy czas

SPECYFIKACJA:

- Resuscytatory półprzezroczysty
- wielorazowego użytku
- w zestawie maska do resuscytacji (rozmiar 2)
- wentylacja pacjentów o masie ciała 7-30 kg
- nadający się do wielokrotnie sterylizowane w autoklawie w temperaturze 134°C. (z rezerwuarem tlenu)
- objętość resuscytatora - 550 ml
- objętość oddechowa – 320 ml
- zawór ograniczający ciśnienie- 4,0 kPa (40 cm H₂O)
- objętość zbiornika - 2700 ml
- temperatura robocza od -18 do +50 0C
- temperatura przechowywania od -20 do +60 0C
- możliwość dłuższego magazynowania resuscytatora, szczelnie zapakowanego przechowywanego w chłodnym miejscu z dala od światła słonecznego.

Odpowiedź na pytanie nr 32: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 33 - Dotyczy Pakietu nr 60 poz. 6 - Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, które w obecnej postaci swz są znacznie ograniczone (wymóg aby łyżka miała 14.5mm czy 9.9mm (!) nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia klinicznego oprócz wskazania na konkretny produkt), wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu i dopuści w powyższym zakresie łyżkę do laryngoskopu o lepszych parametrach, światłowodową, jednorazową, Miller - rozmiary 00, 0, 1,2, 3, 4, McIntosh – rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Wszystkie rozmiary łyżek pochodzą od jednego producenta. Nieodkształcające się łyżki wykonane z

niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilne rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielonaspektyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Metalowa stopka łącząca się rękojeścią. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. Pakowanie folia-folia.

Odpowiedź na pytanie nr 33: Zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający nie dopuszcza oraz nie wydziela.

Pytanie nr 34 – SWZ Dotyczy rozdział XX pkt 1. 6 – pakiet nr 21 - Wykonawca wnioskuje o naliczanie kary umownej od wartości zamówienia częściowego, którego opóźnienie dotyczy. Naliczanie kar umownych od wartości gwarantowanej części pakietu za opóźnienie w dostawie częściowej asortymentu, stanowiącej niewielki procent wartości gwarantowanej, jest karą rażąco wysoką w stosunku do przewinienia.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający zakłada wykonanie dostaw asortymentu w postaci zamówień częściowych o znacznie niższej wartości niż kwota, od której Zamawiający zakłada naliczanie kar. Powyższe postępowanie zostało zabezpieczone przed nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia już na etapie badania ofert poprzez obowiązek złożenia informacji o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej potencjalnych Wykonawców. Pragniemy zwrócić uwagę, że naliczanie tak wysokich kar umownych przy konieczności dostaw towaru w niezwykle krótkim terminie zmusza Wykonawców do kalkulacji ryzyka poniesienia wysokich kosztów wykonania zamówienia i podniesienia ceny oferty, co w efekcie obciąża jedynie budżet Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 34: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 35 – Zał. nr 3 do SWZ – wzór umowy - Dotyczy §7 ust.1 – pakiet nr 21 - Prosimy o modyfikację rozbieżności pomiędzy zapisami umowy §7 ust.1 oraz kryterium oceny ofert SWZ rozdział XX ust. 1 pkt. 5 zgodnie z poniższym wzorem:

§ 7

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości/ **rekojmi** dostarczonego towaru na okres ważności miesięcy (...).

Odpowiedź na pytanie nr 35: Dotyczy wszystkich pakietów 1-71 - Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie rozdziału XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT pkt. 1 ppkt. 5) Punkty za termin gwarancji/rekojmi towaru, który otrzymuje nowe brzmienie:

„(...) 5) Punkty za termin gwarancji/rekojmi towaru – (min. 24 miesiące – max. 36 miesięcy)

24 miesiące - 0 pkt

30 miesięcy- 7,5 pkt

36 miesięcy – 15 pkt

Zaoferowanie terminu gwarancji/ rekojmi towaru **krótszego niż 24 miesiące** spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia. Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji/rekojmi towaru **w pełnych miesiącach** ściśle wg wymagań zamawiającego.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji/rekojmi towaru, zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną liczbę miesięcy **t.j. 24 miesiące** i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane **24 miesiące**.

W przypadku zaoferowania:

- a) okresu dłuższego niż 24 miesiące ale krótszego niż 30 miesięcy np. 28 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal 0,
- b) okresu dłuższego niż 30 miesięcy ale krótszego niż 36 miesięcy np. 32 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal 7,5,
- c) okresu dłuższego niż 36 miesięcy np. 40 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal możliwe do uzyskania maksimum,
- natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji/rękojmi towaru zaoferowany przez wykonawcę.

W związku z ww modyfikacją Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ „OFERTA” w poniższym zakresie:

(...) 1. Oświadczamy, że oferujemy dostawę materiałów medycznych wraz z najmem dwóch aparatów do pomiaru zmian nasycenia tlenem, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.49.2021, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ oraz Formularzem cenowym za:

Pakiet nr ¹ wartość netto..... zł (słownie:..... złotych) wartość brutto..... zł (słownie:..... złotych)
Termin dostawy i dostawy reklamacyjnej towaru : pakiet nr..... ¹ – dni roboczych (min. 2 dni robocze - max. 5 dni roboczych - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej w pełnych dniach wg. Rozdz. XX SWZ)
Termin gwarancji/rękojmi towaru: pakiet nr ¹ – miesięcy (min. 24 miesięcy max 36 miesięcy - należy wpisać oferowany termin gwarancji/rękojmi wg. Rozdz. XX SWZ)
Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia: pakiet nr ¹ – % (min. 0,5% max 3% - należy wpisać oferowaną wysokość kar w procentach wg. Rozdz. XX SWZ) (...)

Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 3 do SWZ „ Propozycja istotnych postanowień umowy” w zakresie § 7 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie:

„ Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości /rękojmi dostarczonego towaru na okres miesięcy (min. 24 miesięcy, max 36 m-ce – zgodnie ze złożoną ofertą) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.”

Pytanie nr 36 –Załącz. nr 3 do SWZ – wzór umowy- **Dotyczy §8 ust.2 – pakiet nr 21-** Wykonawca wnioskuję o modyfikację zapisów §8 ust. 2 pkt. 1-2 oraz dodanie §8 ust. 2 pkt. 3 zgodnie z niniejszym wzorem:

§ 8 Termin trwania umowy

(...)

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni roboczych od wystąpienia okoliczności

w szczególności będących podstawą do odstąpienia,- tj jeżeli Wykonawca::

- 1) **Dwukrotnie** przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 3 o 7 dni robocze;
- 2) **Dwukrotnie** przekroczy termin, o którym mowa w §4 ust. 1 o 3 dni robocze,
- 3) **Dwukrotnie** przekroczy termin, o którym mowa w §7 ust. 3 o 7 dni roboczych ;

3. *Przed odstąpieniem od umowy na podstawie §8 ust. 2 pkt. 1-3 Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytej realizacji umowy w terminie 14 dni roboczych od wezwania.*

Odpowiedź na pytanie nr 36: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 37 - Zał. nr 3 do SWZ – wzór umowy - **Dotyczy §10 ust. 1 – pakiet nr 21-** Wykonawca wnioskuje o naliczanie kary umownej od wartości zamówienia częściowego, którego opóźnienie dotyczy. Naliczanie kar umownych od wartości gwarantowanej części pakietu za opóźnienie w dostawie częściowej asortymentu, stanowiącej niewielki procent wartości gwarantowanej, jest karą rażąco wysoką w stosunku do przewinienia.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający zakłada wykonanie dostaw asortymentu w postaci zamówień częściowych o znacznie niższej wartości niż kwota, od której Zamawiający zakłada naliczanie kar. Powyższe postępowanie zostało zabezpieczone przed nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia już na etapie badania ofert poprzez obowiązek złożenia informacji o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej potencjalnych Wykonawców. Pragniemy zwrócić uwagę, że naliczanie tak wysokich kar umownych przy konieczności dostaw towaru w niezwykle krótkim terminie zmusza Wykonawców do kalkulacji ryzyka poniesienia wysokich kosztów wykonania zamówienia i podniesienia ceny oferty, co w efekcie obciąży jedynie budżet Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 37: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

*Z upoważnienia Komendanta
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - Piotr Strąk*