



Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza^A w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10
tel. centrala (0 52) 39 56 500
tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569

e-mail: szpital@chojnice.pl

www.szpital.chojnice.pl



Chojnice, dnia 10 października 2023 r.

N/znak: FZAP-380-2/22/23

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 2 na dostawę testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne – III postępowanie.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami w niniejszym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 5 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy w Pakiecie nr 5 poz. 3 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu wykrywającego: mefedron – 100ng/ml, syntetyczna marihuana – 50ng/ml, MDPV – 1000ng/ml, katyna – 150ng/ml, oksykodon – 100ng/ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 5 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy w Pakiecie nr 5 poz. 3 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu wykrywającego: mefedron – 100ng/ml, syntetyczna marihuana – 50ng/ml, MDPV – 1000ng/ml, katyna – 150ng/ml, LSD – 10ng/ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu: "Zamawiający zobowiązuje się do składania zamówień o wartości nie mniejszej niż 300,00zł netto" ? Umożliwi to właściwe skalkulowanie ceny oferty oraz zabezpieczy wykonawcę przez ponoszeniem nadmiernych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę we wzorze umowy w paragrafie 1, ust. 10 i 12 na zmianę na obliczenie kary od wskazanych wartości NETTO? VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonywania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycjach 15-17 dopuszcza końcówki typu Eppendorf?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza końcówki typu Eppendorf.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycjach 26 i 31 dopuści probówki o pojemności 10ml?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza probówki o pojemności 10 ml.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycjach 27 i 30 dopuści probówki o pojemności 5ml?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza probówki o pojemności 5 ml.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 1, pozycji od 2 do 6, oraz pozycji 13 i 14 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu?


Obecna forma pakietu zawęży krąg potencjalnych dostawców i prowadzi do ograniczenia konkurencji gospodarczej. Wydzielenie wskazanych produktów umożliwi uzyskanie większej ilości ofert, a przede wszystkim pozwoli na zoptymalizowanie wydatków środków publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonana zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem


Z-ca Dyrektora
Szpitala Specjalistycznego
Monika F. [unreadable]