



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448; BDO: 000150922
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy: 14/ZP/2024
DZP/72/2024

Zgorzelec, dnia 01.03.2024r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania przetargowego na: Nabywanie przez Zamawiającego fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu B wraz z wyposażeniem, dostawą i szkoleniem pracowników dla WS-SPZOZ w Zgorzelcu. 3 postępowanie

W związku z zapytaniem od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

PYTANIE NR 1.

Chcielibyśmy zwrócić się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania do treści SWZ:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności Urządzenia do bezpiecznego oczyszczania powietrza w karetce wbudowane w pojazd lub umożliwiające montaż w pojeździe, Zabija patogeny w powietrzu i na wszystkich odsłoniętych powierzchniach o poniższych parametrach.

- Eliminuje bakterie i wirusy w powietrzu i na powierzchniach
- Stale dezynfekuje wszystkie odsłonięte powierzchnie 24/7
- Działa w trybie ciągłym, bezpieczny dla ludzi
- Różne modele - moc i wydajność dopasowane precyzyjnie do potrzeb
- Bezobsługowa, wygodna eksploatacja
- Zmniejsza zużycie chemikaliów
- Unikalny miks 6 technologii
- Europejski producent, certyfikat C

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przedstawione rozwiązania.

(ZAPYTANIE NR 2)

PYTANIE NR 1.

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 90-120 dni od daty podpisania umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 2.

Dotyczy załącznik 2B – pkt. 9 – prosimy o potwierdzenie, iż koszty przeglądów samochodu bazowego pokrywa Zamawiający.

Odp. Zamawiający nie potwierdza, zgodnie z pkt. 14 załącznika nr 2B do SWZ, jeden serwis w roku na koszt Wykonawcy.

PYTANIE NR 3.

Prosimy o podanie zakładanego szacowanego przebiegu rocznego ambulansu.

Odp. Zamawiający przewiduje około 150 000 km przebiegu rocznego ambulansu.

PYTANIE NR 4.

Dotyczy załącznik 2B – pkt. 14 – prosimy o potwierdzenie, iż punkt ten dotyczy tylko sprzętu medycznego (bez samochodu bazowego).

Odp. Zamawiający nie potwierdza powyższego, zapis dotyczy także samochodu bazowego.

PYTANIE NR 5.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 5 – prosimy o dopuszczenie technologii płyt, a nie tłoczonych profili.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 6.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 6 – prosimy o dopuszczenie pojazdu powyżej 3,5 t.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 7.

Dotyczy załącznik 2a – pkt.13 – czy stacja dokująca ma być zawarta w ofercie?

Odp. Tak, stacja dokująca ma być w ofercie.

PYTANIE NR 8.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 16 - prosimy o dopuszczenie anten montowanych na stałe na dachu jak w linku:

<https://mitcom-electronic.shoplo.com/aggw-hv60-gps-gsm-mimo-specjalistyczna-do-okolna-antena-wielosekcyjna-montazowa-do-nawigacji-monitoringu-i-telemetrii-gps-glonass-galileo-gsm-lte-mimo-5g-55dbi-ip66-kopia-3-kopia-kopia-kopia>

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

PYTANIE NR 9.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 29 – prosimy o potwierdzenie, iż wyposażenie opisane w tym punkcie nie wchodzi w ofertę

Odp. Zamawiający potwierdza, że wyposażenie opisane w załączniku 2A do SWZ w punkcie 29 nie wchodzi w ofertę, z wyjątkiem butli.

PYTANIE NR 10.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 29 – prosimy o dopuszczenie montażu deski ortopedycznej dla dzieci w specjalnie do tego dedykowanym schowku w przedziale medycznym.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 11.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 29 – prosimy o podanie wymiarów pojemnika reimplantacyjnego.

Odp. Wymiary pojemnika reimplantacyjnego wynoszą 330 x 260 x260 mm.

PYTANIE NR 12.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 32 – prosimy o dopuszczenie stopnia nie pokrytego wykładziną, a którego budowa uniemożliwia poślizgnięcie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 13.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 36 – czy układ wydechowy ma być przedłużony i skierowany w lewo za tylną oś?

Odp. Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku 2A do SWZ w punkcie 36 –układ wydechowy ma być przedłużony za tylną oś, obojętnie z której strony.

PYTANIE NR 14.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 42 – prosimy o dopuszczenie panelu typu touch screen (dotykowego) bez funkcji powiadamiania o zbliżającym przeglądzie, bez funkcji sterowania sygnalizacją niskotonową, intercomu jako osobne urządzenie,, miernika paliwa jako odrębne urządzenie, bez dwu stopniowego podświetlenia przycisków.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 15.

Dotyczy załącznik 2a - prosimy o dopuszczenie sterowania sygnalizacją dźwiękowo-światlną przy pomocy jednego przycisku w kabinie kierowcy umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 16.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 44 – prosimy o dopuszczenie szyberdachu o wymiarach 1000x600 bez rolety i moskitiery.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 17.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 89 – prosimy o dopuszczenie oświetlenia nocnego poprzez dodatkowe lampy w szafkach podsufitowych a nie jako ściemnienie głównego oświetlenia, z funkcją włączania i wyłączania, nie przygaszania.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 18.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 92 – prosimy o dopuszczenie montażu drukarki na półce nad szafką ściany działowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza montaż drukarki na półce nad szafką ściany działowej.

PYTANIE NR 19.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 92- prosimy o podanie marki i modelu drukarki jaka będzie użytkowana w ambulansie.

Odp. W ambulansie będzie użytkowana drukarka HP Office Jet 250 Mobile.

PYTANIE NR 20.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 92 – prosimy o dopuszczenie miejsca termoboxu przed prawym nadkolem.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 21.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 92 – czy Zamawiający wymaga aby fotel u wezgowia był przesuwany bez użycia narzędzi, mógł być przesuwany przez osobą która siedzi na nim w zapiętym pasie – analogicznie jak np. fotel kierowcy.

Odp. Zamawiający nie wymaga takiej funkcjonalności.

PYTANIE NR 22.

Dotyczy załącznik nr 2a – pkt. 92 – prosimy o dopuszczenie panelu sterującego przy drzwiach bocznych sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu, bez sterowania oświetleniem przedziału medycznego (ta funkcja będzie dostępna w panelu w przedziale medycznym).

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 23.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 93 – prosimy o dopuszczenie oświetlenia w szafkach stałego lub uruchamianego włącznikiem.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 24.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 93- prosimy o dopuszczenie panelu typu touch screen (dotykowego), gdzie intercom, regulacja głośności w głośnikach oraz sterowanie głośnikiem radiotelefonu odbywa się poprzez odrębne urządzenia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 25.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 94 - prosimy o dopuszczenie oświetlenia w szafkach stałego lub uruchamianego włącznikiem.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 26.

Dotyczy załącznik nr 2a – pkt. 94 – prosimy o dopuszczenie szafki zamykanej pojedynczą roletą.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 27.

Dotyczy załącznik nr 2a – pkt. 93 – prosimy o dopuszczenie panelu sterującego przy drzwiach bocznych sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu, bez sterowania oświetleniem przedziału medycznego (ta funkcja będzie dostępna w panelu w przedziale medycznym).

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 28.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 94.h – czy lodówka opisana w tym punkcie to ta sama lodówka co pojemnik reimplantacyjny opisany wcześniej w punkcie 45.

Odp. Lodówka opisana w załączniku 2A do SWZ w pkt.94.h to nie to samo co pojemnik reimplantacyjny opisany w załączniku 2a do SWZ w pkt. 45.

PYTANIE NR 29.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 95 – prosimy o dopuszczenie panelu na ścianie prawej o wymiarach 30x30 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 30.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 96 – prosimy o dopuszczenie montażu urządzenia w schowku zewnętrznym – dostęp poprzez roletę.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 31.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 97 – prosimy o podanie marki i modelu pompy infuzyjnej używanej przez Zamawiającego, w celu przygotowania odpowiednich uchwytów.

Odp. Pompa Medima typ S300.

PYTANIE NR 32.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 100 – prosimy o dopuszczenie podłogi z OSB bez materiału izolacyjnego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 33.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 100 – prosimy o podanie jaką przenikliwość cieplną ma mieć podłoga w celu uzyskania parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Odp. Współczynnik U poniżej 0,3 W/m²K

PYTANIE NR 34.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 102 – prosimy o dopuszczenie ambulansu bez uchwytu na plecak – w zamian szafka z pasami na ścianie prawej obok fotela na którym można go postawić.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 35.

Dotyczy załącznik nr 2a – pkt. 106 – prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu używanego przez Zamawiającego, w celu przygotowania odpowiedniej instalacji, w tym uchwytu.

Odp. Radiotelefon Hytera.MD 785i

PYTANIE NR 36.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 123 – prosimy o dopuszczenie ambulansu bez pakietu parkowania.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 37.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 124- prosimy o dopuszczenie ambulansu bez fabrycznego systemu multimedialnego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 38.

Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach na koszt i ryzyko Wykonawcy w celu przetestowania i dotarcia układów.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 3)**PYTANIE NR 1. DOTYCZY: Pkt 118 – Wideolaryngoskop**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na wideolaryngoskop UED A o zbliżonych i następujących parametrach?

- Jednorazowe rękojeści zintegrowane z jednorazowymi, stanowiące osłonę toru wizyjnego (skrótowa dezynfekcja urządzenia oraz ograniczenie infekcji krzyżowych mogących pochodzić z rękojeści).
- Wymiary maksymalne, po złożeniu z największą łyżką: 190 x 80 x 150mm (wymiary ekranu: ekran 80 x 70 x 20mm),
- Obrotowy ekran w zakresie 270 stopni, odchylany w przód i tył w zakresie 110 stopni,
- Waga: wyświetlacz 158 gram + tor wizyjny 92 gramy,
- Wbudowana bateria litowa: 3,6V (210 minut pracy),
- Źródło światła: dioda LED wysokiej intensywności, barwa biała,
- Wyświetlacz dotykowy 3" z funkcją bezprzewodowego udostępniania obrazu (wifi),
- Kamer CMOS 1Mpx,
- Łyżki jednorazowe typu Macintosh w rozmiarach: 1,2,3,4 (ilości zgodne z OPZ) dla pacjentów w wieku od dwóch lat i 13,2 kg masy ciała.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 4)**PYTANIE NR 1. DOTYCZY: Pkt. 118 Wideolaryngoskop**

Czy spełnieniu wszystkich pozostałych parametrów Zamawiający zezwoli na dostarczenie wideolaryngoskopu UeScope UED-A, który waży 250 gram (ekran 158 gram + tor wizyjny 92 gramy) i posiada zbliżone wymiary maksymalne (z zamontowaną największą łyżką nr 4) 190 x 80 x 150mm? Wymiary dotykowego ekranu to tylko 80 x 70 x 20 mm, a niewielka różnica wagi jest praktycznie niewyczuwalna.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2. DOTYCZY: Pkt. 118 Wideolaryngoskop

Czy Zamawiający zezwoli na dostarczenie wideolaryngoskopu z łyżkami w rozmiarach 2, 3 i 4 pozwalającymi na intubację pacjentów w wieku od dwóch lat i 13,2 kg masy ciała?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

**DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala
- Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu**

Zofia Barczyk

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Anna Połuch; e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl