

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/40/20

Sucha Beskidzka, dnia 14.07.2020r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu medycznego (łóżka szpitalne, aparat do elektrokoagulacji, pompy infuzyjne, aparat EKG)", znak sprawy: ZOZ.V.010 /DZP/40/20

1. Czy zamawiający dopuści w postępowaniu aparat ekg z automatyczną analizą i interpretacją zgodną z EN 60601-2-51 (baza CSE). Wszystkie wyniki analizy i interpretacji zależne są od wieku i płci pacjenta.

Odp. Parametr punktowany.

2. Czy zamawiający dopuści w postępowaniu aparat EKG renomowanego producenta o szerokości papieru 120 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy zamawiający dopuści aparat EKG z regulowaną długością zapisu badania automatycznego - ustalaną przez użytkownika - w przedziale od 6 do 30 sekund?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy o bezprzewodową komunikację z telefonem komórkowym - smartfonem? Proponowany aparat ma możliwość rozbudowy o współpracę z komputerem za pośrednictwem łącza USB lub wysyłanie badań w formacie pdf na dowolną skrzynkę mailową.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy zamawiający uznaje zapis o częstotliwości próbkowania jako wartość minimalną? I doda punktację za urządzenia z wyższą częstotliwością próbkowania?

Odp. Tak Zamawiający uznaje podaną częstotliwości próbkowania jako wartość minimalną i nie dodaje punktacji za urządzenia z wyższą częstotliwością próbkowania.

z poważaniem:

Zespół Opieki Zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

mgr Janusz Buczewski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sabina Steczek