



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4
W BYTOMIU**

ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70 NIP: 626-25-10-567
KONTO BANKOWE ING Bank Śl. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 10.08.2021 r.

DZP – 16/2021

**Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę materiałów szewnych**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1 – dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy nici chirurgicznych tj. A, B, C itd.?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 2 – dot. pakietu nr 1, poz. 1-32

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z polidiodksanonu, wchłaniające się w okresie 180-210 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego w 28 dniu ok. 65%-70% (w zależności od rozmiaru nici)?

Odp.: Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3 – dot. pakietu nr 1, poz. 1-32

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 4 – dot. pakietu nr 1, poz. 33-36

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 5 – dot. pakietu nr 1, poz. 37-73

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 6 – dot. pakietu nr 1, poz. 63, 68

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igłę o długości 48mm?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 7 – dot. pakietu nr 1, poz. 67

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 45mm?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 8 – dot. pakietu nr 1, poz. 74-75

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 9 – dot. pakietu nr 1, poz. 76-77

Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 10 – dot. pakietu nr 1, poz. 76-77

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 11 – dot. pakietu nr 1, poz. 84

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę okrągłą o długości 13mm?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 12 – dot. pakietu nr 1, poz. 85

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji nić bezbarwną?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 13 – dot. pakietu nr 1, poz. 78-102

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 14 – dot. pakietu nr 1, poz. 103-104

Czy Zamawiający dopuści nić monofilamentową, syntetyczną, poliamidową, nierozpuszczalną?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 15 – dot. pakietu nr 1, poz. 105

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji plecionkę, syntetyczną, nić poliestrową, niewchłaniającą, powlekaną silikonem?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 16 – dot. pakietu nr 1, poz. 106-122

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, niewchłaniającą, monofilamentową, polipropylenową?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 17 – dot. pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 8 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 18 – dot. pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia „z mikroostrzem”?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 19 – dot. pakietu nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 20 – dot. pakietu nr 3, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 6,2 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 21 – dot. pakietu nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 6,4 mm bez mikroostrza?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 22 – dot. pakietu nr 3, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia „dwuwklęsła”?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 23 – dot. pakietu nr 3, poz. 8

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point)? Dwie powierzchnie zaostzonego wysmuklonego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 24 – dot. pakietu nr 4, poz. 4, 5

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 25 – dot. pakietu nr 12

Zwracamy się z prośbą o informację czy w odniesieniu do wyspecyfikowanych w tym zadaniu klipsów tytanowych Zamawiający będzie wymagał oświadczenia producenta, że klipsy tytanowe spełniają wymagania określone dla implantów chirurgicznych, pozwalających m.in. na poddanie badaniu pacjenta w rezonansie magnetycznym.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 26 – dot. projektu umowy § 8 ust 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonej partii dostawy

1.2. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 karę w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonej partii dostawy

1.3. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 16 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty o której mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 16, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty

1.4. za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy, karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy co do których stwierdzono naruszenia okr w § 3 ust 12-15, określonego w § 5 ust. 3, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy co do których stwierdzono naruszenia okr w § 3 ust 12-15

1.5. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 5 ust. 3, niezrealizowanej części umowy,

1.6 odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 5 ust. 3, niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Zamawiający informuje, iż §8 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1.1 zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii dostawy licząc za

- każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy,*
- 1.2 zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 karę w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy,*
 - 1.3 zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 16 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 16,*
 - 1.4 za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy, karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 3,*
 - 1.5 odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości netto określonej w § 5 ust. 3, niezrealizowanej części umowy,*
 - 1.6 odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości netto określonej w § 5 ust. 3, niezrealizowanej części umowy.*

Pytanie nr 27 – dot. projektu umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.: Zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 projektowych postanowień umownych.

Pytanie nr 28 – dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów projektowych postanowień umownych.

Pytanie nr 29 – dot. projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian w zakresie wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji.

Pytanie nr 30 – dot. pakietu nr 18, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie portu naczyniowego o poniższej specyfikacji :

Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 31x22x12mm i wadze 7,7g, objętość wypełnienia 0,6ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 7,2F o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne na dnie komory umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G x 0,7 mm o dł. 25 mm, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18G/70mm, prowadnica typu „J” (60cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługi jedną ręką 20Gx20mm , sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel. bańka Raulersona. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka

Odp.: Tak.

Pytanie nr 31 – dot. pakietu nr 18, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie portu naczyniowego o poniższej specyfikacji :

Niskoprofilowy wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 26x21x10mm i wadze 5,5g, objętość wypełnienia 0,4ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 6,5F lub 7,2FR o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne na dnie komory umożliwiające łatwą

identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający 7 Fr, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G x 0,7 mm o dł. 25 mm, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik "J"(60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługi jedną ręką 20Gx20mm , sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, bańka Raulersona. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka

Odp.: Tak.

Pytanie nr 32 – dot. pakietu nr 18, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższej bezpiecznej igły do portów :

Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, zagięta pod kątem 90° z ostrzem Hubera do portu, z poczwórnymi przezroczystymi skrzydełkami, miękkimi od strony skóry pacjenta (dwa górne do trzymania podczas zakładania i usuwania igły, dwa dolne do przytrzymywania portu podczas usuwania igły), niskoprofilowa (najniższy profil na rynku), z poliuretanowym drenem przedłużającym o dł.21,5cm z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer lock. Zacisk kodowany kolorem w zależności od rozmiaru igły, z informacją na zacisku : rozmiar igły, max przepływ (5ml/sek), max. ciśnienie (350psi). Poliuretanowa piankowa podkładka pod igłę w celu maksymalizacji komfortu pacjenta. Kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Produkt pobawiony lateksu. Możliwość podawania leków zawierających emulsję tłuszczową. Rozmiary od 19-22G o długości 15-30mm do wyboru przez Zamawiającego.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 33 – dot. pakietu nr 18, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł Hubera o poniższych parametrach :

Igła do portów z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami, zagięta pod kątem 90° z drenem o długości 26cm (całość), z zaciskiem i łącznikiem Luer Lock. Skrzydełka kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem igły. Możliwość podawania cytostatyków, kompatybilna z MRI. Igła

dostępna w rozmiarach : 19G, 20G, 22G o długości 15mm, 17mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm do wyboru przez Zamawiającego

Odp.: Tak.

Pytanie nr 34 – dot. pakietu nr 8, poz. 6, 7, 8, 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie pozycji 6, 7, 8 i 11 do osobnego pakietu z uwagi na wycofanie przedmiotowych wyrobów z produkcji.

Odp.: Zamawiający wykreśla poz. 6, 7, 8 i 11 z pakietu nr 8. W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany w tym zakresie Załącznik nr 1A do SWZ.

Pytanie nr 35 – dot. pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny jednorazowego użytku z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Posiadają akcesoria ochronne, dzięki którym obsługa jest wygodna. Posiadają przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Ergonomiczna silikonowa rączka zapewnia lepszy chwyt. Konstrukcja "pokrętła skrzydłowego" umożliwi płynną pracę. Większa wewnętrzna średnica cięcia pozwalająca na zmniejszenie zwięzienia zespolenia. Stosowane w resekcji przełyku, gastrektomii, operacjach wycięcia jelita cienkiego i okrężnicy oraz przy resekcji odbytnicy mniejszej. Rozmiar 21 mm, 24 mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm, 34 mm. Długość szafu 45 cm, średnica wewnętrzna odpowiednio 14 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 24,5 mm. Wysokość zszywek 4.8 mm przed zamknięciem, ilość zszywek 18, 20, 24, 30, 32.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 36 – dot. pakietu nr 14, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ładunki do jednorazowych staplerów liniowych. Ładunki posiadają osłonę zapobiegającą przypadkowemu wypadnięciu zszywek i wystrzeleniu noża. Tytanowe zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Zszywki tworzą idealny kształt litery B. Kompatybilne z wieloma staplerami liniowymi. Stosowane w chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej, ginekologii i chirurgii dziecięcej. Rozmiar bez zmian.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 37 – dot. pakietu nr 14, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca przed wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 55 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 56.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 38 – dot. pakietu nr 17, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 klej pakowany po 10 fiolek zamiast 6? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 39 – dot. pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nić 7/0 z dwoma igłami o dł. 6,5mm, typu szpatułka z mikroostrzem?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 40 – dot. pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści nić 6/0 z dwoma igłami odwrotnie tnącymi 5/16 koła?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 41 – dot. pakietu nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści 4/0 z igłą o dł. 13,0mm?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 42 – dot. pakietu nr 5, poz. 1, 4, 8

Czy Zamawiający dopuści igły z nicią o długości 75 cm?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 43 – dot. pakietu nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła podwójną mikrolancetową o dł. 6,1 mm.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 44 – dot. pakietu nr 3, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła podwójną mikrolancetową o dł. 6.6 mm wzmocnioną i dł. nici 45cm.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 45 – dot. pakietu nr 3, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę ¼ koła podwójną lancetową z zakończeniem mikro-point o dł. 8 mm.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 46 – dot. pakietu nr 3, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę kosmetyczną bez określenia dwuwkłęśła.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 47 – dot. pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler tnąco-zamykający z prostą główką , 40 mm linia cięcia. Stapler umożliwi 8-krotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej (wysokości zszywek otwartych 4,8 mm). Wyposażony w jedną dźwignię zamykająco-spustową, z możliwością ponownego otwarcia szczęk staplera po zamknięciu i poprawienia tkanki?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 48 – dot. pakietu nr 13, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowy, wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,4 mm do 2,6 mm, w zależności od rozmiaru staplera. Rozmiary staplera: 21. 24. 26, 29 i 32 mm. Wysokość otwartych zszywek dla rozmiaru 21 i 24 mm - 4,5 mm, 26 i 29 mm - 4,8 mm, 32 mm – 5,0 mm. Zamawiający określi rozmiar staplera przy realizacji zamówienia?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 49 – dot. pakietu nr 13, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy bez noża rozmiar 60 mm, o długości linii szwu 59 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wys. otwartej zszywki 3,5 mm) lub grubej (wys. otwartej zszywki 4,8 mm), do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia, wyposażony w jedną dźwignię zamykająco-spustową.

Odp.: Nie.

Z poważaniem

**Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu**

lek. Janusz Milewski