

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

z a p r a s z a

do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości
powyżej 221 000 EURO

pod nazwą:

**DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA PRACOWNI
ELEKTROFIZJOLOGII I PRACOWNI ELEKTROTHERAPII**

Znak postępowania : DZP/ 21 /2019

Ogłoszenie o ww. zamówieniu przekazane zostało zgodnie z art. 40 ust. 1 i 3 ustawy -
Prawo zamówień publicznych Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.06.2019 r.
i opublikowane w dniu 13.06.2019 r. pod nr 2019 /S 112-274468 oraz
zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej
dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej:
<https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 13.06.2019 r.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

lek.med. Marek Bruzdowicz

Włocławek, dnia 11.06.2019 r.

**ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej SIWZ

pod nazwą:

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII I PRACOWNI ELEKTROTHERAPII

Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) oraz z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W dalszej części:

1. **SIWZ** – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
2. **uPzp** – oznacza ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) oraz z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uwaga:

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, dotyczącej niniejszego postępowania należy posługiwać się wyłącznie tym znakiem:

**DZP / 21 /2019
(dopuszczalny format DZP_21_2019)**

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
ul. Wieniecka 49
87 – 800 Włocławek**

REGON: 341411727

NIP: 888 - 31-17-873

Tel. 54 412 96 70, Faks: 54 412 94 32

Adres e-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl, jkruszynska@szpital.wloclawek.pl

Strona internetowa: www.szpital.wloclawek.pl, <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>

**ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA ORAZ DODATKOWE INFORMACJE**

- 2.1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:** przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro.

**ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

3.1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w ramach składu konsygnacyjnego przez okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w następującym asortymencie:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2A – 2U Formularza asortymentowo - cenowym oraz w załączniku 7A – 7U Formularza parametrów wymaganych do niniejszej siwz.

Uwaga! Formularz parametrów wymaganych stanowi doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, a także dookreślenie zobowiązań wykonawcy, w związku z czym traktowany będzie jako treść oferty w rozumieniu przepisów uPzp

3.2. Informacje podstawowe:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni (liczone od dnia otwarcia ofert).
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
6. Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia w rozumieniu art. 29 ust. 4 uPzp.
12. **CAŁA KOMUNIKACJA I KORESPONDENCJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ ODBYWA SIĘ PRZY POMOCY ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W ROZDZIALE XII SIWZ.**
13. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub numerem postępowania).
14. **Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV) :

33.14.12.00-2	Cewniki
33.15.82.10-7	Stymulatory
33.18.21.00-0	Defibrylatory
33.18.22.00-1	Urządzenia do stymulacji pracy serca
33.18.22.40-3	Części i akcesoria do rozruszników serca
33.19.50.00-3	System monitorowania pacjentów

3.3. Informacje dodatkowe:

1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części. Poprzez ofertę częściową Zamawiający rozumie: ofertę zawierającą wszystkie pozycje w części zamówienia.
2. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, które można udzielić jednemu Wykonawcy.
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w opakowaniu producenta.
4. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, producent.
5. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz uzupełnienia składu konsygnacyjnego przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie **3 dni roboczych**: od poniedziałku do piątku od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego faksem lub e-mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.

6. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).

7. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.

8. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2A – 2U do siwz) przewidywane zapotrzebowanie (podane ilości) nie stanowią ilości gwarantowanych przez Zamawiającego, bowiem faktyczny zakres zamówień składanych przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jednakże zmniejszenie ilości lub wartości asortymentu podanych w załączniku nr 2A – 2U dla danej części nie przekroczy 20% ilości lub wartości przewidzianej w załączniku nr 2A – 2U dla danej części.

9. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski.

10. **Wykonawca zobowiązuje się wypełnić formularze asortymentowo – cenowe stanowiące załącznik nr 2A – 2U do SIWZ tylko w kolumnie nr 5 oraz w kolumnach od nr 7 do 12, natomiast treść kolumny nr od 1 do 4 oraz kolumna nr 6 nie może być w żaden sposób zmieniana. Samowolna zmiana przez wykonawcę treści w kolumnach nr od 1 do 4 oraz w kolumnie nr 6 formularzy asortymentowo – cenowych będzie powodowała niezgodność oferty z treścią SIWZ co skutkuje odrzuceniem oferty.**

11. **Wymagania do przedmiotu zamówienia i ważne dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia:**

Tabela nr 1 :

<p>Wymaganie nie dotyczy następujących Części: Część nr 5 poz.13; Część nr 11 poz. 16; Część nr 14 poz. 4, 5 i 6; Część nr 15 poz. 4, 5 i 6; Część nr 16 poz. 5, 6 i 7; Część nr 17 poz. 5, 6 i 7; Część nr 18 poz. 7, 8 i 9; Część nr 19 poz. 5, 6 i 7; Część nr 20 poz. 4, 5 i 6; Część nr 21 poz. 9, 10 i 11;</p>	<p>Dokument na potwierdzenie spełnienia wymagań</p>
<p>I</p> <p>Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 211)</p>	<p>II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deklaracja zgodności CE, chyba że ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej; 2. Dokument potwierdzający dokonanie odpowiednio: zgłoszenia lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu, chyba że ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej; 3. Dokument potwierdzający przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu medycznego z wymaganiami zasadniczymi (certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną, uczestniczącą w ocenie zgodności), chyba że ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej. <p><i>W przypadku gdy ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej i dopuszcza inne dokumenty, niż wymienione w pkt 1-3 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument równoważny dokumentowi wymaganemu w siwz, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.</i></p>

12. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

13. Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru w ramach składu konsygnacyjnego zorganizowanego w siedzibie Zamawiającego, na zasadach opisanych w załączniku nr 8 do SIWZ.

14. Wykonawca na czas trwania umowy wydzierżawi na rzecz Zamawiającego konsolę kompatybilną z cewnikiem balonowym do krioablacji w zakresie części nr 5. W zakresie części nr 11 – wydzierżawi system elektroanatomiczny 3-D wraz z generatorem i pompą. Natomiast w zakresie części nr 14 – 21 Wykonawca wydzierżawi najnowszy model programatorów.

15. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni współpracę z ablatorem J&J SmartAblate – generator lub dostarczy i zamontuje generator prądu kompatybilny z dostarczonymi cewnikami w zakresie części nr 1, 2, 3, 4, 11. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast w zakresie części nr 3, 11 zapewni współpracę z pompą infuzyjną Biosense Cool -Flow do elektrod chłodzonych cieczą lub dostarczy kompatybilną pompę infuzyjną. Również w tym zakresie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

16. W ramach dostawy Wykonawca zapewni dostępność w składzie konsygnacyjnym niezbędnej ilości zatyczek do portów w standardzie IS-1 i DF-1 (minimum 5); przewodników do pozycjonowania elektrod wewnątrzsercowych (minimum 5) oraz urządzeń do aktywnego mocowania elektrod wewnątrzsercowych (minimum 5) - dotyczy części nr 14-18. Natomiast w ramach części nr 19-21 Wykonawca zapewni dostępność w składzie konsygnacyjnym co najmniej 5 zestawów : śrubokrętów, przewodników elektrodowych, urządzeń do mocowania elektrod oraz 3 zestawów kapturek elektrodowych. Cena udostępnionych materiałów, winna być ujęta w cenie towaru.

17. W ramach dzierżawy programatorów w zakresie części nr 14-21 Wykonawca zapewni dostęp do kompletu kabli jałowych i niejłowych. Dostęp do nich zostanie zapewniony w siedzibie Zamawiającego w miejscu przechowywania urządzeń. Cena kompletów kabli, które zużywać będzie Zamawiający, winna być ujęta w cenie dzierżawy urządzeń.

18. Wykonawca zapewni również w ramach dzierżawy serwis wydzierżawionych sprzętów, w tym programatorów (przebiegi, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas trwania naprawy) oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń, w tym papier do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy, koszt ich winien być ujęty w cenie dzierżawy urządzeń.

ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia: dostawa sukcesywna **w ciągu 12 miesięcy** od daty podpisania umowy.

ROZDZIAŁ V WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZAMÓWIENIE

1. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:**

- 1) nie podlegają wykluczeniu;
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. **Badanie wystąpienia przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi po ocenie ofert:**

1) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (PROCEDURA ODWRÓCONA).

2) Po ocenie ofert Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

ROZDZIAŁ VI PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - 1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 - 2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176);
 - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 - skarbowe;
 - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
 - 3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 niniejszego ustępu;
 - 4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 - 6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 - 9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - 10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
 - 11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

2. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp Zamawiający wykluczy wykonawcę:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
- 2) jeżeli wykonawca lub członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent, uprawniony do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 uPzp z:
 - a) Zamawiającym,
 - b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
 - c) członkami komisji przetargowej,
 - d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie powyższego ust. 1 pkt 2 - 3 oraz pkt 5 - 9 lub ust. 2 pkt 1 lub 2 niniejszego rozdziału SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
 - a) Niniejszego postanowienia nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 - b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez wykonawcę.
4. W przypadkach, o których mowa w powyższym ust. 1 pkt 8 niniejszego rozdziału SIWZ, przed wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

ROZDZIAŁ VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

- a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
- c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dostawy w zakresie sprzętu medycznego i/lub wyrobów medycznych na potrzeby zabiegów kardiologicznych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 dostawę do każdej z części w zakresie dostaw objętych przedmiotem zamówienia o wartości minimum PLN brutto :

Tabela nr 2

Część nr 1	92 600,00 zł
Część nr 2	43 600,00 zł
Część nr 3	20 300,00 zł
Część nr 4	34 000,00 zł
Część nr 5	225 000,00 zł
Część nr 6	100 200,00 zł
Część nr 7	5 400,00 zł
Część nr 8	4 300,00 zł
Część nr 9	10 800,00 zł
Część nr 10	8 000,00 zł
Część nr 11	215 000,00 zł
Część nr 12	300,00 zł
Część nr 13	2 200,00 zł
Część nr 14	73 000,00 zł
Część nr 15	166 000,00 zł
Część nr 16	181 000,00 zł
Część nr 17	78 000,00 zł
Część nr 18	200 000,00 zł
Część nr 19	334 000,00 zł
Część nr 20	81 000,00 zł
Część nr 21	47 000,00 zł

w ramach jednego kontraktu – odpowiednio w każdej Części. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka Części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w ww. warunku obliczonych dla danych Części.

Np. w przypadku gdyby Wykonawca składał ofertę na Część nr 1, Część nr 2 oraz Część nr 3 to może wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach jednego kontraktu na wartość co najmniej 156 500,00 złotych brutto.

ROZDZIAŁ VIII KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ ZE ZDOLNOŚCI TECHNICZNYCH LUB SYTUACJI EKONOMICZNEJ INNYCH PODMIOTÓW

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez Podmiot Udostępniający zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec Podmiotu Udostępniającego podstawy wykluczenia na podstawie oświadczenia złożonego bezpośrednio przez Podmiot Udostępniający w ramach odrębnie (wykonawca składa oddzielne oświadczenie - JEDZ) wypełnionego oświadczenia JEDZ, zgodnie ze wzorem który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca jest zobligowany do przedłożenia przedmiotowego oświadczenia Podmiotu Udostępniającego w ramach składanej oferty.

7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji Podmiotów Udostępniających przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX ust. 9 pkt 2 lit. a) – d) SIWZ.

UWAGA:

Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.

ROZDZIAŁ IX DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKICH WYMAGA ZAMAWIAJĄCY

ETAP SKŁADANIA OFERTY

1. **JEDZ - oświadczenie** wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.
2. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ;
3. Formularz asortymentowo-cenowy zgodnie z załącznikiem nr 2A - 2U do SIWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ;
4. Formularz parametrów wymaganych zgodnie z załącznikiem nr 7A – 7U do SIWZ, który doprecyzowuje zobowiązanie Wykonawcy jest rozumiany jako treść oferty - składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ;
5. Formularz początkowego stanu zapasów zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. Dokument wymagany w celu wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem zawartym w Rozdziale III SIWZ traktowany będzie jako oświadczenia/dokumenty podlegające uzupełnieniu - składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.;
6. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako „**Podmiot Udostępniający**”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia:
 - a) **zobowiązania Podmiotu Udostępniającego** składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem (w zakresie dokumentów dotyczących Podmiotu Udostępniającego poświadczona za zgodność z oryginałem dokonuje Podmiot Udostępniający, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca), które będzie określało:
 - I. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - II. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - III. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

- IV. ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego.
- b) w celu wykazania braku istnienia wobec Podmiotu Udostępniającego podstaw do wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby Podmiotu Udostępniającego, wykonawca składa oświadczenie wstępne *JEDZ* wypełnione przez Podmiot Udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (*sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym*).
7. Dowód wniesienia wadium wykonawca wnosi w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych¹ wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.
8. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wpisaną do dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał pełnomocnictwa nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię pełnomocnictwa.

ETAP OTWARCIA OFERT

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, a także w niniejszym rozdziale w ust. 9 pkt 2 lit. f) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię oświadczenia). Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza „wyślij wiadomość”. Załączone pliki muszą zawierać w nazwie numer postępowania *dzp_21_2019*.

ETAP PO WYŁONIENIU OFERTY NAJWYŻEJ OCENIONEJ

9. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w następującym zakresie:

1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu wykonanych dostaw na zasadach określonych poniżej (w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII ust. 1 lit. a i b SIWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów):

a) **wykazu wykonanych dostaw objętych przedmiotem zamówienia** (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał wykazu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię wykazu, **według załącznika nr 5 do SIWZ**), a w przypadku świadczeń

¹ <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zasady-wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r>.

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 dostawę do każdej z części zamówienia w zakresie dostawy sprzętu medycznego i/lub wyrobów medycznych na potrzeby zabiegów kardiologicznych o minimalnej wartości brutto wskazanej w tabeli nr 2 w rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ w ramach jednego kontraktu odpowiednio dla każdej części (w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka Części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w warunku obliczonych dla danych Części wymienionych w rozdziale VII ust. 1 lit. c) odpowiednio dla każdej części wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię oświadczenia).

- 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
- a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię dokumentu);
 - b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
 - c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię oświadczenia);
 - d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię oświadczenia);
 - e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię oświadczenia);
 - f) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (**w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert**, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię oświadczenia).

3) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt. 2 uPzp, Zamawiający żąda dokumentów określonych rozdziale III ust. 3.3. pkt 11 (Tabela nr 1 - Wymagania do przedmiotu zamówienia i ważne dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia) SIWZ (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię dokumentu). Na każdym załączonym dokumencie powinna być adnotacja wskazująca część i pozycję, której dany dokument dotyczy.

4) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

10. Wykonawcy zagraniczni:

- 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 2 lit. a), b) niniejszego rozdziału:
 - I) ad. lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;
 - II) ad. lit. b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- 2) Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Poza tym powinny być one sporządzone i złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię dokumentu.
- 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 2 stosuje się.
- 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 5) Powyższe dokumenty powinny być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię dokumentu.

11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 9 pkt 2 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ (informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 ppkt I, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 9 pkt 2 SIWZ stosuje się.

Powyższe oświadczenie powinno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci

dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię oświadczenia.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

12. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie:

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz **załączyć do oferty pełnomocnictwo**. Pełnomocnictwo powinno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał pełnomocnictwa nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię pełnomocnictwa.

1) Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności: wskazanie ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

2) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, z tym, że oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 9 pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.

3) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

13. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w oświadczeniu JEDZ, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów przez wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w oświadczeniu JEDZ.

UWAGA:

Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.

14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

15. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ X UZUPEŁNIENIE / POPRAWIENIE / WYJAŚNIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego wstępnego potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu - JEDZ (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) o którym mowa w art. 25a ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

2. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

ROZDZIAŁ XI INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom, o ile wskaże tych Podwykonawców i zakres powierzanej im części przedmiotu umowy w formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający **nie żąda** aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu przedkładał oświadczenie wstępne JEDZ złożone przez podwykonawców w celu potwierdzenia braku przesłanek do wykluczenia.

4. W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby wykonawcy zastosowanie mają postanowienia rozdziału VIII SIWZ.

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ XII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane są z zachowaniem zasad określonych w art. 38 uPzp.
2. **Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.**
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> . We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub numerem postępowania).
4. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@szpital.wloclawek.pl oraz ikruszynska@szpital.wloclawek.pl z zastrzeżeniem, że oferta oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SIWZ – Rozdział IX pkt 9, a także oferty dodatkowe składane są zawsze przy pomocy platformy zakupowej.
5. **Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**
6. **W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>**
7. **Zamawiający informuje, że posiadanie konta na platformie jest dobrowolne, natomiast złożenie oferty w postępowaniu może odbywać się bez posiadania konta.**
8. Na stronie platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców, która określa informacje dotyczące sposobu i formy złożenia oferty, sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (poza składaniem ofert), informacje dotyczące sposobu otwarcia ofert na www.platformazakupowa.pl

9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy (<https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>) Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platforma zakupowa.pl dla użytkowników (wykonawców).
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza „wyślij wiadomość” .
11. Maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików- 1GB. Dopuszczalna ilość plików-20. Zalecana maksymalna wielkość pliku 75MB. Załączone pliki muszą zawierać w nazwie nr postępowania w formacie dzp_21_2019
12. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>
13. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
14. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm.).
15. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
 - w sprawach merytorycznych – lek. med. Łukasz Graczykowski – Kierownik Oddziału Kardiologii;
 - w sprawach proceduralnych – Justyna Kruszyńska – Inspektor Działu Zamówień Publicznych;
16. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą komunikacji elektronicznej – wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt 3 niniejszego rozdziału. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, oraz umieści taką informację na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
17. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przesłano siwz oraz umieści taką informację na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>

ROZDZIAŁ XIII WADIUM

1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej wysokości:

Tabela nr 3.

Część nr 1	3 400,00 zł
Część nr 2	1 600,00 zł
Część nr 3	750,00 zł
Część nr 4	1 200,00 zł
Część nr 5	8 200,00 zł
Część nr 6	3 700,00 zł
Część nr 7	200,00 zł
Część nr 8	160,00 zł
Część nr 9	400,00 zł
Część nr 10	300,00 zł
Część nr 11	7 900,00 zł
Część nr 12	10,00 zł
Część nr 13	80,00 zł
Część nr 14	2 700,00 zł
Część nr 15	6 100,00 zł

Część nr 16	6 700,00 zł
Część nr 17	2 900,00 zł
Część nr 18	7 300,00 zł
Część nr 19	12 300,00 zł
Część nr 20	3 000,00 zł
Część nr 21	1 700,00 zł

2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie oryginału dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).

3. Wadium w formie dokumentu elektronicznego musi być przekazane do Zamawiającego tak, aby skutecznie wpłynęło do terminu składania ofert oraz musi być sporządzone w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Zamawiający zaleca sporządzenie dokumentu elektronicznego wadium w postaci pliku pdf oraz skompresowanie wraz z ofertą do jednego pliku archiwum (ZIP).

5. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. w formie oryginału dokumentu.

6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Poręczenie winno być ważne przez okres związania ofertą, który wynosi 60 dni od daty określonej jako data składania ofert.

Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na konto w Banku BGK 75 1130 1075 0002 6165 1920 0003 z oznaczeniem „WADIUM – PRZETARG Nr DZP/21/2019 – „Dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii”;

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.

8. Oferta wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b uPzp.

9. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:

- a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp;
- b) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy

ROZDZIAŁ XIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Termin związania ofertą:

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

ROZDZIAŁ XV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta musi zawierać wypełniony Formularz ofertowy według Załącznika nr 1 do siwz, Formularz asortymentowo - cenowy wg Załącznika nr 2A-2U do SIWZ, Formularz parametrów wymaganych wg Załącznika nr 7A – 7U do niniejszej specyfikacji, Formularz początkowego stanu zapasów wg Załącznika nr 8 do SIWZ oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ, w szczególności w zakresie określonym w rozdziale IX SIWZ, w tym oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (ETAP SKŁADANIA OFERTY);**
Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem **Formularza składania oferty lub wniosku** dedykowane dla niniejszego postępowania dostępnego na <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ (ETAP SKŁADANIA OFERT). Ofertę wraz z załącznikami należy skompresować w formacie ZIP. Maksymalna wielkość pojedynczego pliku archiwum 75MB. Załączone pliki muszą zawierać w nazwie numer postępowania w formacie *dzp_21_2019*.
- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem sporządzenia jej w postaci elektronicznej w formacie danych (.pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania www.platformazakupowa.pl Ofertę należy złożyć w oryginale.
- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnych plikach skompresowanych w formacie zip, w osobnym miejscu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Maksymalna wielkość pojedynczego pliku archiwum 75MB.
- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem **Formularza złożenia składania oferty lub wniosku** dostępnego na platformie. Przez zmianę oferty lub wniosku rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej. Jeśli Wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany) to wycofanie oferty lub wniosku następuje od razu po złożeniu nowej oferty. W przypadku Wykonawcy niezautoryzowanego wycofanie oferty musi być potwierdzone.
- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

6. Formularz ofertowy i załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. W przypadku podpisywania ww. dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
8. Wykonawcy winni przedstawić wyłącznie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ XVI TAJMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W wypadku, gdy Wykonawca nie wykaze zasadności zastrzeżenia informacji, informacje te zostaną odtajnione.
3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
4. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie.
5. Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być specjalnie oznakowane.

ROZDZIAŁ XVII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> do dnia **17.07.2019 r. do godz. 10:00**
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu **17.07.2019 r. o godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87 -800 Włocławek, III piętro.
3. Otwarcie ofert dokonane zostanie poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcą za pomocą adresu email podanego w Formularzu Ofertowym.

ROZDZIAŁ XVIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Obowiązuje następujący sposób obliczenia wartości brutto w formularzu cenowym: (cena jednostkowa netto x ilość + kwota VAT).
2. Przy ustalaniu ceny należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania, jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia liczba po przecinku jest równa pięć lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w dół”.
3. W przypadku, gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Cena oferty musi być obliczona w złotych polskich podana cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

5. W przypadku stwierdzenia w Ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, wzywając go do wyrażenia zgody na dokonanie stosownych poprawek. W przypadku, gdyby Wykonawca nie wyraził zgody na dokonanie poprawek, Zamawiający odrzuci Ofertę.

ROZDZIAŁ XIX KRYTERIA OCENY OFERT

1. Sposób oceny i badania ofert:

- a. Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów, dla każdej części oddzielnie.
- b. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- c. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert.
- d. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 uPzp.
- e. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
- f. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 uPzp.
- g. Zamawiający unieważni część lub całość postępowania w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 uPzp. O unieważnieniu części lub całości postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne tej decyzji.

2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert według poniższej formuły:

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

Tabela nr 4

L.p	KRYTERIUM OCENY OFERT	WAGA KRYTERIUM
1.	Cena	60%
2.	Termin płatności	20%
3.	Termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego	20%

2. Objaśnienia i wzory obliczeń do kryteriów oceny ofert:

Kryterium pierwsze – „Cena”:

W kryterium „Cena” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według poniższego wzoru:

$$K_1 = (C_N / C_B) \times 60$$

K_1 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”

C_N – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert

C_B - cena w ofercie badanej

W tym kryterium jako „cena” przyjęta zostanie „wartość brutto zamówienia” podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium drugie – „Termin płatności”:

W kryterium „Termin płatności” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według poniższego opisu:

Tabela nr 5

Termin płatności do 30 dni	1 pkt
Termin płatności od 31 do 45 dni	10 pkt
Termin płatności od 46 do 60 dni	20 pkt

Zamawiający wymaga minimum 30-dniowego terminu płatności. W przypadku braku wpisania terminu płatności lub wpisania innych terminów płatności tj. poniżej 30 dni lub powyżej 60 dni - oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Wykonawca jest zobligowany w formularzu ofertowym wskazać konkretną liczbę dni składających się na termin płatności, a nie powoływać się jedynie na przedziały w zakresie dni wskazane w tabeli nr 5.

Kryterium trzecie – „Termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego” (liczony od dnia złożenia zamówienia w formie mailowej lub faksem)

W kryterium „Termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według poniższego opisu:

Tabela nr 6

Termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego do 1 dnia roboczego	20 pkt
Termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego do 2 dni roboczych	10 pkt
Termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego do 3 dni roboczych	1 pkt

Zamawiający wymaga maksymalnie 3 - dniowego roboczego terminu dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz terminu uzupełnienia składu konsygnacyjnego. W przypadku braku wpisania terminu dostawy lub wpisania innych terminów dostawy, niż wskazane powyżej, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

3. Wzór końcowy do obliczenia całkowitej ilości punktów przyznanych ofercie:

$$P_C = K_1 + K_2 + K_3$$

P_C – całkowita ilość punktów dla oferty badanej

K_1 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”

K_2 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Termin płatności”

K_3 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego”.

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

ROZDZIAŁ XX INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy wymieniona w okazanym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnik, który przedstawi bezpośrednio przed zawarciem umowy pełnomocnictwo do podpisania umowy w formie **kopii poświadczonej przez Wykonawcę**.

2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w formie **oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy**.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie uwzględniającym treść art. 26 ust. 1 oraz 94 ust. 1 pkt 1 uPzp określonym w informacji o wynikach postępowania na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4, 4A i 4B do siwz
4. Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 uPzp.
6. Zamawiający w tym postępowaniu nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XXI

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian:
 - 1) Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:
 - a. nastąpi obniżenie ceny;
 - b. nastąpi zwiększenie rabatu;
 - c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;
 - d. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;
 - e. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;
 - f. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy.
 - g. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: „**RODO**”).
 - 2) Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji, gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji, o której mowa powyżej.
 - 3) Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:
 - a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 - b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 - c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
 - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

- w wyniku przejścia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

d. zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

4) Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących:

a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;

c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.

5) Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów, które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

ROZDZIAŁ XXIII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

b) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

d) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

ROZDZIAŁ XXIV INFROMACJE POZOSTAŁE

1. Niezachowanie przez wykonawcę wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji spowoduje odrzucenie jego oferty.
2. Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia w rozumieniu art. 29 ust. 4 uPzp.
3. Każdy zainteresowany zamówieniem może złożyć pisemny wniosek o udostępnienie mu niniejszej specyfikacji. Specyfikacja jest bezpłatna i można ją odebrać:
 - a/ osobiście w siedzibie zamawiającego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, III piętro);
 - b/ otrzymać pocztą;
 - c/ pobrać ze strony internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>

ROZDZIAŁ XXV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „**RODO**”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek jest Pan Jarosław Rogiewicz, kontakt: adrese-mail: jrogiewicz@szpital.wloclawek.pl, tel. 54 412 94 35; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii**”, **Znak sprawy: DZP/21/2019**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*).
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*).
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnieniem.

Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.

Zasada jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3uPzp, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5uPzp, stosuje się odpowiednio.

Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

ROZDZIAŁ XXVI ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy;
2. Załącznik Nr 2A – 2U – formularz asortymentowo – cenowy;
3. Załącznik Nr 3 – JEDZ - oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia;
4. Załącznik Nr 4, 4A – wzór umowy;
5. Załącznik Nr 4B – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
6. Załącznik Nr 5 – wykaz wykonanych dostaw;

7. Załącznik Nr 6 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;
8. Załącznik Nr 7A – 7U – formularz parametrów wymaganych;
9. Załącznik Nr 8 – formularz początkowego stanu zapasów;

.....
(dane Wykonawcy)

....., dnia2019 r.
(miejscowość)

Formularz ofertowy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. **Dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku**, które przekazane zostało zgodnie z art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na stronę Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.06.2019 r. r i opublikowane w dniu 13.06.2019 r. pod nr 2019/S 112-274468 oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek.w.dniu.13.06.2019> r, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

Część nr 1

Łączna wartość netto :..... PLN (słownie:..... PLN)

Łączna wartość brutto :..... PLN (słownie:..... PLN)

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 2

Łączna wartość netto :..... PLN (słownie:..... PLN)

Łączna wartość brutto :..... PLN (słownie:..... PLN)

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 3

Łączna wartość netto :..... PLN (słownie:..... PLN)

Łączna wartość brutto :..... PLN (słownie:..... PLN)

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 4

Łączna wartość netto :..... PLN (słownie:..... PLN)

Łączna wartość brutto : PLN (słownie: PLN)

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 5

a. Wartość dostaw towarów przez okres 12 miesięcy w ramach zaopatrzenia i obsługi składu konsygnacyjnego (dot. poz. 1 - 12):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego konsoli za 1 miesiąc (dot. poz. 13):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego konsoli przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 13):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość netto części nr 5 (suma wartości z lit. a, c): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 5 (suma wartości z lit. a, c): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego konsoli w okresie 12 miesięcy oraz wszystkich pozostałych towarów, przy czym **czynsz dzierżawy obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej – w tym: przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespowodowanych nieprawidłową obsługą sprzętu.**

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego dot. poz. 1 - 12 liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

.....

(nazwa i adres / firmy)

1.....

(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.:

2. nr faksu:

3. adres e-mail:

Część nr 6

Łączna wartość netto : PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość brutto : PLN (słownie: PLN)

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 7

Łączna wartość netto :..... PLN (słownie:..... PLN)

Łączna wartość brutto :..... PLN (słownie:..... PLN)

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 8

Łączna wartość netto :..... PLN (słownie:..... PLN)

Łączna wartość brutto :..... PLN (słownie:..... PLN)

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 9

Łączna wartość netto :..... PLN (słownie:..... PLN)

Łączna wartość brutto :..... PLN (słownie:..... PLN)

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 10

Łączna wartość netto :..... PLN (słownie:..... PLN)

Łączna wartość brutto :..... PLN (słownie:..... PLN)

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 11

a. Wartość dostaw towarów przez okres 12 miesięcy w ramach zaopatrzenia i obsługi składu konsygnacyjnego (dot. poz. 1 - 15):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego systemu elektroanatomicznego 3-D i generatora oraz pompy za 1 miesiąc (dot. poz. 16):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego systemu elektroanatomicznego 3-D i generatora oraz pompy przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 16):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość netto części nr 11 (suma wartości z lit. a, c): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 11 (suma wartości z lit. a, c): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego systemu elektroanatomicznego 3-D, generatora oraz pompy w okresie 12 miesięcy oraz wszystkich pozostałych towarów, przy czym **czynsz dzierżawy obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej – w tym: przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespodowodanych nieprawidłową obsługą sprzętu.**

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego dot. poz. 1 - 15 liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

.....
(nazwa i adres / firmy)

- 1.....
- 2

(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

- 1. nr tel.:
- 2. nr faksu:
- 3. adres e-mail:

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 12

Łączna wartość netto :..... PLN (słownie:..... PLN)

Łączna wartość brutto :..... PLN (słownie:..... PLN)

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 13

Łączna wartość netto : PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość brutto : PLN (słownie: PLN)

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 14

a. Wartość dostaw towarów przez okres 12 miesięcy w ramach zaopatrzenia i obsługi składu konsygnacyjnego (dot. poz. 1 - 3):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 4):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 5):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 6):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 4):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

f. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 5):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

g. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 6):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość netto części nr 14 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 14 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego 3 programatorów w okresie 12 miesięcy oraz wszystkich pozostałych towarów, przy czym **czynsz dzierżawy obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej – w tym: przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespodzowanych nieprawidłową obsługą sprzętu.**

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego dot. poz. 1 - 3 liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

.....
(nazwa i adres / firmy)

1.....

2.....

3.....

(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.:

2. nr faksu:

3. adres e-mail:

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 15

a. Wartość dostaw towarów przez okres 12 miesięcy w ramach zaopatrzenia i obsługi składu konsygnacyjnego (dot. poz. 1 - 3):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 4):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 5):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 6):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 4):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

f. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 5):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

g. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 6):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość netto części nr 15 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:))

Łączna wartość brutto części nr 15 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:))

Łączna wartość stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego 3 programatorów w okresie 12 miesięcy oraz wszystkich pozostałych towarów, przy czym **czynsz dzierżawy obejmuje wszystkie**

koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej – w tym: przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespowodowanych nieprawidłową obsługą sprzętu.

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego dot. poz. 1 - 3 liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

.....
(nazwa i adres / firmy)

1.....
2.....
3.....
(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.:
2. nr faksu:
3. adres e-mail:

Część nr 16

a. Wartość dostaw towarów przez okres 12 miesięcy w ramach zaopatrzenia i obsługi składu konsygnacyjnego (dot. poz. 1 - 4):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 5):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 6):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 7):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 5):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

f. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 6):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

g. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 7):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość netto części nr 16 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 16 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego 3 programatorów w okresie 12 miesięcy oraz wszystkich pozostałych towarów, przy czym **czynsz dzierżawy obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej – w tym: przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespowodowanych nieprawidłową obsługą sprzętu.**

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego dot. poz. 1 - 4 liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

.....
(nazwa i adres / firmy)

- 1.....
 - 2.....
 - 3.....
- (nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.:
2. nr faksu:
3. adres e-mail:

Część nr 17

a. Wartość dostaw towarów przez okres 12 miesięcy w ramach zaopatrzenia i obsługi składu konsygnacyjnego (dot. poz. 1 - 4):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 5):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 6):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 7):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 5):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

f. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 6):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

g. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 7):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość netto części nr 17 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 17 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego 3 programatorów w okresie 12 miesięcy oraz wszystkich pozostałych towarów, przy czym **czynsz dzierżawy obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej – w tym: przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespowodowanych nieprawidłową obsługą sprzętu.**

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego dot. poz. 1 - 4 liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

.....
(nazwa i adres / firmy)

1.....

2.....

3.....

(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.:

2. nr faksu:

3. adres e-mail:

Część nr 18

a. Wartość dostaw towarów przez okres 12 miesięcy w ramach zaopatrzenia i obsługi składu konsygnacyjnego (dot. poz. 1 - 6):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 7):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 8):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 9):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 7):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

f. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 8):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

g. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 9):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość netto części nr 18 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 18 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego 3 programatorów w okresie 12 miesięcy oraz wszystkich pozostałych towarów, przy czym **czynsz dzierżawy obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej – w tym: przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespowodowanych nieprawidłową obsługą sprzętu.**

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego dot. poz. 1 - 6 liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

.....
(nazwa i adres / firmy)

1.....

2.....

3.....

(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.:

2. nr faksu:

3. adres e-mail:

Część nr 19

a. Wartość dostaw towarów przez okres 12 miesięcy w ramach zaopatrzenia i obsługi składu konsygnacyjnego (dot. poz. 1 - 4):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz.5):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 6):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 7):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 5):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

f. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 6):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

g. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 7):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość netto części nr 19 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 19 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego 3 programatorów w okresie 12 miesięcy oraz wszystkich pozostałych towarów, przy czym **czynsz dzierżawy obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej – w tym: przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespowodowanych nieprawidłową obsługą sprzętu.**

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego dot. poz. 1 - 4 liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

.....

(nazwa i adres / firmy)

1.....

2.....

3.....

(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.:

2. nr faksu:

3. adres e-mail:

Część nr 20

a. Wartość dostaw towarów przez okres 12 miesięcy w ramach zaopatrzenia i obsługi składu konsygnacyjnego (dot. poz. 1 - 3):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz.4):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 5):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 6):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 4):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

f. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 5):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

g. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 6):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość netto części nr 20 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 20 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego 3 programatorów w okresie 12 miesięcy oraz wszystkich pozostałych towarów, przy czym **czynsz dzierżawy obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej – w tym: przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespowodowanych nieprawidłową obsługą sprzętu.**

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego dot. poz. 1 - 3 liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

.....
(nazwa i adres / firmy)

1.....

2.....

3.....

(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.:

2. nr faksu:

3. adres e-mail:

Część nr 21

a. Wartość dostaw towarów przez okres 12 miesięcy w ramach zaopatrzenia i obsługi składu konsygnacyjnego (dot. poz. 1 - 8):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz.9):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 10):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 11):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 9):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

f. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 10):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

g. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 11):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość netto części nr 21 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 21 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego 3 programatorów w okresie 12 miesięcy oraz wszystkich pozostałych towarów, przy czym **czynsz dzierżawy obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej – w tym: przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespowodowanych nieprawidłową obsługą sprzętu.**

Oferujemy (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Oferujemy (maksymalnie 3 dni roboczych) – dniowy termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego dot. poz. 1 - 8 liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

.....
(nazwa i adres / firmy)

1.....

2.....

3.....

(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.:

2. nr faksu:

3. adres e-mail:

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz w załączniku nr od 2A do 2U niniejszej SIWZ.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia w zakresie Części nr (Wykonawca powinien wskazać odpowiednią część) spełnia parametry zgodnie z załącznikiem od nr 7A do 7U (w zależności od części) niniejszej SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, a także w rozdziale IX ust. 9 pkt 2 lit. f) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?²

Tak Nie

Zgodnie z art. 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

- 1) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,
- 2) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,
- 3) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Oświadczamy, że:

1. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
2. Projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Jesteśmy / nie jesteśmy płatnikiem podatku od towaru i usług (VAT) NIP.....
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkimi jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
6. Wskazuję części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom, i podaję nazwy albo firmy podwykonawców:
.....
7. Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuje na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp:
.....
- 8 . Adres poczty elektronicznej do korespondencji
.....

Pouczenie : zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Podwykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a uPzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym :

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:..... tel. kontaktowy, faks, e-mail:
zakres odpowiedzialności..... tel. kontaktowy, faks, e-mail : zakres odpowiedzialności.....

* Niewłaściwe skreślić

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.

Część nr 1

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Elektroda do ablacji endokawitarnej metodą RF (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 A)	szt.	50		8%						
2.	Łącznik do generatora	szt.	5		8%						
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO											

Wymagania dla Części nr 1:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 1 zapas konsygnacyjny w ilości: 10 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 2 zapas konsygnacyjny w ilości: 5 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Łączna wartość netto części nr 1 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 1 : PLN

(Słownie:)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektroterapii, sygnatura: DZP/21 /2019.

Część nr 2

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	Elektroda do abiacji endokawitamej metodą RF (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 B)	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.		szt.	40		8%						
2.	Łącznik do generatora	szt.	4		8%						
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO											

Wymagania dla Części nr 2:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 1 zapas konsygnacyjny w ilości: 10 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 2 zapas konsygnacyjny w ilości: 4 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Łączna wartość netto części nr 2 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 2 : PLN

(Słownie:)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii, sygnatura: DZP/21/2019.

Część nr 3

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	Elektroda do abiacji endokawitamej prądem RF z końcówką chłodzoną (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 C)	3. szt.	4. 10	5.	6. 8%	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2.	Łącznik do generatora	szt.	3		8%						
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO											

Wymagania dla Części nr 3:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 1 zapas konsygnacyjny w ilości: 3 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 2 zapas konsygnacyjny w ilości: 2 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Łączna wartość netto części nr 3 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 3 : PLN

(Słownie:)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii, sygnatura: DZP/21/2019.

Część nr 4

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	Elektroda do abiacji endokawitamej metodą RF o zwiększonej przewodności cieplnej (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 D)	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.		szt.	20		8%						
2.	Łącznik do generatora	szt.	3		8%						
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO											

Wymagania dla Części nr 4:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 1 zapas konsygnacyjny w ilości: 5 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 2 zapas konsygnacyjny w ilości: 3 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

Łączna wartość netto części nr 4 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 4 : PLN

(Słownie:)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii, sygnatura: DZP/21/2019.

Część nr 5

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Cewnik balonowy do krioabiacji ujęć żył płucnych (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 E)	szt.	20		8%						
2.	Koszulka sterowalna dostosowane do cewników balonowych do krioabiacji	szt.	20		8%						
3.	Przewód gazowy współpracujący z cewnikami balonowymi do krioabiacji	szt.	20		8%						
4.	Przewód elektryczny współpracujący z cewnikami balonowymi do krioabiacji	szt.	20		8%						
5.	Cewnik diagnostyczny do mapowania ujęć żył płucnych kompatybilny z kriocewnikiem balonowym (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 E)	szt.	20		8%						
6.	Łącznik do systemu EP do cewnika do mapowania ujęć żył płucnych	szt.	2		8%						
7.	Cewnik diagnostyczny sterowalny do zatoki wieńcowej czteropolowy (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 E)	szt.	20		8%						
8.	Łącznik do systemu EP do cewnika sterowalnego	szt.	2		8%						
9.	Cewnik diagnostyczny niesterowalny czteropolowy o odległości między biegunami 1 cm	szt.	20		8%						

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol.6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	(wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 E)										
10.	Łącznik do systemu EP do cewnika niesteroidalnego	szt.	2		8%						
11.	Igła transseptalna+ koszułka transseptalna+ prowadnik 0,032"	szt.	20		8%						
12.	Prowadnik 0,032 x 180 cm	szt.	20		8%						
13.	Dzierżawa konsoli kompatybilnej z cewnikiem balonowym – ujętym w poz. 1	szt./miesiąc	1 na 12 m-cy		23%						
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 - 12)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 13)											
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 - 13)											

* W zakresie dzierżawy konsoli (dotyczy poz. 13 kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy konsoli.

** W zakresie dzierżawy konsoli (dotyczy poz. 13 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto konsoli przez okres 12 miesięcy.

Wymagania dla Części nr 5:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 1 zapas konsygnacyjny w ilości: 3 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 2 zapas konsygnacyjny w ilości: 3 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 3 zapas konsygnacyjny w ilości: 3 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 4 zapas konsygnacyjny w ilości: 3 szt – zgodnie z formularzem

- początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 5 zapas konsygnacyjny w ilości: 3 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 6 zapas konsygnacyjny w ilości: 2 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 7 zapas konsygnacyjny w ilości: 3 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 8 zapas konsygnacyjny w ilości: 2 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 9 zapas konsygnacyjny w ilości: 3 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 10 zapas konsygnacyjny w ilości: 2 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 11 zapas konsygnacyjny w ilości: 3 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 12 zapas konsygnacyjny w ilości: 3 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

a. Wartość dostaw towarów przez okres 12 miesięcy w ramach zaopatrzenia i obsługi składu konsygnacyjnego (dot. poz. 1 - 12):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego konsoli za 1 miesiąc (dot. poz. 13):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego konsoli przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 13):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość netto części nr 5 (suma wartości z lit. a, c): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 5 (suma wartości z lit. a, c): PLN

(Słownie:)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21 /2019.

Część nr 6

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
3.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Cewnik elektrofizjologiczny diagnostyczny 4-polowy do badań elektrofizjologicznych serca (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 F)	szt.	100		8%						
2.	Łącznik do systemu elektrofizjologicznego kompatybilny z cewnikiem diagnostycznym 4-polowym do badań elektrofizjologicznych serca	szt.	10		8%						
3.	Cewnik elektrofizjologiczny diagnostyczny 10-polowy do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie (sterowalny) (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 F)	szt.	100		8%						
4.	Łącznik do systemu elektrofizjologicznego kompatybilny z cewnikiem diagnostycznym 10-polowym do badań elektrofizjologicznych serca	szt.	10		8%						
5.	Cewnik elektrofizjologiczny diagnostyczny do mapowania żył płucnych typu Lasso	szt.	20		8%						
6.	Łącznik do systemu elektrofizjologicznego kompatybilny z cewnikiem elektrofizjologicznym diagnostycznym do mapowania żył płucnych typu Lasso z pkt.5	szt.	2		8%						

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO											

Wymagania dla Części nr 6:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 1 zapas konsygnacyjny w ilości: 10 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 2 zapas konsygnacyjny w ilości: 10 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 3 zapas konsygnacyjny w ilości: 10 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 4 zapas konsygnacyjny w ilości: 10 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 5 zapas konsygnacyjny w ilości: 10 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 6 zapas konsygnacyjny w ilości: 2 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Łączna wartość netto części nr 6 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 6 : PLN

(Słownie:)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii, sygnatura: DZP/ 21 /2019.

Część nr 7

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określoną w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol.2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Introdukery żyłne/tętnicze do kaniulacji naczyń udowych: koszulka naczyniowa z dilatorem, przewodnikiem i igłą (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 G)	szt.	400		8%						
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO											

Wymagania dla Części nr 7:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 1 zapas konsygnacyjny w ilości: 100 szt.– zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Łączna wartość netto części nr 7 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 7 : PLN

(Słownie:)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- GENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/ 21 /2019.

Część nr 8

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol.2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Introducer transseptalny: koszulka z dilatatorem i prowadnikiem (koszulka 59-65cm) (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 H)	szt.	20		8%						
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO											

Wymagania dla Części nr 8:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 1 zapas konsygnacyjny w ilości: 10 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Łączna wartość netto części nr 8 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 8 : PLN

(Słownie:)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii, sygnatura: DZP/21/2019.

Część nr 9

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Koszulki naczyniowe sterowalne (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 I)	szt.	10		8%						
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO											

Wymagania dla Części nr 9:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 1 zapas konsygnacyjny w ilości: 5 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Łączna wartość netto części nr 9 : PLN

(Słownie:

Łączna wartość brutto części nr 9 : PLN

(Słownie:

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii, sygnatura: DZP/ 21 /2019.

Część nr 10

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol.2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Igła do nakłuć transseptalnych długość 70-98cm (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 J)	szt.	20		8%						
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO											

Wymagania dla Części nr 10:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 1 zapas konsygnacyjny w ilości: 10 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Łączna wartość netto części nr 10 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 10 : PLN

(Słownie:)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii, sygnatura: DZP/ 21 /2019.

Część nr 11

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol.2)	Producent
3.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	Elektroda do ablacji prądem RF przy użyciu systemu elektroanatomicznego 3-D (końcówka elektrody w przedziale od 4-8mm do wyboru przez zamawiającego) (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 K)	szt.	20		8%						
2.	Przewód łączący elektrodę do ablacji prądem RF Elektroda do ablacji prądem RF przy użyciu systemu elektroanatomicznego 3-D z końcówką chłodzoną cieczą (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 K)	szt.	2		8%						
3.	Przewód łączący elektrodę do ablacji prądem RF z końcówką chłodzoną cieczą Elektroda do ablacji prądem RF przy użyciu systemu elektroanatomicznego 3-D z czujnikiem siły nacisku - chłodzona cieczą (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 K)	szt.	10		8%						
4.	Przewód łączący elektrodę do ablacji prądem RF z końcówką chłodzoną cieczą	szt.	2		8%						
5.	Elektroda do ablacji prądem RF przy użyciu systemu elektroanatomicznego 3-D z czujnikiem siły nacisku - chłodzona cieczą (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 K)	szt.	10		8%						

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol.6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
6.	Przewód łączący elektrodę do ablacji prądem RF z czujnikiem siły nacisku	szt.	2		8%						
7.	Elektroda pięcioramienna z funkcją tworzenia mapy elektroanatomicznej 3D	szt.	1		8%						
8.	Elektroda okrężna do mapowania ujść żył płucnych z funkcją tworzenia mapy elektroanatomicznej 3D	szt.	10		8%						
9.	Łączniki do elektrod pięcioramiennych z funkcją tworzenia mapy elektroanatomicznej 3D	szt.	2		8%						
10.	Komplet Elektrod referencyjnych do ablacji przy użyciu systemu 3D	szt.	30		8%						
11.	Przewód łączący do generatora prądu RF SmartAblate	szt.	5		8%						
12.	Przewód łączący do generatora SmartAblate do elektrod 4 i 8 mm	szt.	4		8%						
13.	Przewód ablacyjny SmartAblate - PIU	szt.	2		8%						

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.3 + kol.6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
14.	Dreny do pompy infuzyjnej z poz. 16 do elektrod chłodzonych cieczą	szt.	20		8%						
15.	Elektroda ablacyjna do ablacji klasycznych 4mm lub 8 mm , jednokierunkowa , zbrojona (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 K)	szt.	10		8%						
16.	Miesięczna dzierżawa systemu elektroanatomicznego 3-D i generatora oraz pompy infuzyjnej	szt./miesiąc	1 na 12 m-cy		23%						
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 - 15)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 16)											
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 – 16)											

* W zakresie dzierżawy systemu elektroanatomicznego 3-D i generatora oraz pompy (dotyczy poz. 16 kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy systemu elektroanatomicznego i generatora oraz pompy.

** W zakresie dzierżawy systemu elektroanatomicznego 3-D i generatora oraz pompy (dotyczy poz. 16 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto systemu elektroanatomicznego i generatora oraz pompy przez okres 12 miesięcy.

Wymagania dla Części nr 11:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 1 zapas konsygnacyjny w ilości: 5 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 2 zapas konsygnacyjny w ilości: 2 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 3 zapas konsygnacyjny w ilości: 5 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 4 zapas konsygnacyjny w ilości: 2 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 5 zapas konsygnacyjny w ilości: 5 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 6 zapas konsygnacyjny w ilości: 2 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 7 zapas konsygnacyjny w ilości: 1 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 8 zapas konsygnacyjny w ilości: 5 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 9 zapas konsygnacyjny w ilości: 2 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 10 zapas konsygnacyjny w ilości: 10 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 11 zapas konsygnacyjny w ilości: 5 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 12 zapas konsygnacyjny w ilości: 4 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 13 zapas konsygnacyjny w ilości: 2 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 14 zapas konsygnacyjny w ilości: 10 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 15 zapas konsygnacyjny w ilości: 10 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

a. Wartość dostaw towarów przez okres 12 miesięcy w ramach zaopatrzenia i obsługi składu konsygnacyjnego (dot. poz. 1 - 15):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego systemu elektroanatomicznego 3-D i generatora oraz pompy za 1 miesiąc (dot. poz. 16):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego systemu elektroanatomicznego 3-D i generatora oraz pompy przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 16):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość netto części nr 11 (suma wartości z lit. a, c): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 11 (suma wartości z lit. a, c): PLN

(Słownie:)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii, sygnatura: DZP/ 21 /2019.
Część nr 12

LP	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol.2)	Producent
3.			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Rękawy sterylne (na łączniki do elektrod ablacyjnych, diagnostycznych i cewników do echa wewnątrzsercowego); (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 L)	szt.	100		8%						
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO											

Wymagania dla Części nr 12:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 1 zapas konsygnacyjny w ilości: 20 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Łączna wartość netto części nr 12 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 12 : PLN

(Słownie:)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii, sygnatura: DZP/21/2019.
Część nr 13

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol.6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol.2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Zestaw do zamykania naczyń (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 Ł)	szt.	10		8%						
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO											

Wymagania dla Części nr 13:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował dla poz. 1 zapas konsygnacyjny w ilości: 10 szt – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Łączna wartość netto części nr 13 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 13 : PLN

(Słownie:)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii, sygnatura: DZP/21/2019.

Część nr 14 – Kardiowerter – defibrylator jednojamowy (ICD – VR) zaawansowany o podwyższonej liczbie wyładowań z funkcją telemonitoringu

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
1.	Kardiowerter - defibrylator jednojamowy (ICD - VR) zaawansowany o podwyższonej liczbie wyładowań z funkcją telemonitoringu (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 M)	3.	10		8%						
2.	Elektroda defibrylująca (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 M)	szt.	10		8%						
3.	Zestaw do wkłucia (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 M)	szt.	10		8%						
4.	Dzierzawa programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 M)	sztuka/miesiąc	1		23%						
5.	Dzierzawa programatora do Pracowni Kardiologicznej (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 M)	sztuka/miesiąc	1		23%						
6.	Dzierzawa programatora do Oddziału Kardiologii (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 M)	sztuka/miesiąc	1		23%						

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 - 3)										
	WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 4)										
	WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 5)										
	WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 6)										
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 – 6)										

* W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 4, 5, 6 kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy 1 programatora.

** W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 4, 5, 6 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto 1 programatora przez okres 12 miesięcy.

Wymagania dla Części nr 14:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości: 10 zestawów (w skład jednego zestawu wchodzi: kardioverter + elektroda defibrylująca + zestaw do wkucia w ilościach wymaganych do wykonania jednego zabiegu) – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

a. Wartość dostaw towarów przez okres 12 miesięcy w ramach zaopatrzenia i obsługi składu konsygnacyjnego (dot. poz. 1 - 3):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 4):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 5):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN

d. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 6):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN

e. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 4):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

f. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 5):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

g. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 6):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość netto części nr 14 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 14 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii, sygnatura: DZP/ 21 /2019.

Część nr 15 – Kardiowerter – defibrylator jednojamowy (ICD – VR) zaawansowany z sygnalizacją uszkodzenia elektrody

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
LP	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol.2)	Producent
1.	Kardiowerter - defibrylator jednojamowy (ICD - VR) zaawansowany z sygnalizacją uszkodzenia elektrody (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 N)	szk.	25		8%						
2.	Elektroda defibrylująca (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 N)	szk.	25		8%						
3.	Zestaw do wkłucia (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 N)	szk.	25		8%						
4.	Dzierżawa programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 N)	szk./miesiąc	1		23%						
5.	Dzierżawa programatora do Pracowni Kardiologicznej (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 N)	szk./miesiąc	1		23%						
6.	Dzierżawa programatora do Oddziału Kardiologii (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 N)	szk./miesiąc	1		23%						

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol.6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 - 3)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 4)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 5)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 6)											
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 – 6)											

* W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 4, 5, 6 kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy 1 programatora.

** W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 4, 5, 6 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto 1 programatora przez okres 12 miesięcy.

Wymagania dla Części nr 15:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości: 10 zestawów (w skład jednego zestawu wchodzi: kardiowerter + elektroda defibrylująca + zestaw do wkłucia w ilościach wymaganych do wykonania jednego zabiegu) – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

- Wartość dostaw towarów przez okres 12 miesięcy w ramach zaopatrzenia i obsługi składu konsygnacyjnego (dot. poz. 1 - 3):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

- Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 4):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

- Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 5):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 6):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 4):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

f. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 5):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

g. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 6):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość netto części nr 15 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 15 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektroterapii i Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii, sygnatura: DZP/ 21 /2019.

Część nr 16 – Kardiowerter – defibrylator dwujamowy (ICD – DR) zaawansowany z sygnalizacją uszkodzenia elektrody

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
1.	Kardiowerter - defibrylator dwujamowy (ICD - DR) zaawansowany z sygnalizacją uszkodzenia elektrody (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 O)	szt.	25		8%						
2.	Elektroda defibrylująca (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 O)	szt.	25		8%						
3.	Elektroda przedsiionkowa (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 O)	szt.	25		8%						
4.	Zestaw do wktucia (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 O)	szt.	50		8%						
5.	Dzierżawa programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 O)	sztuka/miesiąc	1		23%						
6.	Dzierżawa programatora do Pracowni Kardiologicznej (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 O)	sztuka/miesiąc	1		23%						

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol.6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
7.	Dzierżawa programatora do Oddziału Kardiologii (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 O)	sztuka/miesiąc	1		23%						
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 - 4)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 5)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 6)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 7)											
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 – 7)											

* W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 5, 6, 7 kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy 1 programatora.

** W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 5, 6, 7 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto 1 programatora przez okres 12 miesięcy.

Wymagania dla Części nr 16:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości: 10 zestawów (w skład jednego zestawu wchodzi: kardiowerter + elektroda defibrylująca + elektroda przedsionkowa+ 2 zestawy do wkłucia w ilościach wymaganych do wykonania jednego zabiegu) – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

a. Wartość dostaw towarów przez okres 12 miesięcy w ramach zaopatrzenia i obsługi składu konsygnacyjnego (dot. poz. 1 - 4):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 5):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 6):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 7):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 5):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

f. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 6):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

g. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 7):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość netto części nr 16 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 16 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii, sygnatura: DZP/ 21 /2019.

Część nr 17 – Kardiowerter – defibrylator dwujamowy (ICD – DR) zaawansowany o podwyższonej liczbie wylądowań i z telemonitoringiem											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
LP	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	Kardiowerter - defibrylator dwujamowy (ICD - DR) zaawansowany o podwyższonej liczbie wylądowań i z telemonitoringiem (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 P)	szt.	10		8%						
2.	Elektroda defibrylująca (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 P)	szt.	10		8%						
3.	Elektroda przedsiionkowa (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 P)	szt.	10		8%						
4.	Zestaw do wktucia (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 P)	szt.	20		8%						
5.	Dzierżawa programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 P)	sztuka/miesiąc	1		23%						
6.	Dzierżawa programatora do Pracowni Kardiologicznej (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 P)	sztuka/miesiąc	1		23%						

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol.2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
7.	Dzierżawa programatora do Oddziału Kardiologii (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 P)	sztuka/miesiąc	1		23%						
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 - 4)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 5)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 6)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 7)											
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 – 7)											

* W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 5, 6, 7 kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy 1 programatora.

** W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 5, 6, 7 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto 1 programatora przez okres 12 miesięcy.

Wymagania dla Części nr 17:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości: 10 zestawów (w skład jednego zestawu wchodzi: kardiowerter + elektroda defibrylująca + elektroda przedsionkowa+ 2 zestawy do wkłucia w ilościach wymaganych do wykonania jednego zabiegu) – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

a. Wartość dostaw towarów przez okres 12 miesięcy w ramach zaopatrzenia i obsługi składu konsygnacyjnego (dot. poz. 1 - 4):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 5):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 6):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 7):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 5):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

f. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 6):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

g. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 7):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość netto części nr 17 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 17 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/ 21 /2019.

Część nr 18 – Kardiowerter – defibrylator z funkcją resynchronizacji (ICD – CRT/CRT – D) zaawansowany o małej objętości i podwyższonej liczbie wylądowań

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol.2)	Producent
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
1.	Kardiowerter - defibrylator z funkcją resynchronizacji (ICD-CRT/CRT-D) zaawansowany o małej objętości i podwyższonej liczbie wylądowań (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 R)	szt.	20		8%						
2.	Elektroda defibrylująca (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 R)	szt.	20		8%						
3.	Elektroda przedsiolkowa (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 R)	szt.	20		8%						
4.	Elektroda lewokomorowa (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 R)	szt.	20		8%						
5.	Zestaw do wktucia (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 R)	szt.	60		8%						
6.	Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 R)	szt.	20		8%						
7.	Dzierżawa programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii	sztuka/miesiąc	1		23%						

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol.6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	(wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 R)										
8.	Dzierżawa programatora do Pracowni Kardjologicznej (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 R)	sztuka/miesiąc	1		23%						
9.	Dzierżawa programatora do Oddziału Kardjologii (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 R)	sztuka/miesiąc	1		23%						
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 - 6)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 7)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 8)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 9)											
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 – 9)											

* W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 7, 8, 9 kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy 1 programatora.

** W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 7, 8, 9 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto 1 programatora przez okres 12 miesięcy.

Wymagania dla Części nr 18:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości: 10 zestawów (w skład jednego zestawu wchodzi: kardiowerter + elektroda defibrylująca + elektroda przedsionkowa + elektroda lewokomorowa + 3 zestawy do wkłucia + zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej w ilościach wymaganych do wykonania jednego zabiegu) – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

a. Wartość dostaw towarów przez okres 12 miesięcy w ramach zaopatrzenia i obsługi składu konsygnacyjnego (dot. poz. 1 - 6):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 7):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 8):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 9):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 7):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

f. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 8):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

g. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 9):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość netto części nr 18 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 18 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dotawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/ 21 /2019.

Część nr 19 – Stymulator dwujamowy DDDR (pro MRI)

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5+ kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol.2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Stymulator dwujamowy DDDR (pro MRI) (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 S)	szt.	180		8%						
2.	Elektroda AV (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 S)	szt.	180		8%						
3.	Elektroda RV (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 S)	szt.	180		8%						
4.	Zestaw do wkłucia (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 S)	szt.	360		8%						
5.	Dzierżawa programatora do Pracowni Elektroterapii (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 S)	sztuka/miesiąc	1		23%						
6.	Dzierżawa programatora do Poradni Kardiologicznej (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 S)	sztuka/miesiąc	1		23%						

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
7.	Dzierżawa programatora do Oddziału Kardiologii (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 S)	sztuka/miesiąc	1		23%						
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 - 4)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 5)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 6)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 7)											
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 – 7)											

* W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 5, 6, 7 kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy 1 programatora.

** W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 5, 6, 7 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto 1 programatora przez okres 12 miesięcy.

Wymagania dla Części nr 19:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości: 15 zestawów (w skład jednego zestawu wchodzi: stymulator + elektroda AV + elektroda RV + 2 zestawy do wkłucia w ilościach wymaganych do wykonania jednego zabiegu) – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

a. Wartość dostaw towarów przez okres 12 miesięcy w ramach zaopatrzenia i obsługi składu konsygnacyjnego (dot. poz. 1 - 4):

netto: PLN (słownie: PLN)

brutto: PLN (słownie: PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz.5):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 6):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 7):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 5):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

f. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 6):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

g. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 7):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość netto części nr 19 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 19 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.

Część nr 20 – Stymulator jednojamowy SSIR (pro MRI)

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol.6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Stymulator jednojamowy SSIR (pro MRI) (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 T)	szt.	60		8%						
2.	Elektroda RV/RA (do wyboru) (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 T)	szt.	60		8%						
3.	Zestaw do wklucia (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 T)	szt.	60		8%						
4.	Dzierzawa programatora do Pracowni Elektroterapii (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 T)	sztuka/miesiąc	1		23%						
5.	Dzierzawa programatora do Poradni Kardiologicznej (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 T)	sztuka/miesiąc	1		23%						
6.	Dzierzawa programatora do Oddziału Kardiologii (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 T)	sztuka/miesiąc	1		23%						

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 - 3)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 4)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 5)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 6)											
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 – 6)											

* W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 4, 5, 6 kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy 1 programatora.

** W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 4, 5, 6 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto 1 programatora przez okres 12 miesięcy.

Wymagania dla Części nr 20:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości: 15 zestawów (w skład jednego zestawu wchodzi: stymulator + elektroda + zestaw do wkłucia w ilościach wymaganych do wykonania jednego zabiegu) – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

a. Wartość dostaw towarów przez okres 12 miesięcy w ramach zaopatrzenia i obsługi składu konsygnacyjnego (dot. poz. 1 - 3):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz.4):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 5):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 6):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 4):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

f. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 5):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

g. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 6):
netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość netto części nr 20 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 20 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/ 21 /2019.

Część nr 21 – Stymulator trójramowy do resynchronizacji komorowej

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol.2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Stymulator trójramowy do resynchronizacji komorowej z funkcjami antyarytmicznymi (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 U)	szt.	10		8%						
2.	Elektroda endokawitarna komorowa (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 U)	szt.	10		8%						
3.	Elektroda endokawitarna przedsiorkowa (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 U)	szt.	10		8%						
4.	Zestaw do wklucia (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 U)	szt.	30		8%						
5.	Elektroda lewokomorowa 3 różne typy do wyboru Zamawiającego (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 U)	szt.	10		8%						
6.	Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej 2 krzywizny i 2 cewniki subselektywne (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 U)	szt.	10		8%						
7.	Cewnik Swanna Ganzna (wg Formularza parametrów	szt.	10		8%						

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Szacunkowa ilość jednostek miary na 12 m-cy	Cena jednostkowa netto za j.m. określona w kol. 3 (PLN)*	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)**	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	wymaganych – załącznik nr 7 U)										
8.	Prowadnik angioplastyczny (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 U)	szt.	10		8%						
9.	Dzierżawa programatora do Pracowni Elektroterapii (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 U)	sztuka/miesiąc	1		23%						
10.	Dzierżawa programatora do Poradni Kardiologicznej (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 U)	sztuka/miesiąc	1		23%						
11.	Dzierżawa programatora do Oddziału Kardiologii (wg Formularza parametrów wymaganych – załącznik nr 7 U)	sztuka/miesiąc	1		23%						
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 - 8)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 9)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 10)											
WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 11)											
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 – 11)											

* W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 9, 10, 11 kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy 1 programatora.

** W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 9, 10, 11 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto 1 programatora przez okres 12 miesięcy.

Wymagania dla Części nr 21:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości: 5 zestawów (w skład jednego zestawu wchodzi: symulator + elektroda komorowa + elektroda przedsiorkowa + 3 zestawy do wklucia + zestaw do kaniulacji zatoki wiencowej oraz cewnik i przewodnik w ilościach wymaganych do wykonania jednego zabiegu) – zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

a. Wartość dostaw towarów przez okres 12 miesięcy w ramach zaopatrzenia i obsługi składu konsygnacyjnego (dot. poz. 1 - 8):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz.9):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 10):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora za 1 miesiąc (dot. poz. 11):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 9):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

f. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 10):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

g. Wartość czynszu dzierżawnego 1 programatora przez okres 12 miesięcy (dot. poz. 11):

netto: PLN (słownie: PLN)
brutto: PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość netto części nr 21 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 21 (suma wartości z lit. a, e, f i g): PLN

(Słownie:)

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia³. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia⁴ w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [][][][]/S [][][]-[][][][][]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [...]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego ⁵	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
Nazwa:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	„ DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII I PRACOWNI ELEKTROTHERAPII ” Znak postępowania: DZP/21/2019
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁶ :	Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w ramach składu konsygnacyjnego przez okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia

³ Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

⁴ W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

⁵ Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

⁶ Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

	umowy w następującym asortymencie: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2A – 2U Formularza asortymentowo - cenowym oraz w załączniku 7A – 7U Formularza parametrów wymaganych do niniejszej siwz.
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ⁷ :	DZP/21/2019

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁸ : Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁹ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<u>Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone¹⁰</u> ; czy wykonawca jest zakładem	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

⁷ Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

⁸ Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

⁹ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

¹⁰ Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

<p>pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”¹¹ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego?</p> <p>Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.</p>	<p>[...]</p> <p>[...]</p>
<p>Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy</p>
<p>Jeżeli tak:</p> <p>Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</p> <p>a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:</p> <p>b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:</p> <p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie¹²:</p> <p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?</p> <p>Jeżeli nie:</p> <p>Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.</p> <p>WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Rodzaj uczestnictwa:</p>	<p>Odpowiedź:</p>

¹¹ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

¹² Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami ¹³ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.	
Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	a): [.....] b): [.....] c): [.....]
Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej

¹³ Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V¹⁴.

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Seksja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

¹⁴

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

<p>W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:</p> <p>1. udział w organizacji przestępczej¹⁵; korupcja¹⁶; nadużycie finansowe¹⁷; przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną¹⁸ pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu¹⁹ praca dzieci i inne formy handlu ludźmi²⁰.</p>	
<p>Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]²¹</p>
<p>Jeżeli tak, proszę podać²²:</p> <p>a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;</p> <p>b) wskazać, kto został skazany [];</p> <p>c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:</p>	<p>a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): []</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne</p>

¹⁵ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹⁶ Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹⁷ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁸ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

¹⁹ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

²⁰ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

²¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²² Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

	dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ²³
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia ²⁴ („samooczyszczenie”)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki ²⁵ :	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne , zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Jeżeli nie , proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona , długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób ? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?	Podatki	Składki na ubezpieczenia społeczne
	a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] c2) [...] d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]	a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] c2) [...] d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): ²⁶ [.....][.....][.....]	

²³ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁴ Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

²⁵ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

²⁶ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych	Odpowiedź:
<p>Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy²⁸?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:</p> <p>a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych²⁹; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Proszę podać szczegółowe informacje: – Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej³⁰. <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– [.....] – [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego³¹? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....]</p>

²⁷ Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

²⁸ O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

²⁹ Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

³⁰ Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

³¹ W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

na ten temat:	<p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów³² spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca może potwierdzić, że:</p> <p>a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;</p> <p>b) nie zataił tych informacji;</p> <p>c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz</p> <p>d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

³²

Wskazany w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

udzielenia zamówienia?

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....] ³³
W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....]

³³

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
<p>1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy³⁴: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[...]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
<p>1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p> <p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta</p>

³⁴ Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

<p>określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³⁵ (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³⁶: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p> <p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) W odniesieniu do wskaźników finansowych³⁷ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y³⁸ – oraz wartość): [.....], [.....]³⁹</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

³⁵ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁶ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁷ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁸ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:								
<p>1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia⁴⁰ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] Roboty budowlane: [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia⁴¹ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych⁴²:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]</p> <table border="1" data-bbox="807 658 1366 786"> <thead> <tr> <th data-bbox="807 658 986 719">Opis</th> <th data-bbox="986 658 1110 719">Kwoty</th> <th data-bbox="1110 658 1209 719">Daty</th> <th data-bbox="1209 658 1366 719">Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="807 719 986 786"></td> <td data-bbox="986 719 1110 786"></td> <td data-bbox="1110 719 1209 786"></td> <td data-bbox="1209 719 1366 786"></td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
<p>2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych⁴³, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Korzysta z następujących urzędów technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli⁴⁴ swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>								
<p>6) Następującym wykształceniem i</p>									

⁴⁰ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.

⁴¹ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

⁴² Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

⁴³ W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

⁴⁴ Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

<p>kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:</p> <p>a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia):</p> <p>b) jego kadra kierownicza:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p>
<p>7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące</p>	<p>Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]</p>
<p>9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:</p>	<p>[.....]</p>
<p>10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom⁴⁵ następującą część (procentową) zamówienia:</p>	<p>[.....]</p>
<p>11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

⁴⁵ Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
<p>W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:</p> <p>W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:</p> <p>Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej⁴⁶, proszę wskazać dla każdego z nich:</p>	<p>[...]</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie⁴⁷</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]⁴⁸</p>

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁹, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁵⁰, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskać(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

⁴⁶ Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁴⁷ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁸ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁹ Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁵⁰ W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

UMOWA NR DZP /21/ 2019 „PROJEKT” - dotyczy części nr 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13

zawarta w dniu2019 r. we Włocławku, pomiędzy:

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, NIP: 888 31 17 873, REGON: 341411727, reprezentowanym przez :

Marka Bruzdowicza - Dyrektora,
zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II., wpisana do
..... pod Nr , NIP: , REGON :
....., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....
(imię i nazwisko, stanowisko)

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie nr DZP/21/2019), w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018, poz. 1986) zawarta zostaje umowa w następującym brzmieniu:

§ 1

[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii**, zwanego w dalszej części umowy „towarem”, w ilości i o wartości określonej w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu asortymentowo - cenowym - dla części *....., wraz z zaopatrzeniem i obsługą składu konsygnacyjnego *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej).
2. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa produktu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, producent.
3. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.
4. Zamawiający zastrzega, że wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy – między poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia w ramach danej Części, przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości przedmiotu umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał w terminie 3 dni roboczych.
7. Zamawiający w trakcie trwania umowy może zażądać weryfikacji zgodności dostarczanych produktów z zapisami umowy. Nie dostarczenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i żądanych przez niego dokumentów lub wyjaśnień będzie traktowane jako istotne naruszenie niniejszej umowy z winy Wykonawcy i będzie uprawniało Zamawiającego do skorzystania z uprawnień wynikających z treści § 10 ust. 7 umowy.
8. Gdziekolwiek w treści umowy mowa jest o dniach roboczych rozumie się pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem soboty oraz dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz.U.2015.90).

9. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

10. Wykonawca w ramach umowy zapewni współpracę z ablatorem J&J SmartAblate – generator lub dostarczy i zamontuje generator prądu kompatybilny z dostarczonymi cewnikami w zakresie części nr 1,2,3,4. Natomiast w zakresie części nr 3 zapewni również współpracę z pompą infuzyjną Biosense Cool-Flow lub dostarczy kompatybilną pompę infuzyjną. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 2

[zasady organizacji składu konsygnacyjnego]

1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do przechowywania konsygnacyjnego towar w ilości wymienionej w załączniku nr 3 do umowy – Formularzu początkowego stanu zapasów.

2. Własność towaru przechodzi na Zamawiającego od chwili jego pobrania ze składu konsygnacyjnego do wykorzystania.

3. Zamawiający zobowiązany jest składować towar dostarczony przez Wykonawcę oddzielnie od innych towarów oraz prowadzić ewidencję tego towaru w taki sposób, aby możliwe było w każdej chwili ustalenie jego ilości.

4. Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt :

a. umieszczać towar w należycie urządzonej składzie i odpowiadającym wymogom przewidzianym dla materiałów medycznych i zabezpieczonym przed kradzieżą,

b. utrzymać skład w należytym stanie.

5. Zamawiający odpowiada za szkodę w składowanym towarze w przypadku jej zawinienia. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości towaru wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu asortymentowo - cenowym.

6. Po upływie okresu obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić towar składowany u Zamawiającego, a niewykorzystany, w stanie nie pogorszonym. Przejęcie towaru nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony.

7. Wykonawca jest uprawniony do kontrolowania i przeglądania składu przez osobę w tym celu przez siebie wydelegowaną i pisemnie upoważnioną po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu kontroli i przeglądu.

8. Osobą odpowiedzialną za organizację składu konsygnacyjnego oraz nadzorującą realizację dostaw w ramach umowy jest tel. nr lub osoba zastępująca.

§ 3

[organizacja dostaw w ramach składu konsygnacyjnego]

1. Dostawa pierwszej partii towaru w ilościach określonych w załączniku nr 3 do umowy nastąpi w terminie *.....(max. 3 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy), a ich przyjęcie przez Zamawiającego zostanie potwierdzone stosownym dokumentem: protokołem odbioru podpisanym przez strony. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu.*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Zamawiający będzie pobierał towar oddany w skład konsygnacyjny według własnych potrzeb.

3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie po pobraniu towaru do powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie i przesłania mu **karty ewidencji towaru** w formie: faksowej lub e-mailem.

4. W przypadku pobrania towaru ze składu konsygnacyjnego, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić skład konsygnacyjny poprzez dostawę towaru według załącznika nr 3 do umowy – Formularza początkowego stanu magazynowego. Dostawa towaru **pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz uzupełnienie składu konsygnacyjnego** nastąpi w terminie dni roboczych (max. 3 dni) od daty przekazania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

**(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)*

5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania towaru do składu konsygnacyjnego o odpowiednim terminie ważności oraz przydatności, pozwalającym na prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego. Zamawiający dołoży staranności, aby w ramach składu konsygnacyjnego zużywać towar z najkrótszym terminem przydatności.

6. Wykonawca zachowuje prawo do wymiany towaru w składzie konsygnacyjnym na towar o dłuższej przydatności do użycia, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wymiana towaru następuje z zachowaniem minimalnego stanu ilościowego określonego w załączniku nr 3 do umowy.

§ 4

[miejsce spełnienia dostawy w ramach składu konsygnacyjnego]

1. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się **dostarczać towar** w ustalonym dniu tygodnia w godz. 8⁰⁰ - 14⁰⁰, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.
3. Zamawiający - przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

§ 5

[wartość umowy]

1. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa załącznik nr 1 do umowy - Formularz asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do siwz* (zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) - w następującej części:

* część nr *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

wartość netto : zł,

wartość brutto : zł.

2. Łączna wartość umowy:

wartość netto : zł (słownie :)

wartość brutto : zł (słownie :)

(suma wszystkich Części wymienionych w § 8 ust. 1)

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

3. Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto towaru obowiązują przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt. 1-3 umowy.
4. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt opakowania, transportu, rozładunku u Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

§ 6

[okres obowiązywania umowy]

1. Umowa obowiązuje od**2019 r.**, do**2020 r.**(12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru o wartości określonej w umowie (§ 5 ust. 2 umowy).
3. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości określonej w umowie w terminie wskazanym w ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 1.
4. Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o zrealizowaniu 70% wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 2 umowy.

§ 7

[rozliczenia]

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar jest faktura, wystawiona prawidłowo przez Wykonawcę po każdorazowym pobraniu przez Zamawiającego towaru ze składu konsygnacyjnego, przy założeniu, że Zamawiający nie ma zastrzeżeń co do jakości, właściwości lub kompletności towaru pobranego ze składu konsygnacyjnego.

2. **Termin płatności** wynosi* dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

3. Czynsz dzierżawy płatny będzie z dołu w terminie *.....dni od daty otrzymania faktury, przy czym faktury wystawiane będą na koniec miesiąca kalendarzowego, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. W przypadku niepełnego miesiąca dzierżawy czynsz dzierżawy zostanie obliczony proporcjonalnie do ilości dni dzierżawy w danym miesiącu. *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

4. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

6. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016. 1638 z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

7. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).

§ 8

[osoby do kontaktu]

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest (tel..... faks..... e-mail:) lub osoba zastępująca.
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest, tel. nr,, lub osoba zastępująca.

§ 9

[wykonanie zastępcze]

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.
2. W przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia.
3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną towarów, którą Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary - w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 10

[zasady reklamacji towaru, kary umowne]

1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową.
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji bądź przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru i powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 8 faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca jest zobowiązany do wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych.
3. Wykonawca może uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.
4. Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie 1-3, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej.
5. Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.
6. W przypadku:
 - a) opóźnienia w terminach dostaw podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia;
 - b) gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową dostawy;
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
8. W przypadku:
 - a) powtarzających się reklamacji przedmiotu umowy (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości towaru, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji,
 - b) opóźnienia w terminach przewidzianych umową przekraczających 7 dni roboczych,
 - c) nie terminowego wykonywania obowiązków wynikających z reklamacji, przekraczającego 7 dni roboczych,Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji na temat okoliczności o których mowa lit. a) – c) oraz naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 15% wartości brutto umowy.
9. Kara umowna może podlegać kumulacji, a Zamawiający może ją potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11

[forma zmiany umowy]

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

[podstawy do zmiany umowy]

1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:
 - a. nastąpi obniżenie ceny;
 - b. nastąpi zwiększenie rabatu;
 - c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;
 - d. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;
 - e. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;
 - f. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy.
 - g) zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: „**RODO**”).
2. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.
3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:
 - a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 - b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 - c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
 - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
 - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
 - d. zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących:
 - a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
 - b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;
 - c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;
 - d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
 - e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.
5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.

§ 13

[odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób]

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy.

§ 14

Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

§ 15

[postanowienia końcowe]

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018,poz.1986) oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r., o wyrobach medycznych (tj.Dz. U. 2017 r., poz. 211)

3. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2. Integralną część umowy stanowi:

a/ załącznik nr 1 do umowy: Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2A – 2U do SIWZ;

b/ załącznik nr 2 do umowy: Formularz parametrów wymaganych – załącznik nr 7A – 7U do SIWZ;

c/ załącznik nr 2 do umowy: Formularz początkowego stanu zapasów - załącznik nr 8 do SIWZ.

WYKONAWCA

.....
(pieczęć nagłówkowa)

.....
(pieczęć i podpis)

ZAMAWIAJĄCY

.....
(pieczęć nagłówkowa)

.....
(pieczęć i podpis)

UMOWA NR DZP /21/ 2019 „PROJEKT” - dotyczy części nr 5,11,14-21

zawarta w dniu2019 r. we Włocławku, pomiędzy:

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, NIP: 888 31 17 873, REGON: 341411727, reprezentowanym przez :

Marka Bruzdowicza - Dyrektora,
zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II., wpisana do
.....pod Nr , NIP:, REGON :
....., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....
(imię i nazwisko, stanowisko)

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie nr DZP/21/2019), w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018, poz. 1986) zawarta zostaje umowa w następującym brzmieniu:

§ 1

[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii**, zwanego w dalszej części umowy „towarem”, oraz **dzierżawa*** (przedmiot dzierżawy), zwanego w dalszej części umowy „sprzętem”, w ilości i o wartości określonej w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu asortymentowo - cenowym - dla części*, wraz z zaopatrzeniem i obsługą składu konsygnacyjnego *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej).

2. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa produktu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, producent.

3. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.

4. Zamawiający zastrzega, że wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy – między poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia w ramach danej Części, przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości przedmiotu umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał w terminie 3 dni roboczych.

7. Zamawiający w trakcie trwania umowy może zażądać weryfikacji zgodności dostarczanych produktów z zapisami umowy. Nie dostarczenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i żądanych przez niego dokumentów lub wyjaśnień będzie traktowane jako istotne naruszenie niniejszej umowy z winy Wykonawcy i będzie uprawniało Zamawiającego do skorzystania z uprawnień wynikających z treści § 14 ust. 7 umowy.

8. Gdziekolwiek w treści umowy mowa jest o dniach roboczych rozumie się pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem soboty oraz dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz.U.2015.90).

9. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

10. Wykonawca w ramach umowy w zakresie części nr 11 zapewni współpracę z ablatorem J&J SmartAblate – generator lub dostarczy i zamontuje generator prądu kompatybilny z dostarczonymi cewnikami oraz zapewni również współpracę z pompą infuzyjną Biosense Cool-Flow lub dostarczy kompatybilną pompę infuzyjną. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 2

[zasady organizacji składu konsygnacyjnego]

1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do przechowywania konsygnacyjnego towar w ilości wymienionej w załączniku nr 3 do umowy – Formularzu początkowego stanu zapasów.

2. Własność towaru przechodzi na Zamawiającego od chwili jego pobrania ze składu konsygnacyjnego do wykorzystania.

3. Zamawiający zobowiązany jest składować towar dostarczony przez Wykonawcę oddzielnie od innych towarów oraz prowadzić ewidencję tego towaru w taki sposób, aby możliwe było w każdej chwili ustalenie jego ilości.

4. Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt :

a. umieszczać towar w należycie urządzonej składowi i odpowiadającym wymogom przewidzianym dla materiałów medycznych i zabezpieczonym przed kradzieżą,

b. utrzymać skład w należytych stanie.

5. Zamawiający odpowiada za szkodę w składowanym towarze w przypadku jej zawinienia. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości towaru wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu asortymentowo - cenowym.

6. Po upływie okresu obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić towar składowany u Zamawiającego, a niewykorzystany, w stanie niepogorszonym. Przejęcie towaru nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony.

7. Wykonawca jest uprawniony do kontrolowania i przeglądania składu przez osobę w tym celu przez siebie wydelegowaną i pisemnie upoważnioną po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu kontroli i przeglądu.

8. Osobą odpowiedzialną za organizację składu konsygnacyjnego oraz nadzorującą realizację dostaw w ramach umowy jest tel. nr lub osoba zastępująca.

§ 3

[organizacja dostaw w ramach składu konsygnacyjnego]

1. Dostawa pierwszej partii towaru w ilościach określonych w załączniku nr 3 do umowy nastąpi w terminie *.....(max. 3 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy), a ich przyjęcie przez Zamawiającego zostanie potwierdzone stosownym dokumentem: protokołem odbioru podpisanym przez strony. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu.*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Zamawiający będzie pobierał towar oddany w skład konsygnacyjny według własnych potrzeb.

3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie po pobraniu towaru do powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie i przesłania mu **karty ewidencji towaru** w formie: faksowej lub e-mailem.

4. W przypadku pobrania towaru ze składu konsygnacyjnego, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić skład konsygnacyjny poprzez dostawę towaru według załącznika nr 3 do umowy – Formularza początkowego stanu magazynowego. Dostawa towaru **pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz uzupełnienie składu konsygnacyjnego** nastąpi **w terminie dni roboczych (max. 3 dni)** od daty przekazania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania towaru do składu konsygnacyjnego o odpowiednim terminie ważności oraz przydatności, pozwalającym na prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego. Zamawiający dołoży staranności, aby w ramach składu konsygnacyjnego zużywać towar z najkrótszym terminem przydatności.

6. Wykonawca zachowuje prawo do wymiany towaru w składzie konsygnacyjnym na towar o dłuższej przydatności do użycia, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wymiana towaru następuje z zachowaniem minimalnego stanu ilościowego określonego w załączniku nr 3 do umowy.

§ 4

[miejsce spełnienia dostawy w ramach składu konsygnacyjnego]

1. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się **dostarczać towar** w ustalonym dniu tygodnia w godz. 8⁰⁰ - 14⁰⁰, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.
3. Zamawiający - przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

§ 5

Dzierżawa sprzętu

1. Wykonawca zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy wydzierżawić Zamawiającemu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy - Formularzem asortymentowo – cenowym oraz z załącznikiem nr 2 do umowy – Formularzem parametrów wymaganych, następujący sprzęt:
 - 1) (nazwa sprzętu, producent).
2. Wykonawca oświadcza, iż:
 - 1) sprzęt jest dopuszczony do obrotu w Polsce i posiada wymagane przepisami atesty,
 - 2) jest uprawniony do rozporządzania sprzętem, a sprzęt nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi, prawem obligacyjny oraz nie stanowi przedmiotu postępowania sądowego lub egzekucyjnego.
3. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy dostarczy i uruchomi sprzęt wraz z instrukcją obsługi w języku polskim do następującego miejsca:..... w siedzibie Zamawiającego, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.
4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dostawie sprzętu na co najmniej 2 dni przed jej terminem. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie dostawy sprzętu jest tel. nr
5. Przekazanie sprzętu po dostawie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego i podpisanego przez obie Strony umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.
7. W ramach dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu materiały eksploatacyjne do sprzętu, w tym papier do drukarek sprzętu – w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy. Koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty jest w cenie dzierżawy.
8. W terminie 7 dni roboczych od zakończenia obowiązywania umowy Wykonawca odbierze sprzęt na swój koszt. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony umowy.
9. Wykonawca w ramach niniejszej dzierżawy oświadcza, że przysługują mu niezbędne prawa autorskie do oprogramowania towarzyszącego sprzętowi.
10. Zawierając niniejszą umowę Wykonawca w ramach ceny określonej w formularzu asortymentowo - cenowym (załącznik nr 1) udziela Zamawiającemu na czas trwania dzierżawy licencji na oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania dzierżawionego sprzętu.
11. Licencja na oprogramowanie zostanie udzielona na następujących polach eksploatacyjnych:
 - a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
 - b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
 - c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 6

Serwis

1. W ramach umowy i ceny w niej przewidzianej Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis zapewniający prawidłowe i zgodne z wymogami Zamawiającego funkcjonowanie przedmiotu dzierżawy (zwany dalej jako: „Serwis”), który świadczony będzie przez:
2. Dane kontaktowe Serwisu:
 - 1) nr tel.:
 - 2) nr faks:

- 3) adres e-mail:
3. Serwis będzie informował Zamawiającego w każdym przypadku zmiany któregośkolwiek numeru kontaktowego lub adresu e-mail.
 4. Serwis jest zobowiązany zagwarantować właściwy stan techniczny sprzętu przez cały okres eksploatacji.
 5. Serwis dokonywał będzie przeglądów i konserwacji sprzętu w okresie trwania umowy, w terminach wymaganych przez producenta. W dniu dostawy sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć harmonogram przeglądów obejmujący cały okres dzierżawy oferowanego sprzętu.
 6. Ustala się czas reakcji Serwisu na 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. Zgłoszenie dokonane będzie przez Zamawiającego w formie faksowej lub mailowej.
 7. Serwis jest zobowiązany usunąć wadę lub uszkodzenia sprzętu nie później niż w ciągu 48 godzin od zawiadomienia o zaistniałej awarii.
 8. W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia w ciągu maksimum 48 godzin Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu urządzenie „zastępcze” na czas naprawy właściwego urządzenia, w celu zapewnienia ciągłości wykonywania zadań, przed upływem wyżej wymienionych 48 godzin. W przypadku potrzeby wykonania naprawy w siedzibie Serwisu transport urządzeń odbywa się na koszt Wykonawcy.
 9. Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów kontaktowych w przypadku każdorazowej ich zmiany.
 10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie serwisu zawiera się w cenie dzierżawy sprzętu i obejmuje wszelkie koszty związane ze świadczeniem serwisu.
 11. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić dzierżawiony sprzęt po zakończeniu umowy w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
 12. W przypadku ewentualnego uszkodzenia lub awarii sprzętu, Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Wykonawcę.

§ 7

Szkozenie

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla min. 5 osób, będących personelem Oddziału Kardiologii, dotyczącego obsługi sprzętu, w terminie uzgodnionym z(tel.).
2. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego i trwać będzie nie dłużej niż 1 dzień. Terminem rozpoczęcia szkolenia jest dzień dostarczenia sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za przeprowadzenie szkolenia zawiera się w cenie dzierżawy sprzętu i obejmuje wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia.

§ 8

[wartość umowy]

1. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa załącznik nr 1 do umowy - Formularz asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do siwz* (zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) - w następującej części:

* część nr *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

wartość netto : zł,

wartość brutto : zł.

W tym Wartość czynszu dzierżawnego za okres 12 miesięcy (dotyczy części nr *):

wartość netto : zł,

wartość brutto : zł.

2. Łączna wartość umowy:

wartość netto : zł (słownie :)

wartość brutto : zł (słownie :)

(suma wszystkich Części wymienionych w § 8 ust. 1)

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

3. Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto towaru oraz dzierżawy sprzętu obowiązują przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 pkt. 1-3 umowy.

4. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt opakowania, transportu, rozładunku u Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

5. Czynsz dzierżawy obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej dzierżawionego sprzętu w tym: przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespodzowanych nieprawidłową obsługą.

§ 9
[okres obowiązywania umowy]

5. Umowa obowiązuje od**2019 r.**, do**2020 r.**(12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy), z zastrzeżeniem ust. 2.
6. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru o wartości określonej w umowie (§ 8 ust. 2 umowy).
7. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości określonej w umowie w terminie wskazanym w ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 1.
8. Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o zrealizowaniu 70% wartości umowy, o której mowa w § 8 ust. 2 umowy.

§ 10
[rozliczenia]

3. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar jest faktura, wystawiona prawidłowo przez Wykonawcę po każdorazowym pobraniu przez Zamawiającego towaru ze składu konsygnacyjnego, przy założeniu, że Zamawiający nie ma zastrzeżeń co do jakości, właściwości lub kompletności towaru pobranego ze składu konsygnacyjnego.
 2. **Termin płatności** wynosi* dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego. **(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)*
3. Czynsz dzierżawy płatny będzie z dołu w terminie *.....dni od daty otrzymania faktury, przy czym faktury wystawiane będą na koniec miesiąca kalendarzowego, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. W przypadku niepełnego miesiąca dzierżawy czynsz dzierżawy zostanie obliczony proporcjonalnie do ilości dni dzierżawy w danym miesiącu. **(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)*
4. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem ustępu poniższego.
6. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016. 1638 z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. *(dotyczy wyłącznie spółek z o.o.)*.

§ 11
[osoby do kontaktu]

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest (tel..... faks..... e-mail:) lub osoba zastępująca.
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest, tel. nr, lub osoba zastępująca.

§ 12
[wykonanie zastępcze]

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.
2. W przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia.
3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną towarów, którą Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary - w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 13
[Wydzierżawienie zastępcze]

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego obowiązków określonych w § 5 i 6 umowy w całości bądź w części po terminie określonym w umowie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności sprzętu w Szpitalu Zamawiającego.

2. Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku uchybienia terminom określonym w § 5 i 6 umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, Zamawiający ma prawo wydzierżawić sprzęt u innego Wykonawcy (tzw. wydzierżawienie zastępcze) bez konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części umowy.
3. W przypadku dokonania wydzierżawienia zastępczego, o którym mowa w ustępach poprzedzających, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną dzierżawy sprzętu, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten wykonał należycie umowę - w zakresie określonym w § 5 i 6 umowy - a kosztami dzierżawy tego sprzętu, które Zamawiający zobowiązany jest ponieść w związku z wydzierżawieniem zastępczym.
4. Wyrównanie szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z dokonaniem wydzierżawienia zastępczego, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem dokonania wydzierżawienia zastępczego.
5. Zamawiający zaprzestanie dokonywania wydzierżawienia zastępczego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia usunięcia przez Wykonawcę naruszeń obowiązków umownych, o których mowa w § 5 i 6 umowy. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§ 14

[zasady reklamacji towaru, kary umowne]

1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową.
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji bądź przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru i powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 11 faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca jest zobowiązany do wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych.
3. Wykonawca może uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.
4. Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie 1-3, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej.
5. Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.
6. W przypadku:
 - a) opóźnienia w terminach dostaw lub serwisu podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia;
 - b) gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie lub w przedmiocie dzierżawy (w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową dostawy;
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
8. W przypadku:
 - a) powtarzających się reklamacji przedmiotu umowy (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości towaru, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji,
 - b) opóźnienia w terminach przewidzianych umową przekraczających 7 dni roboczych,
 - c) nie terminowego wykonywania obowiązków wynikających z reklamacji, przekraczającego 7 dni roboczych,
 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji na temat okoliczności o których mowa lit. a) – c) oraz naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 15% wartości brutto umowy.
9. Kara umowna może podlegać kumulacji, a Zamawiający może ją potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15

[forma zmiany umowy]

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 16

[podstawy do zmiany umowy]

1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:
 - a. nastąpi obniżenie ceny;
 - b. nastąpi zwiększenie rabatu;
 - c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto

związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

d. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

e. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

f. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy.

g) zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: „**RODO**”).

2. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.

3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:

a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

d. zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących:

a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;

c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.

5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.

§ 17

[Odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób]

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy.

§ 18

Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

§ 19

[postanowienia końcowe]

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018,poz.1986) oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r., o wyrobach medycznych (tj.Dz. U. 2017 r., poz. 211)

3. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2. Integralną część umowy stanowi:

a/ załącznik nr 1 do umowy: Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2E, 2K, 2M-2U do siwz;

b/ załącznik nr 2 do umowy: Formularz parametrów wymaganych – załącznik nr 7E, 7K, 7M– 7U do SIWZ;

c/ załącznik nr 2 do umowy: Formularz początkowego stanu zapasów - załącznik nr 8 do siwz.

WYKONAWCA

.....
(pieczęć nagłówkowa)

.....
(pieczęć i podpis)

ZAMAWIAJĄCY

.....
(pieczęć nagłówkowa)

.....
(pieczęć i podpis)

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

zawarta w dniu pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000457089, NIP: 888 31 17 873, REGON: 341411727, reprezentowanym przez Marka Bruzdowicza – Dyrektora, zwanym dalej **Administratorem** bądź **ADO**,

a

....., NIP:, KRS:, działającym osobiście/ za którego działa, zwanym/ą dalej **Przetwarzającym**, łącznie jako **Strony**, o następującej treści.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Strony oświadczają, że łączy ich umowa z dn. **NR_UMOWY DATA_UMOWY** w przedmiocie („**umowa podstawowa**”) i w związku z wykonywaniem tej umowy Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych określonych w niniejszej umowie oraz umowie podstawowej.
2. Strony oświadczają, że znane są im normy prawne i ciążące na nich obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) (**RODO**).
3. Administrator jest administratorem danych osobowych powierzonych niniejszą umową i umową podstawową.
4. Administrator obowiązany jest w szczególności do współdziałania z Przetwarzającym w celu realizacji niniejszej umowy oraz starannego udzielania poleceń w zakresie przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych mu powierzonych.

§ 2 Przetwarzanie

1. Przedmiotem przetwarzania będą dane osobowe wynikające z niniejszej umowy oraz umowy podstawowej.
2. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy podstawowej.
3. Charakter i cel przetwarzania danych osobowych wynika z umowy podstawowej, tj.:
 - 3.1. charakter – wykonawca dostarczający urządzenia medyczne
 - 3.2. cel – serwisowanie, przeglądy, naprawy urządzenia medycznego
4. Przetwarzanie będzie obejmować następujące rodzaje danych osobowych:
Dane zwykłe, dane wrażliwe
5. Przetwarzanie będzie dotyczyć następującej kategorii osób:
Pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku

§ 3 Podpowierzenie

1. Podpowierzenie oznacza powierzenie w drodze pisemnej umowy przez Przetwarzającego innej osobie lub podmiotowi (dalszy przetwarzający) konkretnych operacji przetwarzania danych osobowych, o ile Przetwarzający dysponuje pisemną ogólną albo pisemną szczegółową zgodą Administratora.
2. Zmiana dalszych przetwarzających wymaga pisemnego aneksu do niniejszej umowy. Administrator przy tym ma prawo wyrażenia sprzeciwu co do proponowanej przez Przetwarzającego zmiany. Do momentu zaakceptowania przez Administratora zmiany na tej liście (zawarcia aneksu), Przetwarzający nie jest uprawniony do podpowierzania danych osobowych.
3. Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać dalszego przetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej umowy. Dotyczy to w szczególności obowiązków wskazanych w § 4.

4. Przetwarzający obowiązany jest zapewnić, by dalszy przetwarzający zobowiązał się wobec Administratora do realizacji ust. 4 poprzez, obok zawarcia umowy podpowierzenia, złożenie stosownego pisemnego oświadczenia.
5. W przypadku, gdy dalszy przetwarzający nie wywiąże się z obowiązków wskazanych w ust. 4, za jego zachowanie odpowiada w pełni wobec Administratora Przetwarzający.
6. Strony nie dopuszczają możliwości podpowierzenia wszystkich danych osobowych wynikających z niniejszej umowy.

§ 4 Obowiązki Przetwarzającego

1. Przetwarzający obowiązany jest do:
 - 1.1. przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie określonym w niniejszej umowie oraz umowie podstawowej,
 - 1.2. przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, co obejmuje także drogę elektroniczną,
 - 1.3. nie przekazywania powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG),
 - 1.4. uzyskać uprzednią pisemną zgodę Administratora na przekazywanie powierzonych danych osobowych poza obszar EOG,
 - 1.5. uzyskania od osób, które dane osobowe przetwarza zobowiązania do zachowania tajemnicy lub upewnienia się, że osoby te podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
 - 1.6. zachowania wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych określonych w art. 32 RODO oraz mocą niniejszej umowy i umowy podstawowej, a także mocą Polityki Ochrony Danych Osobowych obowiązującej u Administratora,
 - 1.7. przestrzegania warunków korzystania z usług dalszego przetwarzającego,
 - 1.8. pomagania Administratorowi odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie jej praw określonych w rozdziale III RODO,
 - 1.9. pomagania Administratorowi z wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO,
 - 1.10. w przypadku zakończenia przetwarzania powierzonych danych osobowych, w zależności od decyzji Administratora, usunięcia lub zwrócenia mu wszelkich danych osobowych i usunięcia wszelkich ich kopii. Usunięcie lub zwrot winien być stwierdzony pisemnych protokołem, a brak jego sporządzenia obciąża Przetwarzającego,
 - 1.11. udostępnienia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy, umowy podstawowej oraz RODO,
 - 1.12. umożliwienia Administratorowi lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzenia audytów lub inspekcji w zakresie ochrony powierzonych danych osobowych. Audyt lub inspekcja obejmuje przede wszystkim prawo wstępu do pomieszczeń Przetwarzającego oraz wglądu w dokumentację związaną z ochroną danych osobowych,
 - 1.13. wspomagania w czasie audytu lub inspekcji osoby przeprowadzającej te czynności,
 - 1.14. niezwłocznego informowania Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu w czasie audytu lub inspekcji polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych,
 - 1.15. niezwłocznego informowania Administratora o każdym przypadku, niezależnie od źródła, naruszenia lub możliwości naruszenia niniejszej umowy lub RODO, bądź innych przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych,
 - 1.16. współpracy z organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych,
 - 1.17. stosowania środków i zabezpieczeń mających na celu bezpieczeństwo i zachowanie prywatności powierzonych danych osobowych, w tym m. in. zważając na obowiązki z art. 25 ust. 1 RODO,
 - 1.18. ograniczenia dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie do osób, które są do tego upoważnione i ich udział jest niezbędny w procesie przetwarzania,
 - 1.19. odsunięcia od operacji przetwarzania powierzonych danych osobowych osoby nie dającej rękojmi ochrony danych osobowych, niezależnie od przyczyny,
 - 1.20. prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO,
 - 1.21. poinformowania i uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora do wykorzystywania powierzonych danych osobowych w ich profilowaniu, z tymże co do zasady Administrator nie wyraża na to zgody,
 - 1.22. szkolenia osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w przedmiocie ich ochrony.

2. Przetwarzający oświadcza, że posiada wystarczające środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie powierzonych danych osobowych odpowiadało w szczególności RODO i chroniło prawa osób, których te dane dotyczą.

§ 5 Bezpieczeństwo Danych Osobowych

1. Przetwarzający oświadcza, że przeprowadził ogólną ocenę ryzyka w myśl art. 32 RODO w stosunku do powierzonych danych osobowych.
2. Strony wskazują na następujące środki bezpieczeństwa danych osobowych stosowane przez Przetwarzającego:
 - 2.1. Stosowanie się do zaleceń polityki bezpieczeństwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
 - 2.2. Stosowanie się do zasad przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa
3. W miarę potrzeby Przetwarzający obowiązany jest wykazać, w tym dokumentami, zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych.

§ 6 Naruszenie Ochrony Danych Osobowych

1. Przetwarzający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Administratora, w tym drogą elektroniczną, o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu mocą niniejszej umowy. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż w terminie 12 godzin od pierwszego spostrzeżenia.
2. Administrator w przypadku, o którym stanowi ust. 1, uprawniony jest do uczestniczenia w czynnościach wyjaśniających oraz dalszych związanych z danym zgłoszeniem.
3. Przetwarzający obowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu czynności wyjaśniających zawiadomić Administratora, w tym drogą elektroniczną, o wynikach wyjaśnień, a w szczególności o stwierdzonym naruszeniu ochrony danych osobowych.
4. Jako że Administrator w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych obowiązany jest dokonać dalszego zgłoszenia do organu nadzoru, to Przetwarzający w zawiadomieniu, o którym stanowi ust. 3, winien także przekazać Administratorowi wszelką niezbędną dokumentację o stwierdzonym naruszeniu

§ 7 Czas Obowiązywania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania umowy podstawowej.
2. Administrator uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia) w przypadku naruszenia jakiegokolwiek obowiązku z § 4 choćby jednokrotnie. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno mieć formę pisemną.
3. W przypadku, o którym stanowi § 4 ust. 1.10, w razie braku decyzji Administratora, w terminie nie dłuższym niż 180 dni od zakończenia trwania niniejszej umowy, Przetwarzający obowiązany jest usunąć wszelkie powierzone dane osobowe. Usunięcie to Przetwarzający obowiązany jest udokumentować pisemnym protokołem przekazanym Administratorowi, również drogą elektroniczną. Brak sporządzenia protokołu obciąża Przetwarzającego.

§ 8 Postanowienia Końcowe

1. Strony oświadczają, że znają przesłanki odpowiedzialności zawarte w szczególności w art. 82 RODO.
2. Strony oświadczają, że adresami poczty elektronicznej do kontaktu oraz realizacji niniejszej umowy są:
 - 2.1. Administrator: iodo@szpital.wloclawek.pl
 - 2.2. Przetwarzający:
3. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniem/ami niniejszej umowy a umowy podstawowej, pierwszeństwo ma postanowienie niniejszej umowy.
4. Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO.
5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy Strony obowiązują się rozstrzygać polubownie z poszanowaniem postanowień RODO oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest polski sąd, przy czym strony poddają wszelkie spory sądowi położonemu w Toruniu.
6. Niniejsza umowa uchyla dotychczasową umowę o powierzenie danych osobowych (albo stosowną klauzulę w innej umowie) zawartą pomiędzy Stronami.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....
Administrator

.....
Przetwarzający

Wykaz wykonanych dostaw

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiamy wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 dostawę do każdej z części w zakresie sprzętu medycznego i/ lub wyrobów medycznych na potrzeby zabiegów kardiologicznych o minimalnej wartości brutto wskazanej w tabeli nr 2 w rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ w ramach jednego kontraktu odpowiednio dla każdej części (w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka Części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w warunku obliczonych dla danych Części wymienionych w rozdziale VII ust. 1 lit. c) odpowiednio dla każdej części wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

I.p.	Nazwa i adres Zleceniodawcy	Nazwa dostarczanego asortymentu	Termin wykonania	Wartość zamówienia brutto [PLN]
1.				
2.				
3.				

itd.

W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że dostawy jw. zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Oświadczenie Wykonawcy
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018.1986 z późn. zm.) oraz z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018, poz.1986 z późn. zm.) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii, znak postępowania DZP/21/2019**, oświadczam że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

1. **nie należy do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).*
2. **należy do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634) oraz:
 - 1) Wykonawcy, niżej wymienieni, należący do **tej samej grupy kapitałowej** złożyli odrębne oferty.*

Nazwa podmiotu	Siedziba podmiotu

- 2) Wykonawcy należący do **tej samej grupy kapitałowej** nie złożyli odrębnych ofert.*

W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty **wykazują poniżej, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:****

.....

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

.....
 (miejsowość i data)

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

** Wykonawca, który należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, może przedstawić, wraz z niniejszym oświadczeniem, dowody wskazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektroterapii i Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.

Część nr 1

PARAMETRY ELEKTRODY DO ABLACJI ENDOKAWITARNEJ		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	średnica: 7F;	
2.	liczba biegunów: 4; rozstaw biegunów 2/5/2mm, biegun ablacyjny 4mm;	
3.	długość: 110-120 cm;	
4.	jednokierunkowe regulowane przygięcie końcówki;	
5.	możliwość sterowalnego boczego wychylenia za pomocą pokręta;	
6.	długość wychylenia końcówki przy zgięciu 90° w zakresie 40-75mm;	
7.	odległości między elektrodami: 2/5/2;	

8.	czujnik monitorowania temperatury:	
9.	na żądanie zamawiającego dostarczenie i zamontowanie generatora prądu kompatybilnego z dostarczonymi cewnikami i/lub współpracą z ablatorem J&J SmartAblate-generator;	

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

UWAGA: Oferta przedstawiająca asortyment do ablacji niespełniającej warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE:

Oferowany przez nas asortyment jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dotawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektroterapii i Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.

Część nr 2

PARAMETRY ELEKTRODY DO ABLACJI ENDOKAWITARNEJ		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	średnica: 7F;	
2.	liczba biegunów: 4;	
3.	długość: 110-120 cm;	
4.	jednokierunkowe regulowane przygięcie końcówki;	
5.	min. 2 typy krzywizn;	
6.	odległości między elektrodami: 2/5/2;	
7.	czujnik monitorowania temperatury;	
8.	biegun ablacyjny: 4-8 mm (do wyboru przez zamawiającego);	

9.	na żądanie zamawiającego dostarczenie i zamontowanie generatora prądu kompatybilnego z dostarczonymi cewnikami i/lub współpracą z ablatorem J&J SmartAblate-generator;	
----	--	--

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

UWAGA: Oferta przedstawiająca asortyment do ablacji niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE:

Oferowany przez nas asortyment jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.

Część nr 3

PARAMETRY ELEKTRODY DO ABLACJI ENDOKAWITARNEJ PRADEM RF Z KOŃCÓWKĄ CHŁODZONA

Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	chłodzenie końcówki elektrody za pomocą roztworu soli fizjologicznej;	
2.	średnica: 7F;	
3.	liczba biegunów: 4;	
4.	długość: 110-120 cm;	
5.	min. 12 otworów irygacyjnych	
6.	regulowane przygięcie końcówki;	
7.	dostępność min. 5 krzywizn do wyboru, w tym 270 stopni;	
8.	biegun ablacyjny wykonany z materiału o przewodności cieplnej pow. 3 W/cmK ;	

9.	odległości między elektrodami: 2/5/2;	
10.	współpraca z pompą infuzyjną Biosense Cool-Flow do elektrod chłodzonych cieczą lub na żądanie zamawiającego dostarczenie kompatybilnej pompy infuzyjnej	
11.	na żądanie zamawiającego dostarczenie i zamontowanie generatora prądu kompatybilnego z dostarczonymi cewnikami i/lub współpracą z ablatorem J&J SmartAblate-generator;	

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

UWAGA: Oferta przedstawiająca asortyment do ablacji niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE:

Oferowany przez nas asortyment jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.

Część nr 4

PARAMETRY ELEKTRODY DO ABLACJI ENDOKAWITARNEJ PRADEM RF O ZWIĘKSZONEJ PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	średnica: 7F;	
2.	liczba biegunów: 4;	
3.	długość: 110-120 cm;	
4.	jednokierunkowe regulowane przygięcie końcówki;	
5.	długość wychylenia końcówki przy zgięciu 90° w zakresie 40-75mm;	
6.	odległości między elektrodami: 2/5/2;	
7.	czujnik monitorowania temperatury;	
8.	biegun ablacyjny: 4 mm lub 8mm (do wyboru przez zamawiającego) o zwiększonej przewodności cieplnej (>3W/cm/Kelvin)	

9.	na żądanie zamawiającego, dostarczenie i zamontowanie generatora prądu kompatybilnego z dostarczonymi cewnikami i/lub współpracą z ablatorem J&J SmartAblate-generator;
----	---

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

UWAGA: Oferta przedstawiająca asortyment do ablacji niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE:

Oferowany przez nas asortyment jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.

Część nr 5

I. PARAMETRY CEWNIKA BALONOWEGO		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Rozmiary średnic zewnętrznych napompowanego balonu do krioablacji: 23 mm i 28 mm do wyboru;	
2.	Średnica zewnętrzna szafu cewnika – 10,5F;	
3.	Długość cewnika 95cm;	
4.	Zakres odchylenia końcówki cewnika z balonem: 45° dwustronnie;	
5.	Dzierzawa konsoli kompatybilnej z ww. cewnikiem balonowym;	
II. PARAMETRY CEWNIKA DO MAPOWANIA UJŚĆ ŻYŁ PŁUCNYCH		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Rozmiar trzonu cewnika 3,3F; 1,1mm (0,43'' ^{mm});	

2.	Długość całkowita cewnika -165 cm;	
3.	Długość użytkowa 146 cm;	
4.	Rozmiar pętli 15 mm i 20 mm do wyboru;	
5.	Liczba elektrod – 8;	
6.	Długość elektrody - 1mm;	
7.	Długość przerwy między elektrodami - 4 lub 6 mm w zależności od rozmiaru;	
III. PARAMETRY CEWNIKA DIAGNOSTYCZNEGO CZTEROPOLOWEGO		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Średnica: 6F;	
2.	Długość: 110 cm;	
3.	Liczba biegunów: 4;	
4.	Stała krzywizna min. 3 do wyboru przez zamawiającego;	
5.	Odległość między biegunami: 10 mm lub 5mm lub 2/5/2mm do wyboru przez zamawiającego;	

6.	Rejestrowanie sygnałów endokawitarnych;	
7.	Stymulacja każdego z biegunów;	
IV. PARAMETRY CEWNIKA DIAGNOSTYCZNEGO CZTEROPOLOWEGO		
1.	Średnica: 6 - 7F;	
2.	Długość: 110-120 cm;	
3.	Liczba biegunów: 4;	
4.	Zmienna krzywizna zgięcia – cewnik sterowalny;	
5.	Odległość między biegunami 2-5-2 mm;	
6.	Rejestrowanie sygnałów endokawitarnych;	
7.	Stymulacja każdego z biegunów;	

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

UWAGA: Oferta przedstawiająca asortyment do ablacji niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE:

Oferowany przez nas asortyment jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii oferujemy do wydzierżawienia Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy objętą 12 miesięczną gwarancją konsolę do krioablacji:

Lp.	Przedmiot dzierżawy	Nazwa handlowa sprzętu, Model (Typ) sprzętu	Producent sprzętu
1.			

OŚWIADCZENIE 2:

Oferowany przez nas sprzęt jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Niniejszym oświadczamy, że oferowana powyżej konsola jest kompletna i będzie po zamontowaniu i uruchomieniu gotowa do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.

Część nr 6

I. PARAMETRY CEWNIKA ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO DIAGNOSTYCZNEGO 4- POLOWEGO

Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Średnica: 4,5,6,7F (do wyboru przez zamawiającego);	
2.	Długość: 115-120 cm;	
3.	Liczba biegunów: 4;	
4.	Stała krzywizna min. 8 do wyboru przez zamawiającego;	
5.	Odległość między biegunami: 10 mm lub 5mm lub 2/5/2mm do wyboru przez zamawiającego;	
6.	Rejestrowanie sygnałów endokawitarnych;	
7.	Stymulacja każdego z biegunów;	

II. PARAMETRY CEWNIKA ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO DIAGNOSTYCZNEGO DO MAPOWANIA ZATOKI WIĘNCOWEJ

Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Średnica: 6F;	
2.	Długość: 115-120 cm;	
3.	Liczba biegunów: 10 ;	
4.	Zmienna krzywizna zgięcia;	
5.	Odległość między biegunami: min 2 różne do wyboru;	
6.	Rejestrowanie sygnałów endokawitarnych;	
7.	Dostępna elektroda dwukierunkowa;	
8.	Stymulacja każdego z biegunów;	

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

UWAGA: Oferta przedstawiająca asortyment do ablacji niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE:

Oferowany przez nas asortyment jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.

Część nr 7

PARAMETRY INTRODUCERÓW ŻYLNICH/TĘTNICZYCH DO KANIULACJI NACZYŃ UDOWYCH		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Średnice do wyboru przez zamawiającego: 6F, 7F, 8F, 9F;	
2.	Długość koszulki: 11-12 cm;	
3.	Prowadnik średnicy 0,038" i długości 50-70 cm;	
4.	Zastawka hemostatyczna;	
5.	Igła do nakłucia;	

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

UWAGA: Oferta przedstawiająca asortyment do ablacji niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE:

Oferowany przez nas asortyment jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.

Część nr 8

PARAMETRY INTRODUCERÓW TRANSSSEPTALNYCH		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Dostępna średnica koszulki: 8F, 8,5F, 10F;	
2.	Długość koszulki: 59-65 cm;	
3.	Stała krzywizna min. 6 do wyboru;	
4.	Zastawka hemostatyczna;	

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

UWAGA: Oferta przedstawiająca asortyment do ablacji niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE:

Oferowany przez nas asortyment jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.

Część nr 9

PARAMETRY KOSZULEK NACZYNIOWYCH		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Średnica: 8,5F;	
2.	min. 3 krzywizny do wyboru przez zamawiającego;	
3.	min. 2 długości do wyboru przez zamawiającego;	
4.	Dwukierunkowe, asymetryczne regulowane przygięcie końcówki;	
5.	W zestawie przewodnik, rozszerzacz i koszulka;	

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

UWAGA: Oferta przedstawiająca asortyment do ablacji niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE:

Oferowany przez nas asortyment jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.

Część nr 10

PARAMETRY IGIEŁ DO NAKŁUĆ TRANSSEPTALNYCH		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Stała krzywizna o przynajmniej 3 kształtach (typach) - do wyboru przez zamawiającego;	
2.	Min. 3 długości do wyboru przez zamawiającego: 1. 70-80cm; 2. 80-90cm; 3. 90-100cm;	
3.	Dostępna wersja ekstra ostra dla łatwiejszego nakłucia przegrody;	

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

UWAGA: Oferta przedstawiająca asortyment do ablacji niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE:

Oferowany przez nas asortyment jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dotawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektroterapii, sygnatura: DZP/21/2019.*

Część nr 11

I. PARAMETRY ELEKTROD DO ABLACJI PRADEM RF PRZY UŻYCIU SYSTEMU 3-D		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	średnica: 7F;	
2.	długość: 115cm;	
3.	liczba biegunów – 4;	
4.	- regulowane przygięcie końcówki;	
5.	szeroki zakres krzywizn (D, F, J) do wyboru przez zamawiającego;	
6.	- czujnik monitorowania temperatury;	
7.	- biegun ablacyjny: 4 mm i 8 mm (do wyboru przez zamawiającego);	
8.	na żądanie zamawiającego dostarczenie i zamontowanie generatora prądu kompatybilnego z dostarczonymi cewnikami i/lub współpraca z ablatorem J&J SmartAblate-generator;	

9.	Przewód łączący elektrodę do ablacji prądem RF;	
II. PARAMETRY ELEKTROD DO ABLACJI PRĄDEM RF PRZY UŻYCIU SYSTEMU ELEKTROANATOMICZNEGO 3-D – CHŁODZONA CIECZA		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	średnica : 8F;	
2.	liczba biegunów: 4 i 4+2;	
3.	długość - 115 cm;	
4.	regulowane przygięcie końcówki;	
5.	szeroki zakres krzywizn (D, F, J) lub (DD, DF, FF,FJ, JJ) do wyboru przez zamawiającego;	
6.	czujnik monitorowania temperatury;	
7.	biegun ablacyjny: 3,5 mm;	
8.	chłodzenie końcówki elektrody za pomocą soli fizjologicznej;	
9.	współpraca z pompą Biosense Cool Flow lub dostarczenie kompatybilnej pompy;	
10.	na żądanie zamawiającego dostarczenie i zamontowanie generatora prądu kompatybilnego z dostarczonymi cewnikami i/lub współpraca z ablatorem J&J SmartAblate-generator;	

11.	Przewód łączący elektrodę do ablacji prądem RF z końcówką chłodzona cieczą;	
III. PARAMETRY ELEKTROD DO ABLACJI PRĄDEM RF PRZY UŻYCIU SYSTEMU ELEKTROANATOMICZNEGO 3-D Z CZUJNIKIEM SIŁY NACISKU CHŁODZONA CIECZĄ		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	średnica: 7,5F;	
2.	liczba biegunów: 6;	
3.	długość: 115 cm;;	
4.	regulowane przygięcie końcówki;	
5.	szeroki zakres krzywizn (D, F, J) i (DD, DF, FF, FJ, JJ) do wyboru przez zamawiającego;	
6.	czujnik monitorowania temperatury;	
7.	biegun ablacyjny: 3,5 mm;	
8.	chłodzenie końcówki elektrody za pomocą soli fizjologicznej;	
9.	współpraca z pompą Biosense Cool Flow lub dostarczenie kompatybilnej pompy;	
10.	na żądanie zamawiającego dostarczenie i zamontowanie generatora prądu kompatybilnego z dostarczonymi cewnikami i/lub współpracą z ablatorem J&J SmartAblate-generator;	

11.	Przewód łączący elektrodę do ablacji prądem RF z czujnikiem siły nacisku;	
IV. PARAMETRY ELEKTROD DO ABLACJI KLASYCZNEJ 4 MM LUB 8 MM, JEDNOKIERUNKOWE, ZBROJONE		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	średnica: 7 - 7,5F;	
2.	liczba biegunów: 4;	
3.	długość: 115 cm;	
4.	biegun ablacyjny 4 lub 8 mm;	
5.	regulowane zgięcie końcówki;	
6.	monitorowanie temperatury;	
7.	dostępne różne krzywizny ;	
8.	na żądanie zamawiającego dostarczenie i zamontowanie generatora prądu kompatybilnego z dostarczonymi cewnikami i/lub współpracą z ablatorem J&J SmartAblate-generator;	
9.	Przewód łączący elektrodę okrężną z generatorem RF;	

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

UWAGA: Oferta przedstawiająca sprzęt do ablacji niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE:

Oferowany przez nas sprzęt jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektroterapii i Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.

Część nr 12

PARAMETRY RĘKAWÓW STERYLNYCH		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	- długość min 300cm	

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

UWAGA: Oferta przedstawiająca asortyment do ablacji niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE:

Oferowany przez nas asortyment jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dotawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektroterapii i Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.

Część nr 13

PARAMETRY ZESTAWÓW DO ZAMYKANIA NACZYŃ		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Zestawy do zamykania tętnic po wkluciach – urządzenie umożliwia zamykanie tętnic po wkluciach 5F - 8F - urządzenie działające na bazie 3 rozpuszczalnych komponentów biozgodnych;	
2.	Średnica urządzenia: 6F i 8F;	
3.	Wprowadzanie po przewodniku 0.035" dla 6F i 0.038" dla 8F;	

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

UWAGA: Oferta przedstawiająca asortyment do ablacji niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE:

Oferowany przez nas asortyment jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.
Część nr 14 – Kardiowerter – defibrylator jednojamowy (ICD-VR) zaawansowany o podwyższonej liczbie wyładowań z funkcją telemonitoringu

Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Data produkcji nie wcześniej niż 2018 rok;	
2.	Czas sterylności - min. 12 miesięcy;	
3.	Waga 80 gramów lub poniżej;	
4.	Objętość poniżej 40 ml;	
5.	Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J];	
6.	Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 8;	
7.	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej w strefie VT;	

8.	Rodzaje stymulacji (VOO, VVI, VVIR);	
9.	Rozpoznanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT;	
10.	Terapia antyarytmiczna min 2 typy;	
11.	Terapia antyarytmiczna w strefie VF;	
12.	Automatyczny pomiar i opis stanu baterii, oporności elektrody, amplitudy sygnału V;	
13.	Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego;	
14.	Algorytm wybierający ostatnią skuteczną terapię antyarytmiczną w strefie VT;	
15.	Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe oparte o analizę morfologii sygnału komorowego;	
16.	Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii;	
17.	Możliwość programowania parametrów wyczuwania elektrody komorowej - minimum 5 parametrów;	
18.	Możliwość bezprzewodowego przesyłu danych z ICD do programatora;	
19.	Możliwość telemonitoringu (możliwość przesyłu danych z urządzenia do sieci informatycznej zewnętrznej)	
20.	Możliwość wyczuwania sygnału aktywności przedsionka poprzez dodatkowe bieguny umieszczone na elektrodzie defibrylującej;	

21.	Utrzymanie dostępności niezbędnej ilości zestawów jałowych śrubokrętów na potrzeby Pracowni Elektroterapii (minimum 5 zestawów jałowych śrubokrętów);	
22.	Wszystkie urządzenia w formie komisju w Pracowni Elektroterapii;	
II. PARAMETRY ELEKTROD		
	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego;	
2.	Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego;	
3.	Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego;	
4.	Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F;	
5.	Utrzymanie dostępności niezbędnej ilości zatykczek do portów w standardzie IS-1 i DF-1 (minimum 5), przewodników do pozycjonowania elektrod wewnątrzsercowych (minimum 5) oraz urządzeń do aktywnego mocowania elektrod wewnątrzsercowych (minimum 5) na potrzeby Pracowni Elektroterapii w formie komisju;	
6.	Wszystkie zestawy elektrod w formie komisju w Pracowni Elektroterapii;	
III. ZESTAW DO WKŁUCIA		
	Parametr wymagany	Parametr oferowany*

1.	Rozmiar introducera 9-11F do wyboru przez Zamawiającego;	
2.	System "peel-away";	
3.	Wszystkie zestawy do wkłucia w formie komisji w Pracowni Elektroterapii;	
IV. PROGRAMATOR		
	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii;	
2.	Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli niejajłowych do programatora implantacyjnego;	
3.	Utrzymanie minimum 4 kompletów jajłowych kabli do programatora implantacyjnego;	
4.	Najnowszy model programatora do Pracowni Kardiologicznej;	
5.	Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Pracowni Kardiologicznej;	
6.	Najnowszy model programatora do Oddziału Kardiologii;	
7.	Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Oddziału Kardiologii;	
8.	Pełna opcja serwisowa programatorów (przeгляdy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy);	

9.	Wypełniony paszport techniczny	
10.	Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy);	
11.	Wszystkie programatory współpracujące ze Szpitalnym Systemem Komputerowym AMMS;	
12.	Możliwość wydruku z programatorów na dowolną drukarkę;	
13.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami;	
14.	Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy;	
15.	Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego;	
16.		SERWIS
16a	Menytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora;	
16b	Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku);	
16c	Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila;	
16d	Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia;	
16e	Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany;	

16f	Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych;	
16g	Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu);	
16h	Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski;	
16i	Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy;	

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres obowiązywania umowy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości 10 zestawów (w skład jednego zestawu wchodzi: kardiowerter + elektroda defibrylująca + zestaw do wkłucia w ilościach wymaganych do wykonania jednego zabiegu).

UWAGA: Oferta przedstawiająca sprzęt niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE 1:

Oferowany przez nas sprzęt jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi. Niniejszym oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zamontowaniu i uruchomieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii oferujemy do wydzierżawienia Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy objęte 12 miesięczną gwarancją 3 następujące programatory:

Lp.	Programator	Nazwa handlowa sprzętu, Model (Typ) programatora*	Producent programatora*
1.	Programator		
2.	Programator		
3.	Programator		

OŚWIADCZENIE 2:

Oferowany przez nas sprzęt jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi. Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej programatory są kompletne i będą po zamontowaniu i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektroterapii i Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.

Części nr 15 - Kardiowerter – defibrylator jednojamowy (ICD-VR) zaawansowany z sygnalizacją uszkodzenia elektrody

I. PARAMETRY KARDIOWERTERA – DEFIBRYLATORA JEDNOJAMOWEGO (ICD-VR) ZAAWANSOWANEGO Z SYGNALIZACJĄ USZKODZENIA ELEKTRODY		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Data produkcji nie wcześniej niż 2018 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy;	
2.	Kardiowerter-defibrylator jednojamowy (ICD-VR);	
3.	Czas sterylizacji min. 12miesiący;	
4.	Waga 75 gramów lub poniżej;	
5.	Objętość poniżej 40 ml;	
6.	Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J]	
7.	Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6	

8.	Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego;	
9.	Terapia stymulacją antyarytmiczną przed i w trakcie ładowania kondensatorów ;	
10.	Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT;	
11.	Stymulacja antyarytmiczna min 2 typy;	
12.	Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF;	
13.	Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody Algorytm różnicujący zał T od zesp QRS;	
14.	Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii;	
15.	Histogram częstości rytmu, % stymulacji V;	
16.	Tachogram odstępów RR przed i po terapii;	
17.	Algorytm stabilności rytmu VT;	
18.	Algorytm różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty o analizę morfologii sygnału komorowego;	
19.	Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody;	
20.	Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym i przedsionkowym;	

21.	Automatyczny pomiar amplitudy R i impedancji elektrod;	
22.	Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia;	
23.	Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja uszkodzenia elektrody;	
24.	Utrzymanie dostępności niezbędnej ilości zestawów jałowych śrubokrętów na potrzeby Pracowni Elektroterapii (minimum 5);	
25.	Wszystkie urządzenia w formie komisju w Pracowni Elektroterapii;	
II. PARAMETRY ELEKTROD		
	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego;	
2.	Elektrody do defibrylacji podskórne;	
3.	Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego;	
4.	Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego;	
5.	Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F;	
6.	Elektrody przedsiionkowe sterydowe, bipolarnie, aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F;	

7.	Utrzymanie dostępności niezbędnej ilości zatyczek do portów w standardzie IS-1 i DF-1 (minimum 5), przewodników do pozycjonowania elektrod wewnątrzsercowych (minimum 5) oraz urządzeń do aktywnego mocowania elektrod wewnątrzsercowych (minimum 5) na potrzeby Pracowni Elektroterapii w formie komisju;	
8.	Wszystkie zestawy elektrod w formie komisju w Pracowni Elektroterapii;	
III. ZESTAW DO WKŁUCIA		
	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Rozmiar introducera: 7-11F do wyboru przez Zamawiającego;	
2.	System "peel-away";	
3.	Wszystkie zestawy do wkłucia w formie komisju w Pracowni Elektroterapii;	
IV. PROGRAMATOR		
	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii;	
2.	Utrzymanie minimum jednego kompletu niejajowych kabli do programatora implantacyjnego;	
3.	Utrzymanie minimum 4 kompletów jajowych kabli do programatora implantacyjnego;	

4.	Najnowszy model programatora do Pracowni Kardiologicznej;	
5.	Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora w Pracowni Kardiologicznej;	
6.	Najnowszy model programatora do Oddziału Kardiologii;	
7.	Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora w Oddziale Kardiologii;	
8.	Pełna opcja serwisowa programatorów (przeгляdy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urzędzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy);	
9.	Wypełniony paszport techniczny	
10.	Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy);	
11.	Wszystkie programatory współpracujące ze Szpitalnym Systemem Komputerowym AMMS;	
12.	Możliwość wydruku z programatorów na dowolną drukarkę;	
13.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami;	
14.	Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy;	
15.	Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego;	
16.		SERWIS

16a	Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora;	
16b	Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku);	
16c	Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila;	
16d	Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia;	
16e	Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany;	
16f	Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych;	
16g	Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu);	
16h	Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski;	
16i	Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy;	

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres obowiązywania umowy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości 10 zestawów (w skład jednego zestawu wchodzi: kardiowerter + elektroda defibrylująca + zestaw do wkłucia w ilościach wymaganych do wykonania jednego zabiegu).

UWAGA: Oferta przedstawiająca sprzęt niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE 1:

Oferowany przez nas sprzęt jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi. Niniejszym oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zamontowaniu i uruchomieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii oferujemy do wydzierżawienia Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy objęte 12 miesięczną gwarancją 3 następujące programatory:

Lp.	Programator	Nazwa handlowa sprzętu, Model (Typ) programatora*	Producent programatora*
1.	Programator		
2.	Programator		
3.	Programator		

OŚWIADCZENIE 2:

Oferowany przez nas sprzęt jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi. Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej programatory są kompletne i będą po zamontowaniu i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.
Część nr 16 – Kardioverter – defibrylator dwujamowy (ICD-DR) zaawansowany z sygnalizacją uszkodzenia elektrody

I. PARAMETRY KARDIOVERTERA – DEFIBRYLATORA DWUJAMOWEGO (ICD-DR) ZAAWANSOWANEGO Z SYGNALIZACJĄ USZKODZENIA ELEKTRODY		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Data produkcji nie wcześniej niż 2018 rok;	
2.	Kardioverter-defibrylator dwujamowy (ICD-DR);	
3.	Czas sterylizacji min. 12 miesięcy;	
4.	Waga 75 gramów lub poniżej;	
5.	Objętość poniżej 40 ml;	
6.	Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J];	
7.	Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6;	
8.	Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego;	

9.	Terapia stymulacją antyarytmiczną przed i w trakcie ładowania kondensatorów;	
10.	Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT;	
11.	Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm oparty o analizę morfologii sygnału komorowego (QRS);	
12.	Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF;	
13.	Algorytm różnicujący zał T od zesp QRS; Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody; Algorytm różnicujący zał T od zesp QRS;	
14.	Potwierdzenie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją/kardiowersją (reconfirmation);	
15.	Algorytm stabilności rytmu VT;	
16.	Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy;	
17.	Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody;	
18.	Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym i przedsionkowym;	
19.	Automatyczny pomiar amplitudy R, P i impedancji elektrod;	
20.	Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia;	
21.	Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii;	

22.	Histogram częstości rytmu w kanale A i V, % stymulacji A i V; % AF (AF burden);	
23.	Tachogram odstępów RR przed i po terapii;	
24.	Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja uszkodzenia elektrody;	
25.	Utrzymanie dostępności niezbędnej ilości zestawów jałowych śrubokrętów na potrzeby Pracowni Elektroterapii (minimum 5);	
26.	Wszystkie urządzenia w formie komisju w Pracowni Elektroterapii;	
II. PARAMETRY ELEKTROD		
	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego;	
2.	Elektrody do defibrylacji podskórne;	
3.	Elektrody do defibrylacji sterydowe, przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego;	
4.	Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego;	
5.	Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F;	
6.	Elektrody przedsiłonkowe sterydowe, bipolarnie, aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F;	

7.	Utrzymanie dostępności niezbędnej ilości zatyczek do portów w standardzie IS-1 i DF-1 (minimum 5), przewodników do pozycjonowania elektrod wewnątrzsercowych (minimum 5) oraz urządzeń do aktywnego mocowania elektrod wewnątrzsercowych (minimum 5) na potrzeby Pracowni Elektroterapii w formie komisji;	
8.	Wszystkie zestawy elektrod w formie komisji w Pracowni Elektroterapii;	
III. ZESTAW DO WKŁUCIA		
Parametr wymagany		Parametr oferowany*
1.	Rozmiar introducera: 7-11F do wyboru przez Zamawiającego;	
2.	System "peel-away";	
3.	Wszystkie zestawy do wkłucia w formie komisji w Pracowni Elektroterapii;	
IV. PROGRAMATOR		
Parametr wymagany		Parametr oferowany*
1.	Najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii;	
2.	Utrzymanie minimum jednego kompletu niejajowych kabli do programatora implantacyjnego;	
3.	Utrzymanie minimum 4 kompletów jajowych kabli do programatora implantacyjnego;	

4.	Najnowszy model programatora do Pracowni Kardiologicznej;	
5.	Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora w Pracowni Kardiologicznej;	
6.	Najnowszy model programatora do Oddziału Kardiologii;	
7.	Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora w Oddziale Kardiologii;	
8.	Pełna opcja serwisowa programatorów (przebiegi, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy);	
9.	Wypełniony paszport techniczny;	
10.	Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy);	
11.	Wszystkie programatory współpracujące ze Szpitalnym Systemem Komputerowym AMMS;	
12.	Możliwość wydruku z programatorów na dowolną drukarkę;	
13.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami;	
14.	Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy;	
15.	Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego;	
16.		SERWIS

16a	Mezynonyczne wsparcie w rozwiazrywaniu dorażnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora;	
16b	Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku);	
16c	Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czasu reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila;	
16d	Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia;	
16e	Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany;	
16f	Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych;	
16g	Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu);	
16h	Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski;	
16i	Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy;	

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres obowiązywania umowy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości 10 zestawów (w skład jednego zestawu wchodzi: kardiowerter + elektroda defibrylująca + elektroda przedsionkowa + 2 zestawy do wkłucia w ilościach wymaganych do wykonania jednego zabiegu).

UWAGA: Oferta przedstawiająca sprzęt niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE 1:

Oferowany przez nas sprzęt jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Niniejszym oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zamontowaniu i uruchomieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii oferujemy do wydzierżawienia Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy objęte 12 miesięczną gwarancją 3 następujące programatory:

Lp.	Programator	Nazwa handlowa sprzętu, Model (Typ) programatora *	Producent programatora *
1.	Programator		
2.	Programator		
3.	Programator		

OŚWIADCZENIE 2:

Oferowany przez nas sprzęt jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej programatory są kompletne i będą po zamontowaniu i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.
Część nr 17 – *Kardiowerter – defibrylator dwujamowy (ICD-DR) zaawansowany o podwyższonej liczbie wyładowań i z telemonitoringiem*

I. PARAMETRY KARDIOWERTERA – DEFIBRYLATORA DWUJAMOWEGO (ICD-DR) ZAAWANSOWANEGO O PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ I Z TELEMONITORINGIEM

Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Data produkcji nie wcześniej niż 2018 rok;	
2.	Czas sterylności - min. 12 miesięcy;	
3.	Waga poniżej 85 gramów; objętość poniżej 40ml;	
4.	Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF;	
5.	Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J];	
6.	Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 8;	
7.	Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego;	
8.	Rodzaje stymulacji (VOO, VVI, VVIR, AAI, AAIR, DDD, DDDR);	

9.	Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT;	
10.	Terapia stymulacją antyarytmiczną min 3 typy;	
11.	Możliwość bezprzewodowego przesyłu danych z ICD do programatora;	
12.	Algorytm wybierający ostatnią skuteczną terapię antyarytmiczną w strefie VT;	
13.	Możliwość telemonitoringu (możliwość przesyłu danych z urządzenia do sieci informatycznej zewnętrznej);	
14.	Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym obligatoryjnie algorytm oparty o analizę morfologii sygnału komorowego;	
15.	Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii;	
16.	Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci;	
17.	Utrzymanie dostępności niezbędnej ilości zestawów jałowych śrubokrętów na potrzeby Pracowni Elektroterapii (minimum 5);	
18.	Wszystkie urządzenia w formie komisju w Pracowni Elektroterapii;	
II. PARAMETRY ELEKTROD		
Parametr wymagany		Parametr oferowany*
1.	Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego;	

2.	Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego;	
3.	Elektrody do defibrylacji sterydowe;	
4.	Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego;	
5.	Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F;	
6.	Elektrody przedsiłonkowe sterydowe, bipolarnie, aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F;	
7.	Utrzymanie dostępności niezbędnej ilości zatykczek do portów w standardzie IS-1 i DF-1 (minimum 5), przewodników do pozycjonowania elektrod wewnątrzsercowych (minimum 5) oraz urządzeń do aktywnego mocowania elektrod wewnątrzsercowych (minimum 5) na potrzeby Pracowni Elektroterapii w formie komisji;	
8.	Wszystkie zestawy elektrod w formie komisji w Pracowni Elektroterapii;	
III. ZESTAW DO WKŁUCIA		
		Parametr oferowany*
		Parametr wymagany
1.	Rozmiar introducera: 7-11F do wyboru przez Zamawiającego;	
2.	System "peel-away";	
3.	Wszystkie zestawy do wkłucia w formie komisji w Pracowni Elektroterapii;	

IV. PROGRAMATOR	
Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1. Najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii;	
2. Utrzymanie minimum jednego kompletu niejałowych kabli do programatora implantacyjnego;	
3. Utrzymanie minimum 4 kompletów jałowych kabli do programatora implantacyjnego;	
4. Najnowszy model programatora do Pracowni Kardiologicznej;	
5. Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora w Pracowni Kardiologicznej;	
6. Najnowszy model programatora do Oddziału Kardiologii;	
7. Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora w Oddziale Kardiologii;	
8. Pełna opcja serwisowa programatorów (przeгляdy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy);	
9. Wypełniony paszport techniczny;	
10. Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy);	
11. Wszystkie programatory współpracujące ze Szpitalnym Systemem Komputerowym AMMS;	

12.	Możliwość wydruku z programatorów na dowolną drukarkę;	
13.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami;	
14.	Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy;	
15.	Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego;	
16.	SERWIS	SERWIS
16a	Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora;	
16b	Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku);	
16c	Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila;	
16d	Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia;	
16e	Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany;	
16f	Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych;	
16g	Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu);	
16h	Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski;	

16i	Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy;
-----	--

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres obowiązywania umowy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości 10 zestawów (w skład jednego zestawu wchodzi: kardiowerter + elektroda defibrylująca + elektroda przedsionkowa + 2 zestawy do wkłucia w ilościach wymaganych do wykonania jednego zabiegu).

UWAGA: Oferta przedstawiająca sprzęt niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE 1:

Oferowany przez nas sprzęt jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Niniejszym oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zamontowaniu i uruchomieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii oferujemy do wydzierżawienia Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy objęte 12 miesięczną gwarancją 3 następujące programatory:

Lp. Programator	Nazwa handlowa sprzętu, Model (Typ) programatora *	Producent programatora *
1. Programator		
2. Programator		
3. Programator		

OŚWIADCZENIE 2:

Oferowany przez nas sprzęt jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej programatory są kompletne i będą po zamontowaniu i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dotawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.

Część nr 18 – Kardiowerter – defibrylator z funkcją resynchronizacji (ICD – CRT/CRT-D) zaawansowany o małej objętości i podwyższonej liczbie wyładowań

Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Data produkcji nie wcześniej niż 2018 rok;	
2.	Czas sterylności - min. 12 miesięcy;	
3.	Waga poniżej 75 gramów;	
4.	Objętość poniżej 35 ml;	
5.	Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J];	
6.	Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 8;	
7.	Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego;	

8.	Rodzaje stymulacji (VVI, VVIR, AAI, AAIR, DDD, DDDR);	
9.	Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT;	
10.	Terapia stymulacją antyarytmiczną min 3 typy;	
11.	Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF;	
12.	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody;	
13.	Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych (min.72 m-cy);	
14.	Algorytmy różniące arytmie nadkomorowe min. 2 typy;	
15.	Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii;	
16.	Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym;	
17.	Automatyczny pomiar amplitudy R i impedancji elektrody;	
18.	Automatyczna optymalizacja AV i VV;	
19.	Możliwość programowania różnej polarności stymulacji elektrody lewokomorowej bipolarnej i unipolarnej (min. 3 opcje, dla elektrod bipolarnych);	
20.	Programowalna stymulacja dwukomorowa (RV-LV oraz LV-RV) i lewokomorowa o szerokim (co najmniej od 0 - 80 ms) zakresie programowalnego sprzężenia V-V;	

21.	Utrzymanie dostępności niezbędnej ilości zestawów jałowych śrubokrętów na potrzeby Pracowni Elektroterapii (minimum 5);	
22.	Wszystkie urządzenia w formie komisju w Pracowni Elektroterapii;	
II. PARAMETRY ELEKTROD		
	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego;	
2.	Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego;	
3.	Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego;	
4.	Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F;	
5.	Koile elektrody pokryte substancją utrudniającą wrastanie w tkanki;	
6.	Elektrody przedsiionkowe sterydowe, bipolarnie aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 8F, współpracujące z introducerem 8F;	
7.	Elektrody lewokomorowe co najmniej 3 różne typy do wyboru przez Zamawiającego oraz przewodnik angioplastyczny do każdej elektrody;	
8.	Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych elektrod lewokomorowych -1 dodatkowa elektroda na 2 urządzenia;	
9.	Utrzymanie dostępności niezbędnej ilości złączek do portów w standardzie IS-1 i DF-1 (minimum 5), przewodników do pozycjonowania elektrod wewnątrzsercowych (minimum 5) oraz urządzeń do aktywnego mocowania elektrod wewnątrzsercowych (minimum 5) na potrzeby Pracowni Elektroterapii w	

	formie komisji;	
10.	Wszystkie zestawy elektrod w formie komisji w Pracowni Elektroterapii;	
III. ZESTAW DO WKŁUCIA		
	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej - 3 krzywizny dostosowany do wprowadzania dostarczanych w pakiecie elektrod lewokomorowych oraz cewniki subselektywne - 2 krzywizny + drut prowadzający >190 cm;	
2.	Wszystkie zestawy do wkłucia w formie komisji w Pracowni Elektroterapii;	
IV. PROGRAMATOR		
	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii;	
2.	Utrzymanie minimum jednego kompletu niejałowych kabli do programatora implantacyjnego;	
3.	Utrzymanie minimum 4 kompletów jałowych kabli do programatora implantacyjnego;	
4.	Najnowszy model programatora do Pracowni Kardiologicznej;	
5.	Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora w Pracowni Kardiologicznej;	

6.	Najnowszy model programatora do Oddziału Kardiologii;	
7.	Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora w Oddziale Kardiologii;	
8.	Pełna opcja serwisowa programatorów (przeгляdy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy);	
9.	Wypełniony paszport techniczny;	
10.	Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy);	
11.	Wszystkie programatory współpracujące ze Szpitalnym Systemem Komputerowym AMMS;	
12.	Możliwość wydruku z programatorów na dowolną drukarkę;	
13.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami;	
14.	Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy;	
15.	Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego;	
16.	SERWIS	SERWIS
16a	Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora;	
16b	Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku);	

16c	Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila;
16d	Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia;
16e	Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy. Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany;
16f	Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych;
16g	Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu);
16h	Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski;
16i	Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy;

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres obowiązywania umowy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości 10 zestawów (w skład jednego zestawu wchodzi: kardiowerter + elektroda defibrylująca + elektroda przedsionkowa + 3 zestawy do wkucia oraz zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej w ilościach wymaganych do wykonania jednego zabiegu).

UWAGA: Oferta przedstawiająca sprzęt niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE 1:

Oferowany przez nas sprzęt jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Niniejszym oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zamontowaniu i uruchomieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii oferujemy do wydzierżawienia Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy objęte 12 miesięczną gwarancją 3 następujące programatory:

Lp.	Programator	Nazwa handlowa sprzętu, Model (Typ) programatora *	Producent programatora*
1.	Programator		
2.	Programator		
3.	Programator		

OŚWIADCZENIE 2:

Oferowany przez nas sprzęt jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi. Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej programatory są kompletne i będą po zamontowaniu i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dotawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.
Część nr 19 – Stymulator dwujamowy DDDR (pro MRI)

I. PARAMETRY STYMULATORA DWUJAMOWEGO DDDR (PRO MRI)		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Data produkcji nie wcześniej niż 2018 rok;	
2.	Stymulator DDDR;	
3.	Tryby stymulacji: DDD, DDT;	
4.	Czułość przedsionkowa (mV) <0,2 - 7,0>;	
5.	Czułość komorowa (mV) <0,5 - 7,0>;	
6.	Czas trwania impulsu (ms) dla każdego kanału <0,2 - 1,5>;	
7.	Amplituda impulsu (V) dla każdego kanału <0,2 - 7,5>;	

8.	Opóźnienie przedsionkowo – komorowe <30 - 300>;	
9.	W pełni automatyczny follow up;	
10.	Automatyczna czułość w przedsionku i komorze;	
11.	Waga stymulatora (g) do 30;	
12.	Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" w komorze;	
13.	Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w przedsionku;	
14.	Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod;	
15.	Histogramy rytmu komór;	
16.	Programowalny parameter Safety Margin;	
17.	Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora (Ij,MS, PMT Protection);	
18.	Możliwość zapamiętania najbardziej istotnych zdarzeń w Holterze;	
19.	Algorytm stabilizujący rytm komór podczas Mode Switching;	
20.	Basic rate w zakresie od 30-200ppm;	

21.	Widoczny w skopii znacznik stopy elektrody aktywnej;	
22.	Automatyczny PVRP;	
23.	Dane pacjenta w programatorze;	
24.	Gniazda elektrod IS-1;	
25.	Możliwość przeprowadzenia badania MRI;	
26.	Wszystkie urządzenia w formie komisju;	
27.	Utrzymanie minimum 5 zestawów jałowych śrubokrętów w komisju;	
II. PARAMETRY ELEKTROD RV		
Parametr wymagany		Parametr oferowany*
1.	Gniazda elektrod IS-1;	
2.	Łącznik IS-1;	
3.	Kształt prosty;	
4.	Bipolar;	

5.	Osiłona silikonowa;	
6.	Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru);	
7.	Możliwość przeprowadzenia badania MRI;	
8.	Elektrody pasywne / aktywne do wyboru;	
9.	Utrzymanie minimum 3 zestawów jałowych kapturek elektrodowych w komisie;	
10.	Utrzymanie minimum 5 zestawów jałowych przewodników do pozycjonowania elektrod wewnątrzsercowych w komisie;	
11.	Utrzymanie minimum 5 zestawów jałowych urządzeń do aktywnego mocowania elektrod wewnątrzsercowych w komisie;	
12.	Wszystkie zestawy elektrod w formie komisu;	
III. PARAMETRY ELEKTROD AV		
		Parametr wymagany
		Parametr oferowany*
1.	Gniazda elektrod IS-1;	
2.	Łącznik IS-1;	
3.	Kształt litery "J" lub prosta (do wyboru);	

4.	Bipolar;		
5.	Oslona silikonowa;		
6.	Pasywna i aktywna fixacja (do wyboru);		
7.	Możliwość przeprowadzenia badania MRI;		
8.	Elektrody pasywne / aktywne do wyboru;		
9.	Utrzymanie minimum 3 zestawów jałowych kapturków elektrodowych w komisie;		
10.	Utrzymanie minimum 5 zestawów jałowych przewodników do pozycjonowania elektrod wewnątrzsercowych w komisie;		
11.	Utrzymanie minimum 5 zestawów jałowych urządzeń do aktywnego mocowania elektrod wewnątrzsercowych w komisie;		
12.	Wszystkie zestawy elektrod w formie komisju;		
IV. ZESTAW DO WKŁĘCIA			
Parametr wymagany		Parametr oferowany*	
1.	Wkłucia naczyniowe typ rozrywany z zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod;		
2.	Wszystkie zestawy do wkłucia w formie komisju;		

V. PROGRAMATOR		Parametr oferowany*
Parametr wymagany		
1.	Najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii;	
2.	Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli niejätowych do programatora implantacyjnego;	
3.	Utrzymanie minimum 4 kompletów jatowych kabli do programatora implantacyjnego;	
4.	Najnowszy model programatora do Poradni Kardiologicznej;	
5.	Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Poradni Kardiologicznej;	
6.	Najnowszy model programatora do Oddziału Kardiologii;	
7.	Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Oddziału Kardiologii;	
8.	Pełna opcja serwisowa programatorów (przeeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy);	
9.	Wypełniony paszport techniczny;	
10.	Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy);	
11.	Wszystkie programatory współpracujące ze Szpitalnym Systemem Komputerowym AMMS;	

12.	Możliwość wydruku z programatorów na dowolną drukarkę;	
13.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami;	
14.	Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy;	
15.	Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego;	
16.	SERWIS	SERWIS
16a	Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora;	
16b	Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku);	
16c	Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila;	
16d	Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia;	
16e	Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / doba, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany;	
16f	Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych;	
16g	Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu);	
16h	Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski;	

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres obowiązywania umowy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości 15 zestawów (w skład jednego zestawu wchodzi: stymulator + elektroda AV + elektroda RV + 2 zestawy do wktucia w ilościach wymaganych do wykonania jednego zabiegu).

UWAGA: Oferta przedstawiająca sprzęt niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE 1:

Oferowany przez nas sprzęt jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi. Niniejszym oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zamontowaniu i uruchomieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii** oferujemy do wydzierżawienia Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy objęte 12 miesięczną gwarancją 3 następujące programatory:

Lp.	Programator	Nazwa handlowa sprzętu, Model (Typ) programatora*	Producent programatora*
1.	Programator		
2.	Programator		
3.	Programator		

OŚWIADCZENIE 2:

Oferowany przez nas sprzęt jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej programatory są kompletne i będą po zamontowaniu i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dotawia sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii*, sygnatura: DZP/21/2019.
Część nr 20 – Stymulator jednofazowy SSIR (pro MRI)

I. PARAMETRY STYMULATORA JEDNOFAZOWEGO SSIR (PRO MRI)		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Data produkcji nie wcześniej niż 2018 rok;	
2.	Tryby stymulacji VVI, V00, AAI, A00;	
3.	Częstość stymulacji 30-200ppm;	
4.	Czułość kanału komorowego (mV) <0,5 - 7,0>;	
5.	Amplituda impulsu komorowego (V) <0,2 – 7,0>;	
6.	Czas trwania impulsu (ms) <0,2 - 1,5>;	
7.	Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta;	
8.	Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod;	

9.	Automatyczna czułość;	
10.	Zapis zaburzeń rytmu serca;	
11.	Dwa dodatkowe typy histerezy oprócz histerezy rytmu;	
12.	W pełni automatyczny follow up;	
13.	Waga stymulatora (g) do 25g;	
14.	Histogramy rytmu komór;	
15.	Gniazda elektrod IS-1;	
16.	Żywotność baterii przy nastawach nominalnych min 10 lat;	
17.	Możliwość wykonania badania MRI;	
18.	Wszystkie urządzenia w formie komisu;	
19.	Utrzymanie minimum 5 zestawów jałowych śrubokrętów w komisie;	
II. PARAMETRY ELEKTROD RV/RA (do wyboru)		
	Parametr wymagany	Parametr oferowany*

1.	Gniazda elektrod IS-1;	
2.	Łącznik IS-1;	
3.	Kształt litery "J" lub prosta (do wyboru);	
4.	Bipolar;	
5.	Oslona silikonowa;	
6.	Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru);	
7.	Możliwość przeprowadzenia badania MRI;	
8.	Elektrody pasywne / aktywne do wyboru;	
9.	Utrzymanie minimum 3 zestawów jałowych kapturków elektrodowych w komisie;	
10.	Utrzymanie minimum 5 zestawów jałowych przewodników do pozycjonowania elektrod wewnątrzsercowych w komisie;	
11.	Utrzymanie minimum 5 zestawów jałowych urządzeń do aktywnego mocowania elektrod wewnątrzsercowych w komisie;	
12.	Wszystkie zestawy elektrod w formie komisju;	
III. ZESTAW DO WKŁUCIA		

	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Wklucia naczyniowe typ rozrywany z zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wklucia do proponowanych elektrod;	
2.	Wszystkie zestawy do wklucia w formie komisji;	
IV. PROGRAMATOR		
Parametr wymagany		
1.	Najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii;	Parametr oferowany*
2.	Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli niejajowych do programatora implantacyjnego;	
3.	Utrzymanie minimum 4 kompletów jajowych kabli do programatora implantacyjnego;	
4.	Najnowszy model programatora do Poradni Kardiologicznej;	
5.	Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Poradni Kardiologicznej;	
6.	Najnowszy model programatora do Oddziału Kardiologii;	
7.	Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Oddziału Kardiologii;	
8.	Pełna opcja serwisowa programatorów (przeгляdy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy);	

9.	Wypełniony paszport techniczny;	
10.	Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy);	
11.	Wszystkie programatory współpracujące ze Szpitalnym Systemem Komputerowym AMMS;	
12.	Możliwość wydruku z programatorów na dowolną drukarkę;	
13.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami;	
14.	Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy;	
15.	Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego;	
16.		SERWIS
16a	Menytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora;	
16b	Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku);	
16c	Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila;	
16d	Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia;	
16e	Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany;	

16f	Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych;	
16g	Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu);	
16h	Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski;	
16i	Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy;	

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres obowiązywania umowy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości 15 zestawów (w skład jednego zestawu wchodzi: stymulator + elektroda + zestaw do wkłucia w ilościach wymaganych do wykonania jednego zabiegu).

UWAGA: Oferta przedstawiająca sprzęt niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE 1:

Oferowany przez nas sprzęt jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Niniejszym oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zamontowaniu i uruchomieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii oferujemy do wydzierżawienia Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy objęte 12 miesięczną gwarancją 3 następujące programatory:

Lp.	Programator	Nazwa handlowa sprzętu, Model (Typ) programatora*	Producent programatora*
1.	Programator		
2.	Programator		
3.	Programator		

OŚWIADCZENIE 2:

Oferowany przez nas sprzęt jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej programatory są kompletne i będą po zamontowaniu i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz parametrów wymaganych

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. *dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektroterapii, sygnatura: DZP/21/2019.*

Część nr 21 – Stymulator trójramowy do resynchronizacji komorowej

I. PARAMETRY STYMULATORA TRÓJRAMOWEGO DO RESYNCHRONIZACJI KOMOROWEJ		
Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Data produkcji nie wcześniej niż 2018 rok;	
2.	Tryby stymulacji: DDDR-BIV, DDD, VI, DOO, VOO;	
3.	Czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy;	
4.	Niezależne programowanie prawej i lewej komory;	
5.	Cewnik Swanna – Ganzá;	
6.	Prowadnik angioplastyczny 0,014 cal - 0,016 cal;	
7.	Elektroda LV typu OTW: unipolarna i bipolarna do wyboru przez zamawiającego Zamawiający zaakceptuje elektrody LV typu OTW bez elektrody unipolarnej;	
8.	Pamięć stymulatora z: liczniki zdarzeń, histogramy (dane pacjenta, trendy, IEGM);	

9.	Wszystkie urządzenia w formie komisju;	
10.	Utrzymanie minimum 5 zestawów jałowych śrubokrętów w komisju;	
II. PARAMETRY ELEKTROD ENDOKAWITARNYCH		
	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1.	Dostępne rozmiary: < 8F;	
2.	Polarność: bipolarna;	
3.	Fiksacja - dostępne: aktywne i pasywne;	
4.	Kształt - dostępne: proste i "J";	
5.	Oporność - dostępne: nisko- i wysokooporowe;	
6.	Utrzymanie minimum 3 zestawów jałowych kapturków elektrodowych w komisju;	
7.	Utrzymanie minimum 5 zestawów jałowych przewodników do pozycjonowania elektrod wewnętrzsercowych w komisju;	
8.	Utrzymanie minimum 5 zestawów jałowych urządzeń do aktywnego mocowania elektrod wewnętrzsercowych w komisju;	
9.	Wszystkie zestawy elektrod w formie komisju;	

III. ZESTAW DO WKŁUCIA		Parametr oferowany*
Parametr wymagany		
1.	Wszystkie zestawy do wkłucia w formie komisju;	
IV. ZESTAW DO KANIULACJI NACZYŃ		Parametr oferowany*
Parametr wymagany		
1.	Rozmiar przystosowany do elektrody;	
2.	Prowadnik;	
3.	Rozszerzacz;	
4.	Igła prosta;	
5.	Zestaw jednorazowy, jałowy, nietoksyczny, szczelny;	
6.	Wszystkie zestawy do wkłucia w formie komisju;	
V. PROGRAMATOR		Parametr oferowany*
Parametr wymagany		

1.	Najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii;	
2.	Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli niejąłowych do programatora implantacyjnego;	
3.	Utrzymanie minimum 4 kompletów jałowych kabli do programatora implantacyjnego;	
4.	Najnowszy model programatora do Poradni Kardiologicznej;	
5.	Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Poradni Kardiologicznej;	
6.	Najnowszy model programatora do Oddziału Kardiologii;	
7.	Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Oddziału Kardiologii;	
8.	Pełna opcja serwisowa programatorów (przebiegi, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy);	
9.	Wypełniony paszport techniczny;	
10.	Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy);	
11.	Wszystkie programatory współpracujące ze Szpitalnym Systemem Komputerowym AMMS;	
12.	Możliwość wydruku z programatorów na dowolną drukarkę;	
13.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami;	

14.	Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy;	
15.	Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego;	
16.	SERWIS	SERWIS
16a	Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora;	
16b	Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku);	
16c	Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila;	
16d	Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia;	
16e	Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany;	
16f	Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych;	
16g	Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu);	
16h	Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski;	
16i	Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy;	

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres obowiązywania umowy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości 5 zestawów (w skład jednego zestawu wchodzi: stymulator + elektroda komorowa + elektroda przedsonkowa+ elektroda lewokomorowa+ 3 zestawy do wkłucia + zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej oraz cewnik i prowadnik w ilościach wymaganych do wykonania jednego zabiegu).

UWAGA: Oferta przedstawiająca sprzęt niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w powyższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

OŚWIADCZENIE 1:

Oferowany przez nas sprzęt jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Niniejszym oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zamontowaniu i uruchomieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii oferujemy do wydzierżawienia Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy objęte 12 miesięczną gwarancją 3 następujące programatory:

Lp.	Programator	Nazwa handlowa sprzętu, Model (Typ) programatora*	Producent programatora*
1.	Programator		
2.	Programator		
3.	Programator		

OŚWIADCZENIE 2:

Oferowany przez nas sprzęt jest zgodny z wyszczególnionymi powyżej przez Zamawiającego parametrami wymaganymi.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej programatory są kompletne i będą po zamontowaniu i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz początkowego stanu zapasów

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. **Dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Elektroterapii. Znak postępowania: DZP/21/2019**

L.p.	Numer Części	Pozycja	Ilość sztuk	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu	Producent	Nazwa handlowa
1.	Część nr 1	Poz. 1	10 szt			
		Poz. 2	5 szt			
2.	Część nr 2	Poz. 1	10 szt			
		Poz. 2	4 szt			
3.	Część nr 3	Poz. 1	3 szt			
		Poz. 2	2 szt			
4.	Część nr 4	Poz. 1	5 szt			
		Poz. 2	3 szt			
5.	Część nr 5	Poz. 1	3 szt			
		Poz. 2	3 szt			
		Poz. 3	3 szt			
		Poz. 4	3 szt			
		Poz. 5	3 szt			
		Poz. 6	2 szt			
		Poz. 7	3 szt			
		Poz. 8	2 szt			
		Poz. 9	3 szt			
		Poz. 10	2 szt			
		Poz. 11	3 szt			
		Poz. 12	3 szt			
6.	Część nr 6	Poz. 1	10 szt			
		Poz. 2	10 szt			
		Poz. 3	10 szt			
		Poz. 4	10 szt			
		Poz. 5	10szt			
		Poz. 6	2 szt			
7.	Część nr 7	Poz. 1	100 szt			
8.	Część nr 8	Poz. 1	10 szt			
9.	Część nr 9	Poz. 1	5 szt			

10.	Część nr 10	Poz. 1	10 szt			
11.	Część nr 11	Poz. 1	5 szt			
		Poz. 2	2 szt			
		Poz. 3	5 szt			
		Poz. 4	2 szt			
		Poz. 5	5 szt			
		Poz. 6	2 szt			
		Poz. 7	1 szt			
		Poz. 8	5 szt			
		Poz. 9	2 szt			
		Poz. 10	10 szt			
		Poz. 11	5 szt			
		Poz. 12	4 szt			
		Poz. 13	2 szt			
		Poz. 14	10 szt			
		Poz. 15	10 szt			
12.	Część nr 12	Poz. 1	20 szt			
13.	Część nr 13	Poz. 1	10 szt			
14.	Część nr 14	Poz. 1	10 zestawów do wykonania jednego zabiegu			
		Poz. 2				
		Poz. 3				
15.	Część nr 15	Poz. 1	10 zestawów do wykonania jednego zabiegu			
		Poz. 2				
		Poz. 3				
16.	Część nr 16	Poz. 1	10 zestawów do wykonania jednego zabiegu			
		Poz. 2				
		Poz. 3				
		Poz. 4				
17.	Część nr 17	Poz. 1	10 zestawów do wykonania jednego zabiegu			
		Poz. 2				
		Poz. 3				
		Poz. 4				
18.	Część nr 18	Poz. 1	10 zestawów do wykonania jednego zabiegu			
		Poz. 2				
		Poz. 3				
		Poz. 4				
		Poz. 5				

		Poz. 6				
19.	Część nr 19	Poz. 1	15 zestawów do wykonania jednego zabiegu			
		Poz. 2				
		Poz. 3				
		Poz. 4				
20.	Część nr 20	Poz. 1	15 zestawów do wykonania jednego zabiegu			
		Poz. 2				
		Poz. 3				
21.	Część nr 21	Poz. 1	5 zestawów do wykonania jednego zabiegu			
		Poz. 2				
		Poz. 3				
		Poz. 4				
		Poz. 5				
		Poz. 6				
		Poz. 7				
		Poz. 8				

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
Oddział Kardiologii