

DOZP.240.1.2022

Bydgoszcz, dnia 21 marca 2022 r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*Dotyczy: postępowania przetargowego na „Sukcesywne dostawy rurek krtaniowych i nosowo-gardłowych oraz sprzętu do anestezji i resuscytacji na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”*

*Numer ogłoszenia: 2022/S 041-105721; data ogłoszenia: 28.02.2022 r.*

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SWZ w niżej wskazanym zakresie:

### **Pytanie nr 1**

Zamawiający w części 4, pkt. 12 i 13 opisuje:

12	Worek samorozprężalny dla dorosłych z maską i rezerwuarem tlenowym, jednorazowy	Samorozprężalny jednorazowy worek dla dorosłych z: rezerwuarem tlenowym, przewodem tlenowym, <b>przezroczystą maską tlenową Nr 4</b> , z miękkim powietrznym mankietem	szt.	1 000
13	<b>Maska twarzowa Nr 5</b>	Jednorazowa maska z miękkim, powietrznym mankietem dla lepszej szczelności. Przezroczysta, umożliwiająca obserwowanie koloru skóry pacjenta. Maska w rozmiarze dla dorosłych	szt.	100

worek samorozprężalny dla dorosłych w komplecie z maską tlenową rozm. 4 w ilości 1000 szt. oraz 100 szt. dodatkowych masek w rozm. 5. W związku, z tym iż oferowany zestaw worka samorozprężalnego dla dorosłych konfekcjonowany przez producenta jest wraz z maską w rozmiarze 5, prosimy o dopuszczenie do zaferowania na zasadzie równoważności, towarów w poniższej sekwencji:

12	Worek samorozprężalny dla dorosłych z maską i rezerwuarem tlenowym, jednorazowy	Samorozprężalny jednorazowy worek dla dorosłych z: rezerwuarem tlenowym, przewodem tlenowym, <b>przezroczystą maską tlenową Nr 5</b> , z miękkim powietrznym mankietem	szt.	1 000
13	<b>Maska twarzowa Nr 4</b>	Jednorazowa maska z miękkim, powietrznym mankietem dla lepszej szczelności. Przezroczysta, umożliwiająca	szt.	100

		obserwowanie koloru skóry pacjenta. Maska w rozmiarze dla dorosłych		
--	--	--	--	--

Niezmniejszenie ww zapisów/ilości spowoduje konieczność naliczenia dodatkowych 900 szt. masek co znacząco podniesie cenę zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający stosuje głównie maski w rozmiarze 4. Dopuszczenie do zaoferowania kompletów z maską w rozmiarze 5, spowodowałoby potrzebę zakupu dużej ilości masek w rozmiarze 4.

**Pytanie nr 2**

Część nr 2, pozycja nr 1 - 4 – Czy zamawiający dopuści rurki wykonane z medycznego PCV?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3**

Część nr 2, pozycja nr 1 - 4 – Czy zamawiający dopuści rurki o delikatnie zielonym zabarwieniu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3**

Część nr 4, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści worek samorozprężalny z jedną maską (nr 1) w zestawie, natomiast drugą (nr 2) dołączoną osobno?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 4**

Część nr 4, pozycja nr 11 – Czy zamawiający dopuści worek samorozprężalny z jedną maską (nr 2) w zestawie, natomiast drugą (nr 3) dołączoną osobno?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5**

Część nr 4, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści worek samorozprężalny z maską w rozmiarze 5?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

*Sporządził(a): Anna Mroziak-Gliszczyńska*



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie