

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH  
PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dot.:** prośby o złożenie oferty na zakup i dostawę pojemników kriogenicznych do przechowywania zamrożonych preparatów komórek krwiotwórczych.

1. Dot. zał. nr 1 – OPZ, pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści pojemniki sterylizowane promieniami beta?

Ad.1) Zamawiający dopuszcza powyższe.

2 . Dot. Formularza cenowego

Zamawiający w formularzu Cenowym określił łączną ilość produktu na 110 szt. Opakowania zbiorcze produktu, który chcemy Państwu zaoferować zawierają 20 szt. produktu i nie ma możliwości dostarczenia produktów w niepełnych opakowaniach.

Czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości oferowanego produktu na 120 szt.?

Ad.2) Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

W załączeniu aktualny formularz cenowy.

3 . Dot. Części IV – Wykaz wymaganych dokumentów, pkt. 6

Zamawiający wymaga na etapie składania dokumentów przetargowych dostarczenia Certyfikatu jakości serii. Oczywiście jesteśmy w stanie dostarczyć taki przykładowy dokument, jednak nie oznacza to, że ta sama seria będzie dostarczana do Zamawiającego w okresie trwania umowy (12 miesięcy). Dostawy realizowane są względem dostępności serii produktu na magazynie, z zachowaniem umownego terminu ważności produktu w tym przypadku 36 miesięcy, przy jednoczesnym dostarczeniu aktualnego Certyfikatu dla dostarczanej serii produktu.

Czy Zamawiający odstąpi zatem od dostarczenia certyfikatu na etapie składania dokumentów, lub wyrazi zgodę na otrzymanie poglądowego certyfikatu serii bez wymagalności dostaw konkretnej serii w trakcie trwania umowy?

Ad.3) Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów jakości zgodnych z numerami serii dostarczanych pojemników.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Mariusz Klimczak