

## Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę zestawu do bronchofiberoskopii z jednorazowymi bronchofiberoskopami i monitorem dla SPZZOZ w Przasnyszu”.

Zamawiający:	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Przedmiot zamówienia:	<p>1. Przedmiotem zamówienia:</p> <p style="text-align: center;"><b>„Dostawa zestawu do bronchofiberoskopii z jednorazowymi bronchofiberoskopami i monitorem”</b></p> <p>Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. W skład zestawu wchodzi monitor oraz 16 sztuk bronchofiberoskopów.</p> <p>Kod CPV – 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii</p> <p>2. Ogólne warunki dotyczące przeglądów i napraw gwarancyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym będą wykonywane na koszt dostawcy urządzenia,</li><li>b) Jako koszt naprawy należy rozumieć:<ul style="list-style-type: none"><li>- koszt dojazdu lub koszty transportu urządzenia do serwisu,</li><li>- koszt robocizny,</li><li>- koszt części zamiennych.</li></ul></li><li>c) Czas wykonania naprawy gwarancyjnej od momentu zgłoszenia nie może być dłuższy niż termin wykazany we wzorze Umowy.</li><li>d) Darmowe przeglądy w okresie gwarancyjnym. Ich zakres i częstotliwość wynika z dokumentacji technicznej urządzenia.</li><li>e) Jako koszt przeglądu należy rozumieć:<ul style="list-style-type: none"><li>- koszt dojazdu lub koszty transportu urządzenia do serwisu,</li><li>- koszt robocizny,</li><li>- koszt części zamiennych.</li></ul></li></ul> <p>3. Stosowanie zamienników. Rozwiązania równoważne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym</li></ul>

	<p>Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.</p> <p>b) Podane w tabelach wymagania techniczne sprzętu stanowią dla zamawiającego wykładnię jakościową oraz parametrową dla zamawianego sprzętu. Wykonawca przygotowując ofertę ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o ocenę rozwiązań technicznych równoważnych, wykazując, że zastosowane rozwiązania w oferowanym sprzęcie łącznie nie zmieniają oczekiwań Zamawiającego w zakresie jakościowym i parametrowym sprzętu jako całości.</p> <p>c) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie (atesty, certyfikaty, świadectwo jakości, dokumentację techniczno-ruchową).</p> <p>d) Dopuszcza się zamiennie rozwiązania pod warunkiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spełnienia co najmniej takich samych lub lepszych właściwości technicznych</li> <li>- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania).</li> </ul> <p>e) Gdziekolwiek w Zapytaniu przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególnie proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem uzyskania jego zgody.</p> <p>4. Sposób finansowania zakupu przez Zamawiającego: Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia płatna w terminie 60 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia.</p>
Kryterium oceny:	<p>Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:</p> <p>1. Cena – 100 %</p> <p>Ad. 1 Oferty w kryterium „Cena oferty” ( C ) będą oceniane według następującego wzoru:</p> $C = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto} \times 100}{\text{cena oferty badanej brutto}} \times 100 \%$ <p>Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy. Zamawiający zastrzega sobie również prawo odrzucenia ofert w sytuacji gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaoferowana cena, zdaniem Zamawiającego nie będzie gwarantowała należytego wykonania zamówienia.</li> </ul> <p>Na okoliczność rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik do zapytania.</p>

Miejsce składania ofert:	Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej: <a href="https://platformazakupowa.pl/">https://platformazakupowa.pl/</a>
Forma złożenia ofert:	<p>1. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem oferty</li> <li>a. Formularz oferty</li> <li>b. Wypełniony załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia</li> <li>c. Zaakceptowany wzór umowy</li> <li>d. W języku polskim katalogi, broszury lub ulotki producentów opisujące szczegółowo oferowany sprzęt medyczny.</li> <li>e. Dokumenty wymagane ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 211 ze zm.)</li> </ul> <p>2. Sposób składania ofert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem platformy zakupowej: <a href="https://platformazakupowa.pl/">https://platformazakupowa.pl/</a></li> <li>b. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej.</li> <li>c. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.</li> <li>d. Termin składania ofert upływa dnia <b><u>10.08.2022 roku</u></b> o godzinie 10:00.</li> </ul>
Termin wykonania	Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy
<p><i>Z-ca Dyrektora ds. medycznych</i></p> <p><i>Lek. Andrzej Kos</i></p> <p><i>(podpis Zamawiającego)</i></p>	

***Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.***

Do powyższego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Pzp z dnia 11 września 2019 roku, poz. 2019 z póź. zm.

## OFERTA CENOWA

### Dane Wykonawcy

Nazwa firmy / Nazwisko i imię .....

Adres: .....

Tel. .... fax. .... e-mail .....

NIP: ..... REGON: .....

Nawiązując do zapytania ofertowego składamy niniejszą ofertę na:

**„Dostawę zestawu do bronchofiberoskopii z jednorazowymi bronchofiberoskopami i monitorem dla SPZZOZ w Przasnyszu”**

**Wartość netto:** .....

(słownie: .....) )

**Podatek VAT:** .....

**Wartość brutto:** .....

(słownie: .....) )

### Zobowiązania Wykonawcy

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę, w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

.....  
(pieczęćka i podpis)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
zestawu do bronchofiberoskopii z jednorazowymi bronchofiberoskopami i monitorem

Lp.	Parametr / Opis	Parametr wymagany	Potwierdzenie spełnienia wymogów oraz opis parametrów oferowanych
<b>I. Dane ogólne monitora</b>			
1.	<b>Producent</b>	<b>PODAĆ</b>	
2.	<b>Kraj pochodzenia</b>	<b>PODAĆ</b>	
3.	<b>Model/typ/nazwa</b>	<b>PODAĆ</b>	
4.	<b>Rok produkcji minimum 2022</b>	<b>PODAĆ</b>	
5.	Zasilanie: - wymagany poziom napięcia min. 100-240V AC/50-60Hz/0,6 A - moc wyjściowa min. 15V DV/2A	<b>PODAĆ</b>	
6.	Poziom ochrony przed porażeniem prądem min. Klasa 2	<b>TAK/PODAĆ</b>	
7.	Rodzaj baterii litowo-jonowa	<b>TAK/PODAĆ</b>	
8.	Czas działania na baterii min. 180 minut	<b>TAK/PODAĆ</b>	
9.	Ekran dotykowy o rozmiarze min. 10,1inch.	<b>TAK/PODAĆ</b>	
10.	Maksymalna rozdzielczość 1280x800	<b>TAK/PODAĆ</b>	
11.	Stopień ochrony min. IP30	<b>TAK/PODAĆ</b>	
12.	Wymiary max. 300x200x10mm	<b>TAK/PODAĆ</b>	
13.	Waga max. 1,80kg	<b>TAK/PODAĆ</b>	
14.	Ładowarka i uchwyt montażowy w zestawie	<b>TAK/PODAĆ</b>	
15.	Pamięć wewnętrzna min 16 GB	<b>TAK/PODAĆ</b>	
16.	Gniazdo połączenia wejściowego USB typ A	<b>TAK/PODAĆ</b>	

17.	Okres gwarancji min 24 miesiące	TAK	
18.	Dostawa do siedzibie zamawiającego	TAK	
19.	Bezpłatny serwis i przeglądy techniczne zgodnie z instrukcją serwisową w siedzibie Zamawiającego w całym okresie trwania gwarancji z wymianą części zużywalnych na koszt Wykonawcy	TAK	
20.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu	TAK	
21.	Certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski	TAK	
22.	Udokumentowanie każdego przeglądu i naprawy raportem serwisowym i wpisem do paszportu	TAK	
23.	Trzykrotna naprawa urządzenia w czasie trwania gwarancji skutkuje wymianą na nowe urządzenie	TAK	
24.	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż zaoferowane	TAK	
25.	Graniczny czas naprawy po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji 5 dni roboczych	TAK	
26.	Wymiana podzespołu na nowy – natychmiast lub po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy	TAK	
27.	Urządzenie pozbawione ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca podmiot. W przypadku występowania zabezpieczeń serwisowych Wykonawca przekaze Zamawiającemu kody serwisowe podczas ostatniego przeglądu gwarancyjnego	TAK	
28.	Dostępność części zamiennych dla Zamawiającego min 10 lat od podpisania protokołu odbioru	TAK	
<b>II. Dane techniczne jednorazowego bronchofiberoskopu w ilości 15 sztuk</b>			
1.	Optyka: - kierunek pola widzenia 0°	PODAĆ	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pole widzenia – min 87,5°</li> <li>- głębokość pola 5-50mm</li> <li>- rozdzielczość obrazu min 400x400 pikseli</li> <li>- źródło światła 2 diody LED</li> </ul>		
2.	Przewód prowadzący: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakresy kąta ugięcia wysoki/niski min 220°/220°</li> <li>- średnica zewnętrzna przewodu prowadzącego max. 5,4mm</li> <li>- średnica zewnętrzna końca dystalnego max. 5,6mm</li> <li>- długość robocza max. 605mm</li> <li>- średnica wewnętrzna kanału roboczego min. 2,8mm</li> </ul>	<b>PODAĆ</b>	
3.	Rurka intubacyjna średnica wewnętrzna max 6mm	<b>PODAĆ</b>	
4.	Rurka dooskrzelowa o podwójnym świetle średnica wewnętrzna max. 41 Fr	<b>PODAĆ</b>	
5.	Metoda sterylizacji tlenek etylenu.	<b>PODAĆ</b>	
<b>III. Dane techniczne jednorazowego bronchofiberoskopu w ilości 1 sztuka</b>			
1.	Optyka: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kierunek pola widzenia 0°</li> <li>- pole widzenia – min 87,5°</li> <li>- głębokość pola 5-50mm</li> <li>- rozdzielczość obrazu min 400x400 pikseli</li> <li>- źródło światła 2 diody LED</li> </ul>	<b>PODAĆ</b>	
2.	Przewód prowadzący: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakresy kąta ugięcia wysoki/niski min 220°/220°</li> <li>- średnica zewnętrzna przewodu prowadzącego max. 3,6 mm</li> <li>- średnica zewnętrzna końca dystalnego max. 3,9 mm</li> <li>- długość robocza max. 605 mm</li> <li>- średnica wewnętrzna kanału roboczego min 1,4 mm</li> </ul>	<b>PODAĆ</b>	
3.	Rurka intubacyjna średnica wewnętrzna max 5 mm	<b>PODAĆ</b>	
4.	Rurka dooskrzelowa o podwójnym świetle średnica wewnętrzna max. 35 Fr	<b>PODAĆ</b>	

5.	Metoda sterylizacji tlenek etylenu.	<b>PODAĆ</b>	
----	-------------------------------------	--------------	--

.....  
(data i podpis Wykonawcy)



## WZÓR UMOWY

zawarta w Przasnyszu w dniu .....r. pomiędzy

**Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej  
06-300 Przasnysz ul. Sadowa 9**

reprezentowanym przez:

**Dyrektora SP ZZOZ - dr Grzegorz Magnuszewski  
Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-technicznych – mgr Urszula Maćkowska  
Główna Księgowa – mgr Jolanta Pszczółkowska**

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a .....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

o treści następującej:

### § 1.

#### Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa zestawu do bronchofiberoskopii z jednorazowymi bronchofiberoskopami i monitorem dla SPZZOZ w Przasnyszu zgodnie z postanowieniami zapytania, oraz stosownie do oferty z dnia ..... roku.
2. Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu w sposób określony umową przedmiotu umowy zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu stanowiącym integralną część umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne rzeczy.
3. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.
4. Wykonawca oświadcza, że sprzęt nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich, jest fabrycznie nowy i ma uregulowane opłaty celne.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko wraz z kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami, które dotyczą przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zapytania.

6. Szczegółowy zakres rzeczowy, warunki techniczne wykonania oraz niezbędne dokumenty, które należy dostarczyć przy realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie..
7. Wyroby będące przedmiotem Umowy muszą posiadać oznaczenia wymagane przepisami (CE). Ponadto powinny zawierać oznaczenia wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów o ile takie są wymagane

## **§ 2.**

### **Termin realizacji przedmiotu zamówienia**

1. Strony ustalają termin dostawy przedmiotu zamówienia w ciągu max 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

## **§ 3.**

### **Realizacja przedmiotu umowy**

1. Dostawa będzie dokonana transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
2. Odbiór towarów i robót odbywać się będzie w miejscu dostawy lub wykonania robót. Z odbioru towarów sporządza się protokół odbioru, który podpisują obie Strony.
3. Po wykonaniu czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy przedstawiciel Wykonawcy oraz upoważniony przedstawiciel Zamawiającego podpiszą protokół odbioru.
4. Protokół odbioru zostanie podpisany po:
  - a) dostarczeniu przedmiotu umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego;
  - b) dokonaniu przez przedstawicieli Wykonawcy instalacji dostarczonych przedmiotów i konfiguracji na miejscu dostawy, dokonaniu adaptacji pomieszczeń jeżeli montaż urządzeń tego wymaga
  - c) sprawdzeniu przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego zgodności dostarczonych przedmiotów z ofertą (w tym kompletności oferowanego wyposażenia dodatkowego) oraz ich prawidłowego funkcjonowania;
  - d) wydaniu Zamawiającemu wypełnionych i podpisanych dokumentów gwarancyjnych (kart gwarancyjnych) dla każdego dostarczonego przedmiotu.
  - e) wykonaniu robót montażowych
5. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad towarów, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przełożą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do towarów lub robót i wezwaniu do usunięcia wad. Zaniechanie złożenia takiego oświadczenia przez Zamawiającego będzie uważane za dokonanie odbioru towarów lub robót bez zastrzeżeń.

6. Przez wady przedmiotu umowy uniemożliwiające podpisanie protokołu odbioru rozumie się także niekompletność dostarczonego sprzętu tj. niedostarczenie wszelkich materiałów i podzespołów dodatkowych (kable itp.), które wskazano w ofercie oraz nieprawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania, niezgodności dostarczonego sprzętu, w stosunku do zapisów zapytania ofertowego i złożonej oferty jak również wykonanie prac montażowych które nie są zgodne z warunkami technicznymi ich wykonania, a które mają wpływ również na prawidłowe funkcjonowanie zakupionego sprzętu.
7. Zamawiający nie dopuszcza sprawdzenia towarów w celu oceny stanu wykonania umowy w siedzibie Wykonawcy lub jego podwykonawcy (podwykonawców).
8. Wszystkie niezbędne do sprawdzenia towarów urządzenia oraz opisy techniczne a także pomoc ze strony personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy (podwykonawców) niezbędna do dokonania sprawdzenia towarów, będą udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę, bez ponoszenia z tego tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
  2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
    - a) jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
    - b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

#### **§ 4.**

#### **Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się:
  - 1) wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.
  - 2) skierowania do realizacji umowy pracowników posiadających niezbędne doświadczenie oraz wykorzystać zasoby niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
  - 3) wykonania niezbędnych pomiarów, testów itp. po zmontowaniu, zainstalowaniu uruchomienia dostarczonego sprzętu i oprogramowania.
  - 4) wykonania bieżących szkoleń pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu.
  - 4) usuwać zauważone z uruchomienia - użytkowania usterki.
2. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza:..... tel.....

## § 5.

### Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do
  - 1) zapewnienia warunków organizacyjnych, technicznych i prawnych niezbędnych Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy.
  - 2) Zapewnienia udziału w realizacji przedmiotu zamówienia personelu, który odbierać będzie dostarczony sprzęt.
  - 3) Dokonania odbioru prawidłowo zrealizowanego przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza:

.....

## § 6.

### Warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:  
wartość netto: ..... zł  
(wartość netto słownie: .....)  
wartość brutto: ..... zł  
(wartość brutto słownie: .....)
2. Zapłata zostanie dokonana po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie zamówienia oraz ewentualnie usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru.
3. Strony postanawiają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie dostawy jest wyłącznie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru stwierdzający wykonanie dostaw bez wad, albo potwierdzający usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru przedmiotu dostawy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w ust. 1 przelewem w złotych polskich w terminie 60 dni od daty odbioru oraz prawidłowo wystawionej faktury.
5. Przelew będzie dokonany na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:  
**Bank:** .....  
**nr rachunku:** .....

## § 7

### Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach Umowy są wolne od wad fizycznych, oraz że dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z wymogami technicznymi Polskich Norm, a także że spełnia wymagania normy CE.
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów.
3. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z przedmiotem zamówienia wypełniony i podpisany dokument gwarancyjny co do jakości każdego dostarczonego przedmiotu,

wystawiony przez siebie lub osobę trzecią – producenta, jeżeli Wykonawca nie jest producentem danego urządzenia.

4. Na dostarczone przedmioty umowy Wykonawca udziela gwarancji w okresach wynikających z załącznika do zapytania. Dokumenty gwarancyjne dostarczane będą wraz ze sprzętem, a gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu odbioru.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo przed postanowieniami wskazanymi w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez Wykonawcę.
6. Wykonawca zwolni się od obowiązku udzielenia gwarancji określonej w załączniku do zapytania tylko poprzez przedstawienie wypełnionej i podpisanej gwarancji producenta obejmującej ten sam albo dłuższy okres.
7. Obsługa gwarancyjna będzie świadczona przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez użytkownika zgłaszającego awarię, wadę lub usterkę, z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa użytkownika, tj. w danej lokalizacji okaże się niemożliwa.
8. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany towarów na wolne od wad – w przypadku niemożliwości usunięcia usterki lub usunięcia wad w drodze naprawy towarów, w zależności od wyboru Zamawiającego.
9. Wykonawca przystąpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego następnie za pomocą faksu, poczty elektronicznej, lub pisemnie, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin w dni robocze od zawiadomienia go o nieprawidłowościach w przedmiocie umowy.
10. Uprawnionymi do zgłoszenia nieprawidłowości w przedmiocie umowy są przedstawiciele Zamawiającego.
11. W przypadku nie przystąpienia do wymiany lub usuwania wad gwarancyjnych w terminie wskazanym w ust. 9 oraz z okresie rękojmi Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad gwarancyjnych osobie trzeciej posiadającej autoryzację serwisową producenta sprzętu na koszt Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania.
12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie umowy tj. wady, usterki, awarii albo wymiany w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych (w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych) i 10 dni roboczych (w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) bądź też do dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych od naprawianego
13. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie usterek, wad, awarii sprzętu oraz oprogramowania łącznie z wymianą uszkodzonych części i podzespołów lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad. Przewóz do naprawy i zwrot naprawionego sprzętu

odbędzie się na koszt Wykonawcy. Zamawiający może zażądać sprzętu medycznego na czas naprawy, a Wykonawca udostępnia go nieodpłatnie.

## **§ 8. Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:
  - a) Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% kwoty brutto za każdy dzień opóźnienia.;
  - b) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadku określonym w § 7 ust 1, w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.
  - c) odstąpienia od umowy z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.
  - d) nie przystąpienia do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 7 w wysokości 2 % kwoty brutto za każdy dzień opóźnienia.
  - e) w przypadku nie usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w przedmiocie umowy w terminie wskazanym w § 7 i niedostarczenia wymaganego sprzętu zamiennego w wysokości 2 % kwoty brutto naprawianego urządzenia za każdy dzień zwłoki
  - f) nieuzasadnionego odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy – w wysokości 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia.
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz w innych wypadkach nienależytego wykonania niniejszej umowy.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
5. Strony wprowadzają zakaz przelewów wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

## **§ 9. Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym, że Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z ofertą, wskazaniem Zamawiającego lub niniejszą umową.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu kiedy Wykonawca uzasadni zwłokę w realizacji umowy.
3. Niezależnie od wyżej określonych uprawnień Zamawiający może odstąpić od umowy za pisemnym powiadomieniem drugiej strony, gdy wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jego upadłości.

## **§ 10. Aneksowanie umowy**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:
  - 1) okresu realizacji umowy w przypadku kiedy Wykonawca udowodni, że z przyczyn obiektywnych niezależnych od niego nie jest w stanie zrealizować zamówienia w określonym w umowie terminie np.: producent urządzeń wydłużył termin realizacji w stosunku do terminu wynikającego z umowy, wystąpiła przerwa w dostawach itp. Wydłużenie okresu realizacji zamówienia nie może być dłuższe niż 20 dni.
  - 2) zmiany wielkości ceny, jeżeli ta zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
  - 3) zmiany adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy,
  - 4) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,
  - 5) zmiany będącej skutkiem poprawy omyłki oczywistej
  - 6) zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian, a także zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku następujących okoliczności:
  - 1) zmiany umowy będą korzystne dla Zamawiającego,
  - 2) konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron, bez względu na to czy ich skutki są korzystne dla Zamawiającego,
  - 3) Strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie wywołają niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert.

## **§ 11. Rozstrzygnięcie sporów**

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejsza umowa ma zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j Dz. U. z 2017 r poz. 459)

## **§ 12. Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Wykonawca**

**Zamawiający**