



### Panel przeznaczony na Prawą ścianę

Specyfikacja wyposażenia zestawu nadłóżkowego		
Lp.	Nazwa	Ilość
1	Punkt poboru gazów medycznych - Tlen (O2)	1
3	Punkt poboru gazów medycznych - Próżnia (VAC)	1
4	Gniazdo elektryczne na 1 obwodzie	3
5	Gniazdo ekwipotencjalne (PA)	1
6	Przygotowanie pod gniazdo teleinformatyczne	1
7	Oświetlenie ogólne 1x54WW (załączane włącznikiem na panelu)	1
8	Oświetlenie miejscowe 1x24W (załączane włącznikiem na panelu)	1
9	Oświetlenie nocne LED (załączane włącznikiem na panelu)	1
10	Przygotowanie pod system przyzywowy (system przyzywowy po stronie zamawiającego)	1
11	Włącznik klawiszowy oświetlenia miejscowego	1
12	Włącznik klawiszowy oświetlenia nocnego	1
13	Włącznik klawiszowy oświetlenia ogólnego	1