



Poznań, dnia 19 grudnia 2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-92/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 1

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zestaw nr 1

Pakiet 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kolor beżowy z okienkiem spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 2

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych, zwracamy się o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie części 5:

Czy Zamawiający dopuści pasy do KTG podtrzymujące głowice w rozmiarze 6cmx120cm., wg parametrów zgodnie z SWZ, w jednym kolorze żółtym, oraz czy Zamawiający dopuści pasy j.u. pakowane po 2szt. z możliwością zaoferowania 11400 kpl., ze względu na pakowanie przez producenta po 2szt, jako opakowanie handlowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 3

Pytanie nr 1 dot. Załącznik nr 1 Pakiet nr 12

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje akcesoriów do respiratora Stephan EVE?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje akcesoriów do respiratora Stephan EVE.

Pytanie nr 2 dot. Załącznik nr 1 Pakiet 12 Poz. 2

W związku z oryginalnym pakowaniem przez Producenta opisanego w pozycji 2 asortymentu w opakowanie zbiorcze =6szt., zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o umożliwienie wykazania w formularzu asortymentowo – cenowym ilości zaokrąglonych do pełnych opakowań tj. 354szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 6 szt. z odpowiednio dokładnym ułamkowym przeliczeniem ilości opakowań zgodnie z wymaganą przez Zamawiającego ilością ogólną, bez zaokrąglania do pełnych opakowań.

Zestaw nr 4

Pytanie nr 1 – dotyczy części nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 150x100 cm (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu, gramatura serwety 55 g/m², serweta jałowa sterylizowana tlenkiem etylenu, opakowanie papier-folia posiadające minimum 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji, na każdej naklejce znajdują się: kod produktu, data ważności, nr serii. Produkt spełnia wymagania normy EN-PN 13795 lub równoważnej, chłonność min. 230%, odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho CFU≤300, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro IB=6, czystość mikrobiologiczna CFU/100 cm² min. 37, pylenie Log10(liczba cząstek) min. 2,6, odporność na przenikanie cieczy min. 115cm H₂O.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy części nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 75x90 cm (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu, gramatura serwety 55 g/m², serweta jałowa sterylizowana tlenkiem etylenu, opakowanie papier-folia posiadające minimum 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji, na każdej naklejce znajdują się: kod produktu, data ważności, nr serii, nazwę marki. Produkt spełnia wymagania normy EN-PN 13795 lub równoważnej, chłonność min. 230%, odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho CFU≤300, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro IB=6, czystość mikrobiologiczna CFU/100 cm² min. 37, pylenie Log10(liczba cząstek) min. 2,6, odporność na przenikanie cieczy min. 115cm H₂O.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.





Pytanie nr 3 – dotyczy części nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Serweta na stolik Mayo wzmocniona, niebieska, w kształcie worka, wykonana z piaskowanej folii polietylenowej o grubości 60µm z padem chłonnym 66x85cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m2 (łącznie gramatura 115g/m2), serweta składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki z zaznaczeniem kierunku rozwijania, całkowity rozmiar serwety 79x145cm, chłonność serwety min. 150%, opakowanie papier-folia posiadające 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji, na każdej naklejce znajdują się: kod produktu, data ważności, nr serii, nazwa marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI. Produkt spełnia wymagania normy EN-PN 13795 lub równoważnej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy części nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa (włóknina + laminat) 75x100 cm z regulowanym otworem w centralnej części serwety o wymiarach 0-26 x 11 cm. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55 g/m2. Chłonność serwety min. 230%. Opakowanie zawiera serwetę w dwóch częściach. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informacje o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, nazwa marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 lub równoważnej.

1 opak. = 20 szt. – Ilość opakowań 10

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 5

Pytanie nr 2 dot. Załącznik nr 1 Pakiet nr 12 Poz. 1

W związku z oryginalnym pakowaniem przez Producenta opisanego w pozycji 1 asortymentu w opakowanie zbiorcze =6szt., zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o umożliwienie wykazania w formularzu asortymentowo – cenowym ilości zaokrąglonych do pełnych opakowań, tj. 192szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 6 szt. z odpowiednio dokładnym ułamkowym przeliczeniem ilości opakowań zgodnie z wymaganą przez Zamawiającego ilością ogólną, bez zaokrąglania do pełnych opakowań.

Zestaw nr 6

Dotyczy: Część nr 8 – Kasetki histopatologiczne białe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kasetka histopatologiczna z dwiema wewnętrznymi komorami (min. wymiary 25x22 mm) oraz uchwytem do otwierania. Możliwość odpinania i ponownego założenia pokrywy kasetki z tyłu na zawiasie. Pokrywa i podstawa pokryte gęstą siateczką chroniącą przed utratą bardzo drobnego materiału. Pakowane po 500 szt., kolor biały?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

Sporządziła: Alicja Jeske

