

Konin, 14.05.2024 r.

**WSZ-EP-9/563/2024**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
Strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla Pracowni Leku Cytostatycznego”, nr sprawy WSZ-EP-9/2024**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 3**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pakiet 2 poz. 1-2**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 wymaga worków do leków światłoczułych z możliwością powieszenia na wieszaku oraz wyjściem na dren w kolorze żółtym aby przepuszczalność światła folii z której wykonane są osłonki do leków światłoczułych była potwierdzona badaniami z wynikiem nie większym niż 10 % przy 200 – 450 nm. zgodnie z metodą badawczą dla opakowań wyrobów światłoczułych USP 37 „Light transmission test”?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 2, poz. 1-2**

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga worków w kolorze żółtym z dodatkową taśmą klejącą oraz wcięciem na dren?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 12 poz. 1**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu bezigłowego z kolcem mikro do wielokrotnego pobierania i przygotowania roztworów zgodnego z opisem:

- wyposażony w zawór bezigłowy ze zintegrowaną uszczelką silikonową, która minimalizując użycie igły chroni pacjenta i personel medyczny przed przypadkowymi zakłuciami igłą
- kompatybilne z roztworami żywienia pozajelitowego, krwią oraz lekami cytostatycznymi i stosowanymi w chemioterapii
- pozwala na wielokrotny dostęp z możliwością dezynfekcji
- przezroczysta obudowa zapewnia dobry widok na ścieżkę płynu
- bezpieczny do używania w MRI i CT (bez metalowych części)
- Obj. wypełnienia zaworu 0,085 ml

- Długość 7,5 cm
- Obj. wypełnienia zaworu z igłą 0,162 ml
- Przepływ - 111,22 ml/min
- filtr 3 mikrony

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 13 poz. 2**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3 częściowej Luer Lock o pojemności 20 ml z rozszerzeniem do 22 ml

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pakiet nr 13 poz. 1,2,3**

Proszę Zamawiającego o odstąpienie od wymogu kodowania kolorystycznego opakowania handlowego, w przypadku odmowy proszę o uzasadnienie medycznego wyjaśnienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

*Osoba do kontaktu:  
Żaneta Borowska  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 240 41 33*