

Poznań, dn. 05.02.2024 r.

Oznaczenie sprawy: 3/ZP/2024

**Instytut Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Wojska Polskiego 71 b
60-630 Poznań**

***Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę wraz z instalacją laboratoryjnego
homogenizatora wysokociśnieniowego***

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści homogenizator wysokociśnieniowy o wydajności 6 l/h i spełniający
wszystkie pozostałe parametry ?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ Zamawiający wymaga homogenizatora wysokociśnieniowy o wydajności min.
8l/h. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie dopuszcza parametru, o którym mowa w zapytaniu tj.
wydajność 6l/h.

.....